GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

***LAMPADA FRONTALE MEDICA LED 70 KL GIMA 3W***
***LAMPADA FRONTALE CHIRURGICA LED 50 KL GIMA 5W***
***GIMA 70 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 3W***
***GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W***
***LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 3W, GIMA 70 KL***
***LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED 5W, GIMA 50 KL***
***LÁMPARA FRONTAL MÉDICA CON LUZ LED DE 3W, 70 KL DE GIMA***
***LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA CON LUZ LED DE 5W, 50 KL DE GIMA***
***LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 3W GIMA 70 KL***
***LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 5W GIMA 50 KL***
***GIMA 70 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 3W***
***GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 5W***
***CZOŁOWA LEDOWA LAMPA MEDYCZNA GIMA 70 KL 3W***
***CZOŁOWA LEDOWA LAMPA CHIRURGICZNA GIMA 50 KL 5W***
***GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W***
***GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W***
***70 KL LAMPĂ DE CAP CU LED PENTRU UZ MEDICAL 3W***
***50 KL LAMPĂ DE CAP PENTRU UZ CHIRURGICAL 5W***
***70 KL MEDICINSK PANNLAMPA MED LED 3W***
***50 KL KIRURGISK PANNLAMPA MED LED 5W***
***70 KL LED LEKÁRSKY SVETLOMET 3W***
***50 KL CHIRURGICKÝ LED SVETLOMET 5W***
***70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W***
***50 KL KIRURŠKO LED SVJETLO ZA GLAVU 5 W***
***70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W***
***50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W***
***70 KL LED PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 3W***
***50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W***

| | REF |
|---|---|
| **GIMA 30879** | **KS-H1N** |
| **GIMA 30936** | **KS-W03** |

MD CE


**Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd**
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou, China - Made in China

EC REP
Kingsmead Service B.V.
Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland

**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
**www.gimaitaly.com**


M30879-M-Rev.4-10.25

**Alla allvarliga olyckor som rör medicintekniska produkter från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registreringskontor befinner sig.**

## 1. Inledning

Lampan ger användaren en ljusstråle som är mycket enhetlig och uppvisar inga färgförändringar av luppens skärpedjup. Inbyggt i batterienheten har pannlampan en kontrolljustering av steglös ljusintensitet. Detta gör att användaren har exakt kontroll över pannlampans ljusstyrka och kan se objekt i maximal detalj.

## 2. Modeller

**30879**

**70 KL MEDICINSK PANNLAMPA MED LED GIMA 3W**
Enkel optisk lins med rak optisk väg
Inget inre ljusgaller



**30936**

**50 KL KIRURGISK PANNLAMPA MED LED GIMA 5W**
Inre ljusgaller för multioptisk lins med L-formad optisk väg



## 3. Tekniska data

| Pannlampa med LED | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kod** | **Glöd-lampa med LED** | **Intensitet** | **Led-lam-pans livslängd** | **Punktstorlek** | **Batteriets laddning-stid** | **Batteriets varaktighet** |
| KS-H1N | 3W | 20000-70000 lux | 50000 timmar | 40-90 mm med 20-50 cm | 2 timmar | 2-12 timmar |
| KS-W03 | 5W | 10000-50000 lux | 50000 timmar | 50-100 mm med 20-50cm | 2 timmar | 2-12 timmar |

## 4. Illustration

**30879**
GIMA 70 KL Medicinsk pannlampa med led 3W är modellen med enkel optisk lins. LED-lampans hölje är gjort av aluminium, så det är hållbart och väger lite. Inbyggd i batterienheten har GIMA 70 KL medicinska pannlampa med led 3W kontrolljustering av steglös ljusintensitet. Detta gör att användaren har exakt kontroll över pannlampans ljusstyrka och kan se objekt i maximal detalj.

**GIMA 70 KL MEDICINSK PANNLAMPA MED LED 3W**

1. Hygieniska och bekväma läderdynor
2. Justera bredden på pannbandet
3. Omladdningsbart batteri
4. Batterivolym för LED-display
5. På/Av-brytare
6. Ljusstyrkekontroll




**30936**

GIMA 50 KL Kirurgisk pannlampa med led 5W tillämpar L-formad optisk väg som har god koaxialitet mellan ljusstråle och sikt.
Minimal och låg vikt endast 200 g.
Justerbar punktstorlek genom det inre miniljusgallret.
Integrerad trådlös design med likström och snabbt utbytbar.
Exakt ljusavbildning från multioptisk lins, enhetlig och distinkt utan ljusförorening. Trådlös pannlampa med led och enkelt batteri.

**GIMA 50 KL KIRURGISK PANNLAMPA MED LED 5W**

1. Justera pannbandets höjd
2. Justera pannbandets bredd
3. Omladdningsbart batteri
4. Batterivolym på LED-display
5. På/Av-brytare
6. Ljusstyrkekontroll
7. Justering av ljuspunkt
8. Justering av höjd på lamphuvudet
9. Hygieniska och bekväma läderdynor




## *5. Packlista*

Packlista för pannlampa:
1. Pannlampa med led: 1 var
2. Adapter: 1 var
3. Batteri: 1 var eller 2 (om konfigurerat)
4. EPE kartonglåda: 1 aluminiumhölje var: (alternativ)

## *6. Justering*

Enligt individuellt förhållande justeras höjden och omkretsen på pannbandet.

## *7. Varsamhet*

Se upp med LED-lampan, undvik att rikta direkt mot ögonen. Håll enheten torr, använd inte på fuktiga ställen.
Fäst inte det optiska glaset med något hårt eller handen. Torka inte av glaset med något

hårt eller smutsigt.
Titta inte direkt mot solen när du bär den medicinska luppen.

## 8. Underhåll

1. Första gången den används eller efter lång inaktivitetstid, ladda i mer än sex timmar.
2. Använd originaladaptern för att undvika skada på delar.
3. Använd fuktig och ren mjuk trasa för att rengöra denna enhet, och torka sedan med torr trasa för att avlägsna vattnet.
4. Tvätta inte eller förvara inte i hög temperatur eller högt tryck.
5. Urladdat batteri: hantera enligt relaterade bestämmelser, kassera inte med annat hushållsavfall.
6. Lägg enheten i lådan när du slutat använda den.
7. När glaset är smutsigt, rengör med mjuk trasa eller hårborste.
8. Använd alkohol för att rengöra optiskt glas och justera skruvdelarna;

## 9. Efterförsäljning

Garantitid: 12 månader efter inköp. Batteriets garantitid: 3 månader efter inköp.
Under garantitiden erbjuder vi gratis korrigering och utbyte, i fall att produkten används och underhålls korrekt, om fel uppstår som orsakats av produktens kvalitet.
Fritt underhåll ges inte under följande förhållanden:

1. Fel på grund av installationsfel och fel drift.
2. Skada på grund av demontering av underhållstekniker som inte auktoriserats av vårt företag.
3. Skada på grund av kundens felaktiga förvaring och underhåll.
4. Fel och skada orsakade av force majeure.
5. Luppen är ömtålig, ingen garanti.

## 10. Arbetsvillkor

1. Miljötemperatur: 5 °C~40 °C
2. Relativ fuktighet: ≤ 80 %
3. Atmosfärtryck: 50 kPa~106 kPa

| Symboler | | | |
|---|---|---|---|
| CE | Medicinteknisk produkt i överensstämmelse med Förordning (EU) 2017/745 | REF | Produktkod |
|  | Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga | LOT | Satsnummer |
|  | Följ bruksanvisningen |  | Tillverkare |
|  | Förvara på svalt och torrt ställe |  | Skyddas från solljus |
|  | Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) |  | Klass II tillämpad |
|  | Tillverkningsdatum | MD | Medicinteknisk produkt |
|  | Importerad av | EC REP | Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen |
| UDI | Unik identifierare för enheten | | |



***Bortskaffande:*** *Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas , genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.*

**GIMA GARANTIVILLKOR**
12 månaders garanti från avsändningshamn.