GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

OCCHIALI INGRANDENTI
BINOCULAR LOUPES
LOUPES BINOCULAIRES
LUPAS BINOCULARES
LUPAS BINOCULARES
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΕΣ LOUPES

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

	REF
GIMA 30892	SLE2534
GIMA 30894	SLE2542
GIMA 30897	SLE3534
GIMA 30898	SLE3542
GIMA 30910	SLF2534
GIMA 30911	SLF2542
GIMA 30914	SLF3534
GIMA 30915	SLF3542

Zumax Medical Co., Ltd.
5 Zhiying Street, Suzhou New District,
Suzhou, Jiangsu, China 215129 - Made in China

EC REP MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10,
48163 Münster, Germany

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MD CE

M30892-IM-Rev.7-03.26

ADVERTENCIAS
- No exponga el producto a líquidos, condensación o humedad.
- No toque la superficie de las lentes con las manos u objetos duros.
- No limpie la superficie de las lentes con material duro o sucio.
- No mire directamente el sol o una fuente luminosa potente con estas gafas.

Uso y características del producto

Uso

Las lupas binoculares serie SL son adecuadas para su uso en cualquier campo de la medicina.
Se utilizan en estomatología, ORL, ginecología, cardiología, cirugía cerebral, cirugía plástica, etc.

Características

- Las lentes de vidrio de calidad superior, multicapas, aseguran imágenes claras y definidas.
- Las lentes utilizan oculares con campo visual amplio . La capacidad de enfoque es elevada y consiente una visión estereoscópica con percepción la distancia real.
- La angulación de las gafas se puede regular con facilidad los 0º~40º y la fatiga se reduce al mínimo, incluso en caso de uso prolongado.
- Posible desplazamiento hacia arriba y abajo de 6mm. La distancia entre las pupilas se puede regular por separado para adaptarse a cualquier tipo de rostro.
- Se puede adaptar al uso con la cinta frontal y el casco con luz Zumax
- Elegantes y portátiles para diagnósticos in situ.

Instrucciones de uso

En primer lugar cerrar la tira de velcro alrededor de la montura de las gafas.
Ponerse las gafas y controlar la simetría de la distancia de las pupilas.
Ahora observar un objeto tridimensional. Ajustar un ocular a la vez hasta visualizar una forma redonda sin sombras regulando el enfoque del objeto en el interior. Luego apretar los dos tornillos.
Es posible ajustar la posición de las lentes en niveles múltiples a través de la bisagra. Ajustando los tornillos también se puede aflojar o apretar el movimiento de las bisagras.

Mantenimiento del producto

Mantenimiento lentos

- Cuando no se utiliza, el instrumento se debe proteger y conservar en su embalaje.
- Las lentes ópticas no las debe desmontar personal inexperto y no calificado.

Limpieza

- La superficie externa del instrumento se puede limpiar con un paño húmedo, cualquier mancha residual se puede eliminar con una mezcla de 50%%de alcohol y 50% de agua destilada. No utilice detergentes corrosivos que podrían dañar la superficie.
- La limpieza de las lentes se pueden utilizar pañuelos de papel para limpiar el vidrio o una gota de di solvente líquido (50%%de alcohol y 50%%de éter), delicadamente. En presencia de polvo en las lentes, utilice un plumero o un pincel.

Atención evite que el disolvente penetre en el interior del instrumento.

Características técnicas

Aumento	Distancia de trabajo (mm)	Campo visual día. (mm)
2.5x	340/420	80/90
3.5x	340/420	55/60

Requisitos ambientales

Operación	Temperatura ambiente	+10°C – +40°C
	Humedad relativa	30% – 75%
	Presión atmosférica	700 hPa – 1060 hPa

Transporte	Transporte común

Conservación	Temperatura ambiente	+10°C – +40°C
	Humedad relativa	30% – 75%
	Presión atmosférica	700 hPa – 1060 hPa

REF	Código producto	LOT	Número de lote	MD	Producto sanitario
	Conservar en un lugar fresco y seco		Conservar al amparo de la luz solar		Fabricante
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Consultar las instrucciones de uso	CE	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	Fecha de fabricación		Importado por	UDI	Identificador de dispositivo único
#	Número de modelo				

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.