GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA LED 70 KL GIMA 3W
LAMPADA FRONTALE CHIRURGICA LED 50 KL GIMA 5W
GIMA 70 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 3W
GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W
LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 3W, GIMA 70 KL
LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED 5W, GIMA 50 KL
LÁMPARA FRONTAL MÉDICA CON LUZ LED DE 3W, 70 KL DE GIMA
LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA CON LUZ LED DE 5W, 50 KL DE GIMA
LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 3W GIMA 70 KL
LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 5W GIMA 50 KL
GIMA 70 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 3W
GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 5W
CZOŁOWA LEDOWA LAMPA MEDYCZNA GIMA 70 KL 3W
CZOŁOWA LEDOWA LAMPA CHIRURGICZNA GIMA 50 KL 5W
GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W
GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
70 KL LAMPĂ DE CAP CU LED PENTRU UZ MEDICAL 3W
50 KL LAMPĂ DE CAP PENTRU UZ CHIRURGICAL 5W
70 KL MEDICINSK PANNLAMPA MED LED 3W
50 KL KIRURGISK PANNLAMPA MED LED 5W
70 KL LED LEKÁRSKY SVETLOMET 3W
50 KL CHIRURGICKÝ LED SVETLOMET 5W
70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W
50 KL KIRURŠKO LED SVJETLO ZA GLAVU 5 W
70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W
50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W
70 KL LED PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 3W
50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

	REF
GIMA 30879	**KS-H1N**
GIMA 30936	**KS-W03**

MD CE

Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou, China - Made in China

EC REP
Kingsmead Service B.V.
Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M30879-M-Rev.4-10.25

Minden, az általunk szolgáltatott orvostechnikai eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet jelenteni kell a gyártó felé és annak a tagállamnak a hivatalos szerve felé, ahol az Ön székhelye található.

1. Bevezetés

A lámpa nagyon egyenletes fénysugarat biztosít a felhasználó számára, amelynek színe nem változik a nagyítók mélységélességi tartományában. Az akkumulátor egységbe épített fejlámpa fokozatmentes fényer*ő*-szabályozással rendelkezik. Ez a felhasználó számára a fejlámpa fényerejének pontos szabályozását teszi lehet*ő*vé, így a legapróbb részlet is tisztán látható.

2. Modellek

30879

70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W
Egyenes fényút Egyszerű optikai lencse
Nincs belső fényrács



30936

50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W
L-alakú fényút Multi-optikai lencse Bels*ő* fényrács



3. Műszaki adatok

LED fejlámpa						
Kód	**LED égő**	**Intenzitás**	**A led élettartama**	**Fényfolt mérete**	**Akkumulátor töltési ideje**	**Akkumulátor üzemideje**
KS-H1N	3 W	20000-70000 lux	50000 óra	40-90 mm 20-50 cm távolságról	2 óra	2-12 óra
KS-W03	5 W	10000-50000 lux	50000 óra	50-100 mm 20-50 cm távolságról	2 óra	2-12 óra

4. Ábra

30879

A GIMA 70 KL LED orvosi fejlámpa 3 W az egy optikai lencsével rendelkező modell. A LED égő háza alumíniumból készült, így tartós és könnyű. Az akkumulátor egységbe épített GIMA 70 KL LED orvosi fejlámpa 3 W fokozatmentes fényerő-szabályozással rendelkezik. Ez a felhasználó számára a fejlámpa fényerejének pontos szabályozását teszi lehetővé, így a legapróbb részlet is tisztán látható.

GIMA 70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W

1. Higiénikus és kényelmes bőr párnák
2. A fejpánt szélessége állítható
3. Újratölthető akkumulátor
4. LED képernyő, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségét
5. Ki/be kapcsolás
6. Fényerő szabályozás



30936

A GIMA 50 KL sebészeti led fejlámpa 5 W L-alakú fényutat vesz fel, melynek jó koaxialitása van a fénysugár és a látás között.
Mini és alacsony súly, csak 200 g.
A fényfolt mérete igazítható a belső mini fényrács által.
Integrált vezeték nélküli kialakítás DC tápellátással és gyorsan cserélhető.
Pontos képalkotás a többszörös optikai lencse által, egységes és jól körülhatárolható, fényszennyezés nélkül. Vezeték nélküli LED fejlámpa, egy akkumulátorral.

50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W

1. A fejpánt magassága állítható
2. A fejpánt szélessége állítható
3. Újratölthető akkumulátor
4. LED képernyő, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségét
5. Ki/be kapcsolás
6. Fényerő szabályozás
7. A fényfolt állítható
8. A fényszóró fej magassága állítható
9. Higiénikus és kényelmes bőr párnák



5. Csomagolási lista

A fejlámpa csomagolási listája:

1. LED fejlámpa: 1
2. Adapter: 1
3. Akkumulátor: 1 vagy 2 (ha konfigurált)
4. EPE karton Csomagoló doboz: 1 Alumínium doboz: (opció)

6. Beállítás
Az egyéni szükségleteknek megfelelően a fejpánt magassága és hossza állítható.

7. Figyelem
Figyeljen a LED lámpára, ne világítson közvetlenül a szembe. Az eszközt tartsa szárazon, ne használja nedves helyen.
Ne érintse az optikai üveget semmi kemény eszközzel vagy kézzel. Ne törölje meg az optikai üveget semmi kemény vagy szennyezett eszközzel.
Ne nézzen közvetlenül a napba, amikor az orvosi nagyítót viseli.

8. Karbantartás
1. Első használatkor vagy hosszabb idejű inaktivitás után legalább 6 órán keresztül kell feltölteni.
2. Kérjük, hogy az eredeti adaptert használja, hogy elkerülje az alkatrészek károsodását.
3. Kérjük, hogy az eszköz tisztításához nedves és tiszta puha ruhát használjon, majd egy száraz ruhával törölje meg.
4. Az eszközt ne merítse vízbe, és ne tartsa magas hőmérsékleten, illetve magas nyomáson.
5. Hulladék akkumulátor: kérjük, az érvényben lévő szabályok szerint semmisítse meg, ne dobja a háztartási szemétbe.
6. A használat végén helyezze az eszközt a dobozba.
7. Ha az üveg szennyezett, puha ruhával vagy kefével tisztítsa meg.
8. Az optikai üveg tisztításához használjon alkoholt és szorítsa meg a csavarozott részeket;

9. Értékesítés után
Jótállási idő: 12 hónap a vásárlás időpontja után. Az akkumulátor jótállási ideje: 3 hónap a vásárlás időpontja után.
Amennyiben a terméket megfelelően használják és karbantartják, és a jótállás időtartama alatt olyan meghibásodás fordul elő, amely a termék minőségéből ered, vállaljuk annak díjmentes javítását és cseréjét.
A díjmentes javítást az alábbi körülmények között nem vállaljuk:
1. A meghibásodás beszerelési hiba és nem megfelelő használat eredménye.
2. A kárt a mi cégünk által nem jóváhagyott szerelő szétszerelési műveletei okozták.
3. A kárt az ügyfél nem megfelelő megőrzési és karbantartási műveletei okozták.
4. A meghibásodást és a kárt vis major okozta.
5. A nagyító törékeny, rá nem vonatkozik a jótállás.

10. Üzemi körülmények
1. Környezeti hőmérséklet: 5 °C~40 °C
2. Relatív páratartalom: ≤ 80%
3. Légköri nyomás: 50 kPa~106 kPa

Szimbólumok			
CE	Orvostechnikai eszköz, amely megfelel a 2017/745/EU rendeletnek	REF	Termékkód
	Vigyázat: figyelmesen olvassa el az utasításokat (figyelmeztetéseket)	LOT	Cikkszám
	Kövesse a használati utasításokat		Gyártó
	Száraz, hűvös helyen tartandó		Napfénytől tartsa távol.
	Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítása		II. osztály alkalmazott
	Gyártás dátuma	MD	Orvostechnikai eszköz
	Importálta	EC REP	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
UDI	Az eszköz egyedi azonosítója		

Ártalmatlanítás: *Tilos a terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználóknak gondoskodniuk kell a selejtezésre váró készülékek ártalmatlanításáról az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadással.*

GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Jótállás: a vásárlás dátumától számított 12 hónap