GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA A LED GIMA 80 KL 5W
LAMPADA CHIRURGICA A LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 5W
GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W
LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 80 KL GIMA 5W
LAMPE FRONTALE CHIRUGICALE À LED 50 KL GIMA 5W
LÁMPARA FRONTAL MÉDICA DE LED GIMA 80 KL 5W
LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA DE LED GIMA 50 KL 5W
FOTÓFORO LED GIMA 80 KL5W
FOTÓFORO LED CIRÚRGICO GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLEUCHTE 5W
GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLEUCHTE 5W
MEDYCZNA LAMPA CZOŁOWA LED 80 KL GIMA 5W
CHIRURGICZNA LAMPA CZOŁOWA LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
LAMPĂ MEDICALĂ FRONTALĂ CU LED GIMA 80 KL 5W
LAMPĂ CHIRURGICALĂ FRONTALĂ CU LED GIMA 50 KL 5W
GIMA 80 KL LED MEDICINSK HUVUDLAMPA 5W
GIMA 50 KL KIRURGISK HUVUDLAMPA 5W
GIMA 80 KL LED LEKÁRSKE ČELOVÉ SVIETIDLO 5W
GIMA 50 KL CHIRURGICKÉ LED ČELOVÉ SVIETIDLO 5W
GIMA 80 KL LED MEDICINSKA SVJETILJKA ZA GLAVU 5W
GIMA 50 KL KIRURŠKA LED SVJETILJKA ZA GLAVU 5W
GIMA 80 KL ORVOSI LED-FEJLÁMPA 5W
50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5W
GIMA 80 KL LED-PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 5W
GIMA 50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

	REF
GIMA 30873	**KS-H1N**
GIMA 30936	**KS-W02**

Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou, China - Made in China

EU REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M30873-M-Rev.5-09.26

Alla allvarliga olyckor som rör medicintekniska produkter från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registreringskontor befinner sig.

1. Inledning

Namn: LED Medicinsk Huvudlampa Modell: KS-Serien

Lampan ger användaren en stråle som är mycket jämn och inte uppvisar någon färgförändring över lupparnas skärpedjupsområde. Huvudlampan är inbyggd i batterienheten och har steglös justering av ljusintensiteten. Detta gör det möjligt för användaren att ha exakt kontroll över huvudlampans ljusstyrka vilket möjliggör maximal visning av detaljer

Överensstämmelse med myndighetskrav enligt MDR 2017/745, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1- 2:2014, IEC 60601-1-6:2010,IEC 60601-2-41

2. Primär Introduktion för Användning

Utformad för lokal undersökning, som kräver hög belysning, hög interaktion mellan människa och maskin och frekvensrörelser. Den används framför allt inom tandvård, i operationssalen, läkabesök och fält för medicinsk behandling.

3. Modell och Tekniska data

Modell	KS-W02(5W)	KS-H1N (5W)
Huvudlampa		
Princip	L-formad optisk väg multioptisk lins Inre ljusgaller	Rakformad optisk väg, enkel singeloptisk lins, superhög ljusstyrka
Ljusstyrka	10 000-50:000lux	20 000-100:000lux
LED-livslängd	50 000 timmar	50 000 timmar
Ljusfältets diameter	Variabel från D=50mm till D=100mm	D=135mm@50cm
Batteriladdningstid	1.8 timmar-2 timmar	1,8 timmar-2 timmar
Kontinuerlig arbetstid	2.5 timmar-20 timmar	2,5 timmar-20 timmar
Standardkonfiguration	Helt huvudband med ett batteri	Halvt huvudband med ett batteri

4. Huvudlampans struktur



1. lamphuvud 2.1 led för rörelse i vertikal och horisontell riktning 2.2 Montering av koncentrerat ljus 3. Monteringsled för lupp 4. Avtagbart antiperspirationsläder 5. Litium-batterifack 6. Manövertangenter 7. LED-skärm 8. justeringsratt för pärlring 9. justering av punktstorlek 10. Kameramonteringsled 11. hel ring 12. halv ring 13. luppar med konjunktivt gångjärn



Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ladda batteriet när det är i drift för lampan. Om detta uttag är inkopplat fungerar inte batteriet för lampan utan laddas bara

5. Arbetsvillkor

Omgivningstemperaturer: 5°C ~ +40°C

Relativ Fuktighet: <85%

Atmosfäriskt tryck: 700hPa ~ 1060hPa

6. Anmärkning

6.1 Denna produkt har inte någon komponent som kan repareras av användaren. Montera inte ner vid fel.

6.2 Fästelementen på varje ansluten del av produkten måste kontrolleras ofta för att

förhindra olyckor på grund av löshet;

6.3 Använd inte produkten vid höga temperaturer, hög luftfuktighet och på brandfarliga platser;

6.4 Om det finns smuts, torka den eller använd en mjuk trasa med lite neutralt rengöringsmedel och rengör den sedan med en torr trasa.

6.5 oavsett användning eller underhåll, rör inte linsen direkt med fingrarna och håll alltid linsen ren;

6.6 Förbrukade batterier ska hanteras enligt gällande föreskrifter, kasta inte.

6.7 Förvaring av batterier

Batterierna bör förvaras i rumstemperatur, laddade till cirka 30% till 50% av kapaciteten.

Vi rekommenderar att batterierna laddas ungefär en gång per halvår för att förhindra överurladdning.

7.Garanti och Eftermarknadsservice

7.1. 12 månaders garanti från lasthamnen

- Garantiperioden vid normal användning, problem på grund av produktkvaliteten, konsumenten erhåller beroende på garantisedeln och fakturan gratis underhållsservice.
- Utan vårt fabrikstillstånd efter installation av andra funktioner (detta felet omfattas inte av garantin).
- Om märkning på produkter som modellnummer, tillverkningsdatum har ändrats, tagits bort, flyttats eller inte identifierats, ges inte kostnadsfri underhållsservice.
- Felet omfattas inte heller av garantin, om det orsakas av fall, klämning, genomblötning, fukt och andra mänskliga faktorer.

7.2. Eftermarknadsservice

Kunder måste tillhandahålla produktkoder, bilder eller videor som hjälper oss att bekräfta problemet. Efter att ha bekräftat problemet, om det är lätt att åtgärda, skickar vi ut reservdelen till kunden för att lösa problemet. Om felet inte kan repareras, kommer vi att överväga att returnera eller skicka tillbaka.

8. Felsökning

Fel	Analys	Upplösning
Omkopplaren är på men lampan är inte tänd	Dålig anslutning	Anslut till batteriet
		Sladd med lamphuvudet
	Batteriet är defekt	Kontrollera LED-skärmen på batteriet
	PCB defekt	Kontakta tillverkaren
Ljusstyrkan kan inte justeras	PCB defekt	Kontakta tillverkaren

Symboler

CE	Medicinteknisk produkt i överensstämmelse med Förordning (EU) 2017/745	REF	Produktkod
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga	LOT	Satsnummer
	Följ bruksanvisningen		Tillverkare
	Förvara på svalt och torrt ställe		Skyddas från solljus
	Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)	04 PE-LD	Lågdensitetspolyeten
	Tillverkningsdatum	MD	Medicinteknisk produkt
	Importerad av	EU REP	Auktoriserad representant i Europeiska unionen
UDI	Unik identifierare för enheten		Ömtålig, hanteras varsamt
	Batterikapacitet		Varning
	Återvinning	SN	Sériové číslo
	Ljus på/av		Den här sidan upp

Bortskaffande: *Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.*

GIMA GARANTIVILLKOR
12 månaders garanti från avsändningshamn.