PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MANICO BATTERIA
BATTERY HANDLE
BATTERIBEHÅLLARE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

GIMA 31214

DEHAG
Medizin-Technische Produktions
GmbH & Co.KG
Hinter dem Hamberge 24, 37124 Rosdorf
Made in Germany

REF 504

Distribuito da / Distributed by / Levererad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M31214-M-Rev.1-07.26

Gentili Clienti,
grazie per avere acquistato questo supporto per batteria (31214). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo supporto garantendo, per garantire una corretta manipolazione e una lunga durata.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'alimentazione degli occhiali da nistagmo secondo Frenzel modello 31204. Con l'alloggiamento della batteria, si ha la possibilità di lavorare indipendentemente dalla rete.

Leggere attentamente le manuale d´istruzioni e utilizzare l'alloggiamento della batteria come descritto nel presente manuale, per evitare lesioni o danni accidentali. Conservare le presenti istruzioni come riferimento per i controlli successivi. In caso di trasferimento a terzi degli l'alloggiamento della batteria, dovranno essere consegnate anche le presenti istruzioni per l'uso.

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali

- Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni e di conservarle come riferimento futuro.
- Utilizzare l'alloggiamento della batteria esclusivamente secondo quanto descritto nelle presenti istruzioni.
- Maneggiare l'alloggiamento della batteria con molta cura.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Pulire l'apparecchio solo nel modo specificato in queste istruzioni per l'uso.
- Assicuratevi che le connessioni della spina del cavo e i fili non siano danneggiati. Questo potrebbe essere il caso, per esempio, a causa degli effetti del calore, delle influenze chimiche o delle influenze meccaniche come lo sfregamento, l'attorcigliamento o lo strappo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio o modifica del dispositivo.
- Controllare la funzionalità e l'integrità dell'alloggiamento della batteria prima di ogni utilizzo.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Si prega di rimuovere le batterie prima di inviare dell'alloggiamento della batteria.
- Inoltre, le riparazioni possono essere effettuate solo utilizzando pezzi di ricambio originali installati secondo la destinazione d'uso.
- Assicurarsi che l'unità non cada.
- Fate controllare un apparecchio caduto da un elettricista qualificato prima di riaccenderlo.
- Se l'apparecchio dovesse mai essere danneggiato o difettoso, o se si nota un odore di bruciato:
- Non utilizzare l'unità con un alloggiamento o un cavo danneggiato.
- Non tentare mai di riparare l'unità da soli.
- Far riparare l'apparecchio solo da un elettricista qualificato.
- Effettuare sempre la manutenzione dell'apparecchio secondo le istruzioni di questo manuale.
- Scollegare l'alimentazione prima dei lavori di manutenzione togliendo le batterie.
- Qualsiasi modifica comporta l'esclusione di responsabilità.
- In caso di impiego di uno o più componenti non originali la marcatura CE perderà la propria validità.
- In caso di trasferimento a terzi del dispositivo, dovrà essere consegnato anche il presente manuale di istruzioni.

Avvertenze

- Non utilizzare strumenti danneggiati!
- Proteggere l'alloggiamento della batteria da danni meccanici!
- Non lanciarlo!
- Non usare la forza!
- Non esporre l'alloggiamento della batteria alla luce diretta del sole e proteggerla dall'umidità e da un tasso superiore al 75%!
- La garanzia non copre usi impropri, danni o usura!
- La garanzia non si applica in caso di segni di usura e obsolescenza dovuti all'uso regolare!
- Assicuratevi assolutamente che nessun liquido penetri nell'alloggiamento della batteria!
- Utilizzare solo batterie asciutte e assicurarsi che l'alloggiamento della batteria sia pulito e asciutto prima di inserire le batterie!
- Rimuovere le batterie dal loro alloggiamento se non saranno utilizzate per un lungo periodo!

Uso previsto
Dispositivo per l'alimentazione e il controllo degli occhiali da nistagmo secondo Frenzel modello 31204.

Effetti collaterali e rischi residui
Contaminazione dovuta al mancato rispetto delle istruzioni di preparazione o all'uso di accessori errati o difettosi.

Contenuto della confezione

- Si raccomanda di ispezionare l'imballaggio e comunicare immediatamente eventuali danni al trasportatore.
- Dopo avere aperto l'imballaggio, controllare il contenuto per verificare che non vi siano danni dovuti ad una manipolazione impropria durante il trasporto.
- Prima di iniziare a inserire le batterie, controlla il contenuto della confezione per assicurarti che tutto sia incluso.

La confezione alloggiamento della batteria deve contenere tutti i seguenti componenti. Se uno di questi componenti manca, contattare il rivenditore per richiedere assistenza.

allogiamento della batteria



manuale d´istruzioni



Funzionamento

Informazioni generali

Con l'alloggiamento della batteria avete la possibilità di fornire gli occhiali da nistagmo secondo Frenzel modello 31204. Gli occhiali da nistagmo sono collegati tramite i due attacchi sul cavo di collegamento lungo 0,2 m dell'alloggiamento della batteria.

Con l'interruttore rotante regolabile sull'alloggiamento della batteria, è possibile impostare la luminosità appropriata.

Elettricità

- Per garantire l'alimentazione elettrica alloggiamento della batterie, utilizzare tre batterie di dimensioni C LR14 / AM-2 (batterie a cella mini) da 1,5 Volt (non incluso nella fornitura).
- Durante l'inserimento delle batterie, assicurarsi che i poli siano idoneamente collegati.

Inserimento delle batterie



interruttore rotativo regolabile

Utilizzo
- Pulire l'alloggiamento della batteria con un panno morbido inumidito con acqua e un detergente delicato e privo di alcool prima di ogni utilizzo. Quindi asciugare bene le lenti con un panno morbido e asciutto.
- Assicurarsi che l'alloggiamento della batteria siano in perfette condizioni tecniche e non siano danneggiati.
- Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- Aprire l'alloggiamento della batteria svitando il tappo a vite in senso antiorario.
- Inserire tre batterie nell'alloggiamento, rispettando la corretta polarità.
- Chiudere nuovamente l'alloggiamento della batteria con il tappo a vite.
- Quindi inserire la spina degli occhiali da nistagmo nei due attacchi dell'alloggiamento della batteria.
- Accendere gli occhiali nistagmo premendo la manopola blue ruotare in senso orario la rotella di regolazione.
- Continuando a ruotare l'anello di controllo in senso orario, è possibile attenuare la luminosità fino all'arresto dell'interruttore rotativo (circa 3/4 di giro).
- Assicuratevi di premere il pulsante blu all'accensione e di non forzare l'anello oltre l'arresto. In caso contrario, il fer- mo potrebbe rompersi!
- Gli occhiali per il nistagmo possono essere utilizzati solo da personale addestrato. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da una manipolazione scorretta.
- Lo spegnimento del dispositivo viene svolto in ordine inverso.
- Quando gli occhiali nistagmo non vengono utilizzati per un periodo prolungato, estrarre le batterie dal loro supporto.

Istruzioni per il trattamento
Conservi il suo portabatterie in un luogo chiuso e protetto dalla polvere e dallo sporco per garantirne le condizioni igieniche.

Non permettere mai che l'unità entri in contatto con l'umidità o l'acqua. Rimuovere lo sporco leggero e ostinato con un panno in microfibra leggermente umido o asciutto. Una pulizia errata o incompleta può mettere in pericolo il paziente e il personale medico!

Restrizioni per il ritrattamento
La fine della vita utile del prodotto è solitamente determinata dall'usura e dai danni causati dall'uso.

Luogo di utilizzo
Rimuovere lo sporco superficiale con un panno morbido monouso.

Manutenzione
- Si prega di selezionare le parti danneggiate e farle riparare.
- Se si inviano l´alloggiamento della batteria per la riparazione, si prega di rimuovere le batterie prima di inviarli.

Pulizia / Disinfezione: automatica
- La pulizia e la disinfezione automatica non sono consentite per l'alloggiamento della batteria.
- Non usare la disinfezione a spruzzo o per immersione.

Pulizia / disinfezione: manuale
Pulire l'alloggiamento della batteria dopo ogni utilizzo.
- Pulire alloggiamento della batteria con un panno umido aggiungendo, se necessario, una piccola quantità di de- tergente o disinfettante senza alcool.
- Se l'alloggiamento della batteria dovesse mai diventare molto sporco, è possibile pulirlo dall'esterno con un panno o uno straccio umido ed eventualmente un detergente delicato e senza alcool.
- Non usare detergenti aggressivi o abrasivi come alcool, benzina, diluente o altri detergenti chimici per la pulizia e non usare oggetti appuntiti.
- Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto.
- Non immergere mai l'alloggiamento della batteria sotto l'acqua o altri liquidi.

Asciugatura
Lasciare asciugare il dispositivo per almeno un'ora prima del riutilizzo. In caso contrario, sussiste il rischio di fuoriu- scita di miscela esplosiva in aria e l'agente di pulizia può infiammarsi quando il dispositivo viene acceso.

Controllo e test
Dopo la pulizia, controllare che le parti non siano sporche. Se necessario, potrebbe essere necessario ripetere la pulizia.

Imballaggio
L'alloggiamento della batteria non devono essere imballati in confezioni sterili. Sono possibili anche altri imballaggi.

Sterilizzazione
Non sterilizzare l'alloggiamento della batteria, questo può distruggere i componenti elettronici a causa delle alte temperature.

Dati tecnici

• Tipo:	31214
• Alimentazione:	3 mini batterie a cella di tipo LR14/AM-2, da 1,5V
• Dimensioni:	220 mm; Ø 32 mm
• Peso:	circa 175 g (senza batterie)
• Classe di protezione:	IP X0

Classificazione secondo:	
• MPG:	Classe I, secondo l'allegato VIII, del regolamento 2017/745 (UE)
• Marcatura CE:	secondo il regolamento 2017/745 (UE)
• RKI:	non critico

Condizioni di stoccaggio e trasporto:	
• Temperatura di conservazione:	- 30 a 60°C
• Temperatura di esercizio:	0 a 25°C
• Umidità:	30 a 75 %
• Pressione barometrica:	700 a 1.060 hPa

REF	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Seguire le istruzioni per l'uso
LOT	Numero di lotto		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Data di fabbricazione
	Fabbricante	CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Limite di pressione atmosferica
	Smaltimento RAEE		Limite di temperatura	%	Limite di umidità
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso	UDI	Identificativo Unico Dispositivo	MD	Dispositivo medico

Smaltimento: *Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.*

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Dear Customers,
thank you for purchasing this battery container code 31204. Please read this instruction carefully before using your new battery container carefully to ensure proper handling and long service life.

The battery container is only designed to supply power to nystagmus spectacles according to Frenzel code 31204. With the battery container you have the possibility to work independent of mains power.

Read the safety instructions carefully and still only use the battery container as described in this manual, so it does not accidentally come in injury or damage. Keep this instruction for use to the later checking up. With passing on of the battery container you also hand over this instruction for use.

Safety instructions

General



- Please read this instruction carefully and retain them for reference.
- Use the battery container solely in accordance with this instruction.
- Handle the battery container with great care.
- Do not operate the device with wet hands.
- Clean the appliance only in the manner specified in this manual.
- Take care not to damage cable plug connections and cable wires. This could be the case, for example, due to heat, chemical influences or mechanical influences such as chafing, kinking or pulling.
- Misuse or any modification is not under the responsibility of the manufacturer.
- Please check the battery container for functionality and integrity before each use.
- Have any repairs carried out solely by a qualified electrician.
- Please remove the batteries before sending the battery container.
- Repairs may only be carried out with original spare parts which are installed according to the intended use.
- Make sure that the device does not fall down.
- Have a dropped appliance checked by a qualified electrician before you switch it on again.
- If the appliance should ever be damaged or defective or if you notice a scorching smell:
- Do not operate the device with damaged housing or damaged cables.
- Never try to repair the battery container yourself.
- Have the device repaired by a qualified electrician only.
- Always maintain the device as described in this manual.
- Before maintenance work, disconnect the power supply by removing the batteries.
- Any change leads to the exclusion of liability.
- The CE-sign looses is validity in case of the use of any non original spare parts.
- If you transfer the battery container to a third party, also hand over this instruction manual.

Warnings



- Do not use damaged instruments!
- Protect the battery container and its parts against all kind of mechanical damage or force!
- Do not throw and use with care!
- Screen the battery container from the sun. Keep dry! The products have to shelter from humidity about 75%!
- Misuse, damage, and wear are not covered by the warranty!
- Any signs or wear and tear due to regular use are excluded from the warranty!
- Make absolutely sure that no liquid enters the battery container!
- Only use dry batteries and make sure that the battery container is clean and dry before inserting the batteries!
- Remove the batteries from the battery container when not in use for a long time!

Intended use
The device is used for power supply and control of nystagmus spectacles according to Frenzel code 31204.

Side effects and residual risks
Contamination due to non-compliance with the preparation instruction, wrong or defective accessories.

Package Contents

- Please check the packaging and complain any damage immediately to the carrier.
- After opening the packaging, please check the contents of the packaging for damage that may have occurred due to improper handling during transport.
- Before you start inserting the batteries, please check the contents of the packaging to make sure that everything is included.

Your battery container package includes all of the following items. If any of these items are missing, please contact the dealer for assistance.

1x battery container



1x user's instruction



Operation

General

With the purchase of the battery container you have the opportunity to power the nystagmus spectacles according to Frenzel code 31204.
The nystagmus spectacles are connected via the two couplings on the 0.2m long connecting cable of the battery container.

With the adjustable rotary switch on the battery container the appropriate brightness can be adjusted.

Electricity

- To ensure the power supply of the device, use three batteries of size C LR14/AM-2 (baby cells) á 1.5 volts. (Not included in delivery).
- When inserting the batteries make sure the poles are connected correctly.

Insert the batteries



Use
- Before each use, clean the battery container with a soft cloth moistened with water and a mild, alcohol-free cleaning agent. Then dry the device thoroughly with a soft, dry cloth.
- Make sure that the battery container is in an undamaged, technically perfect condition.
- It is to use only the accessories specified by the manufacturer.
- Open the battery container by unscrewing the screw cap counterclockwise.
- Insert three batteries into the battery container, observing the correct polarity.
- Then, turn the screw cap back onto the battery container.
- Then insert the plug of the nystagmus spectacle into the two couplings of the battery container.
- Switch on the nystagmus spectacle by pressing the blue knob and turning the adjustment wheel clockwise.
- By turning the adjustment wheel clockwise, you can dim the brightness to the limit of the rotary switch (about. 3/4 turn).
- If you turn the adjustment wheel without pushing the knob or turning the adjustment wheel further then the end stop can destroy the switch.
- The nystagmus spectacles may only be operated by trained personnel. We cannot accept any liability for damage caused by incorrect handling.
- Switching off the device is done in reverse order.
- When you will not be using the device for a prolonged period, take the batteries out of the battery container.

Processing instructions
Store your battery container in a closed place where it is protected from dust and dirt to ensure their hygienic conditions. Never bring the device into contact with moisture or water. Remove light and stubborn dirt with a slightly damp or dry microfiber cloth. Incorrect or incomplete cleaning may jeopardize the patient or medical staff!

Restriction regarding reprocessing
The end of the product service life is usually determined by wear and damage caused by use.

Place of use
Remove surface soiling with a soft disposable cloth.

Maintenance
- Please sort damaged parts and have them repaired.
- If you send the battery container for repair, please remove the batteries before sending.

Cleaning / disinfection: automatically
- An automatic cleaning and disinfection is not approved for the battery container.
- Do not disinfect by spray or soak!

Cleaning / disinfection: manual
Clean the battery container after each use.
- Clean the battery container with a dry, clean cloth.
- Should the battery container become very dirty, you can wipe it from the outside with a damp cloth or rag and possibly some mild, alcohol-free cleaning agent.
- Never use aggressive or scouring cleaning agents such as alcohol, benzine, thinner or other chemical cleaners and do not use sharp objects to clean the device.
- Then remove any remaining moisture with a dry cloth.
- Do not immerse the battery container set in water, or in other liquids.

Drying
Allow the device to dry for at least one hour before reuse. Otherwise there is a risk that an explosive mixture of air and cleaning agent may ignite when the device is switched on.

Control and testing
Check the parts after cleaning for visible dirt. You may need to repeat the cleaning.

Packaging
The battery container must not be packaged in sterile packaging. Other packages are also possible.

Sterilization
Do not sterilize the battery container, thus electronic components can be damaged by high temperatures.

Technical data

• Type:	31214
• Power supply:	3 x batteries baby cellls type LR14/AM-2; á 1.5V
• Dimensions:	220 mm; Ø 32 mm
• Weight:	approx. 175 g (w/o batteries)
• Protection class:	IP X0

Classification according to:	
• MPG:	Class I, according to Annex VIII of Regulation 2017/745 (EU)
• CE marking:	according to Regulation 2017/745 (EU)
• RKI:	uncritical

Storage and transport conditions:	
• Storage temperature:	-30 to 60°
• Working temperature:	0 to 25°C
• Humidity:	30 to 75%
• Barometric pressure:	700 to 1.060 hPa

REF	Product code		Keep away from sunlight		Follow instructions for use
LOT	Lot number		Keep in a cool, dry place		Date of manufacture
	Manufacturer	CE	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Atmospheric pressure limit
	WEEE disposal		Temperature limit	%	Humidity limit
	Caution: read instructions (warnings) carefully	UDI	Unique Device Identifier	MD	Medical Device

Disposal: *The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.*

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

Bästa kund,
Tack för att du köpt denna batteribehållare av typ 31214. Vänligen läs denna bruksanvisning noga före användning av den nya batteribehållare för att säker hantering och en lång livslängd.

batteribehållare är endast avsedd att tillföra effekt till nystagmus-glasögon i enlighet med Frenzel typ 31204. Med batteribehållaren har du möjlighet att arbeta oberoende av näteffekten.

Läs säkerhetsanvisningarna noga och använd endast batteribehållare som beskrivs i denna manual, så att det inte oavsiktligt uppstår någon skada på person eller föremål. Spara bruksanvisningen för senare kontroll. Om du överlämnar batteribehållaren till annan användare måste du också lämna över bruksanvisningen.

Säkerhetsanvisningar

Allmänt

- Vänligen läs denna bruksanvisning noga och spara för framtida bruk.
- Använd batteribehållare endast i överensstämmelse med denna bruksanvisning.
- Hantera batteribehållare med stor omsorg.
- Arbeta inte på anordningen med våta händer.
- Rengör endast enheten på det sätt som specificeras i denna manual.
- Var noga med att inte skada kabelanslutningar och kabeltrådar. Detta kan ske till exempel på grund av värme, kemisk påverkan eller mekanisk påverkan såsom skavning, böjning eller dragning.
- Felanvändning eller ändringar ansvarar inte tillverkaren för.
- Vänligen kontrollera funktion och integritet på batteribehållare före varje användning.
- Låt utföra alla reparationer av en kvalificerad elektriker.
- Ta bort batterierna innan batteribehållaren sänds.
- Reparationer kan endast utföras med originaldelar som är installerade enligt avsedd användning.
- Se till att anordningen inte faller.
- Låt kontrollera en apparat som fallit av en kvalificerad elektriker innan du slår på den igen.
- Om apparaten skulle vara skadad eller defekt eller om du känner att det luktar bränt:
- Använd inte anordningen med skadat hölje eller skadade kablar.
- Försök aldrig reparera batteribehållare på egen hand.
- Låt endast reparera anordningen av en kvalificerad elektriker.
- Sköt alltid anordningen som beskrivs i den här manualen.
- Före underhållsarbetet, ska AB-effekttillförseln frånkopplas genom att batterierna tas ur.
- Alla ändringar leder till att skadeståndsansvaret utesluts.
- CE-märket förlorar sin giltighet om apparaten används med reservdelar som inte är originaldelar.
- Om du överlämnar batteribehållare till en tredje part, lämna även över denna manual.

Varningar

- Använd inte skadade instrument!
- Skydda batteribehållare och dess delar mot all slags mekanisk skada eller kraft!
- Kasta inte och använd med omsorg!
- Avskärma batteribehållaren från solen. Håll torr! Produkterna måste skyddas mot fukt kring 75 %!
- Felanvändning, skada och slitage täcks inte av garantin!
- Alla tecken på slitage och nötning på grund av regelbunden användning är uteslutna från garantin!
- Se absolut till att ingen vätska kommer in i batteribehållaren!
- Använd endast torra batterier och se till att batteribehållaren är ren och torr innan du sätter i batterierna!
- Ta ur batterierna ur batteribehållaren när du inte ska använda den under en längre tid!

Avsedd användning
Anordningen används för effekttillförsel och kontroll av nystagmusglasögon enligt Frenzel typ 31204.

Sidoeffekter och resterande effekter
Kontamination på grund av icke-överensstämmelse med anvisningen för förberedning, fel eller defekta tillbehör.

Förpackningens innehåll

- Vänligen kontrollera förpackningen och meddela alla skador omedelbart till speditören.
- Efter att förpackningen öppnad, kontrollera innehållet om skada uppstått på grund av felaktig hantering under transporten.
- Innan du börjar sätta i batterierna, kontrollera innehållet i förpackningen för att säkerställa att allt finns.

Förpackningen med din batteribehållare inkluderar alla följande artiklar. Om någon av dessa artiklar saknas, kontakta återförsäljaren för assistans.

1x batteribehållare typ 31214



1x bruksanvisning



Åtgärd

Allmänt

Genom köpet av batteribehållare har du möjlighet att spänningsföra nystagmusglasögonen enligt Frenzel typ 31204. Nystagmusglasögonen är anslutna via de två kopplingarna på den 0,2m långa anslutningskabeln till batteribehållare.

Med den justerbara vridbrytaren på batteribehållaren kan rätt ljusstyrka justeras.

Elektricitet

- För att säkerställa effekttillförsel till anordningen, använd tre batterier av storlek C LR14/AM-2 (babyceller) på 1,5 volt. (Ingår inte i leveransen).
- Se till att polerna sitter i rätt riktning när du sätter i batterierna.

Sätta i batterierna



Användning
- Rengör före varje användning batteribehållare med en mjuk trasa som fuktats med vatten och ett milt alkoholfritt rengöringsmedel. Torka sedan anordningen noga med en mjuk och torr trasa.
- Se till att batteribehållare är i oskadat, tekniskt perfekt förhållande.
- Endast tillbehör som specificerats av tillverkaren får användas.
- Öppna batteribehållaren genom att skruva av skruvlocket moturs.
- Sätt i tre batterier i batteribehållaren och observera deras korrekta polaritet.
- Vrid sedan på skruvlocket igen på batteribehållaren.
- Sätt sedan på pluggen till nystagmusglasögonen i de två kopplingarna till batteribehållare.
- Sätt på nystagmusglasögonen genom att trycka på den blå knoppen och vrid justerratten medurs.
- Genom att vrida justerratten medurs kan du reglera ljusstyrkan till roterbrytarens gräns (ca. 3/4 varv).
- Om du vrider justerratten utan att skjuta knoppen eller vrider justerratten längre än slutstoppet kan du förstöra brytaren.
- Nystagmusglasögonen får endast användas av utbildad personal. Vi kan inte acceptera något skadeståndsansvar för skada till följd av felaktig hantering.
- Avstängning av anordningen görs i motsatt ordning.
- När du inte ska använda anordningen under en längre tidsperiod, ta ur batterierna ur batteribehållaren..

Processningsanvisningar
Förvara din batteribehållare på en sluten plats skyddad från damm och smuts för säkra hygieniska förhållanden.
För aldrig anordningen i kontakt med fukt eller vatten. Avlägsna lätt och envis smuts med en något fuktad eller torr mikrofibertrasa. Felaktig eller ofullständig rengöring kan äventyra patienten eller sjukvårdspersonalen!

Restriktion angående omprocessning
Slutet på produktens livslängd avgörs vanligen av slitage och skada som orsakas genom användning.

Användningsplats
Avlägsna ytlig nedsmutsning med en mjuk trasa för engångsbruk.

Underhåll
- Sortera skadade delar och låt reparera.
- Om du sänder batteribehållare till reparation, avlägsna först batterierna.

Rengöring/desinficering: automatiskt
- En automatisk rengöring och desinficering godkänns inte för batteribehållare.
- Desinficera inte med spray eller indränkning!

Rengöring/desinficering: manuell
Rengör batteribehållare efter varje användning.
- Rengör med en torr och ren trasa.
- Om batteribehållare skulle bli mycket smutsig, kan du torka av den på utsidan med en fuktig trasa och möjligen lite milt alkoholfritt rengöringsmedel.
- Använd aldrig aggressiva eller repande rengöringsmedel som alkohol, bensin, thinner eller andra kemiska rengöringsmedel och använd inte vassa föremål för att rengöra anordningen.
- Avlägsna sedan återstående fukt med en torr trasa.
- Sänk inte batteribehållaren i vatten eller annan vätska.

Torkning
Låt anordningen torka i minst en timme innan du använder den igen. Annars finns risk att en explosiv blandning av luft och rengöringsmedel kan antändas när anordningen slås på.

Kontroll och testning
Kontrollera delarna efter rengöring om smuts syns. Du kan behöva upprepa rengöringen.

Förpackning
Batteribehållare måste inte förpackas i steril förpackning. Annan förpackning är också möjlig.

Sterilisering
Sterilisera inte batteribehållare, annars kan elektroniska komponenter skadas av höga temperaturer

Tekniska data

• Typ:	31214
• Effekttillförsel:	3 x batterier babyceller typ LR14/AM-2; på 1,5V
• Dimensioner:	220 mm; 0,32 mm
• Vikt:	cirka 175 g (m/u batterier)
• Skyddsklass:	IP X0

Klassificering enligt:	
• MPG:	Klass I, enligt Bilaga VIII i förordning 2017/745 (EU)
• CE-märke:	enligt förordning 2017/745 (EU)
• RKI:	okritisk

Förvarings- och transportförhållanden:	
• Förvaringstemperatur:	-30 till 60°
• Arbetstemperatur:	0 till 25°C
• Fukt:	30 till 75%
• Barometertryck:	700 till 1.060 hPa

REF	Produktkod		Skyddas från solljus		Följ bruksanvisningen
LOT	Satsnummer		Förvara på svalt och torrt ställe		Tillverkningsdatum
	Tillverkare	CE	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Atmosfäriskt tryck
	Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)		Temperaturgräns	%	Fuktighetsgräns
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga	UDI	Unik enhetsidentifierare	MD	Medicinteknisk produkt

Bortskaffande: *Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall.*
Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas , genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.