LUXAMED®

LUXAMED® Reflexhammer

LUXAMED® Reflex hammer

Marteau reflex LUXAMED®

LUXAMED® Martello reflex

Martillo LUXAMED® Reflex

Młotek refleksyjny LUXAMED®

Martelo reflexos Luxamed®

Deutsch 2

English 8

Français 14

Italiano 20

Español 26

Polski 32

Portuguese 38

LUXAMED®

Fabricante: LUXAMED GmbH & Co. KG *
Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Alemania
Fon: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0)7344 92905 10
Email: info@luxamed.de * www.luxamed.de

- ESPAÑOL -



Para garantizar el uso adecuado de este producto LUXAMED®, lea detenidamente este manual de usuario y guárdelo para futuras referencias.

Martillo LUXAMED® Reflex

Uso previsto del instrumento:
Los martillos reflejos LUXAMED® solo se deben usar para probar los reflejos musculares o tendinosos y los reflejos de la piel en una piel sana. La aguja, en la base del mango, se utiliza para probar la sensibilidad de la piel. Use la punta del sensor neurológico con cuidado para evitar lesiones o perforaciones en el ámbito de aplicación. Estos instrumentos sólo deben ser utilizados por personal autorizado y capacitado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilice el dispositivo de acuerdo con su uso designado y solo para el propósito previsto.

Contraindicación:
Ninguna

Advertencia:


Asegúrese de que, antes de cualquier uso, los insertos de goma estén fijados correctamente en la cabeza del martillo. NUNCA lo use sin inserciones de goma.


Use la punta del sensor neurológico con cuidado para evitar lesiones o perforaciones en el ámbito de aplicación debido a un uso inadecuado.


Todos los incidentes graves que se hayan producido con el producto deberán ser comunicados al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario y/o el paciente está establecido.

Aplicación:
Con el martillo reflejo, golpee suavemente la zona refleja correspondiente. Asegúrese de una aplicación cuidadosa. Con la contracción refleja causada se puede establecer un diagnóstico. Al presionar o mover ligeramente la parte superior de la aguja hacia adelante y hacia atrás sobre la piel, se puede diagnosticar la sensibilidad de la piel.

Limpieza:
Siempre limpie el martillo reflejo justo después de su uso. El martillo reflejo se puede limpiar con un paño húmedo (use materiales de limpieza ph-neutros o ligeramente alcalinos).

Desinfección:
Desinfección o desinfección de las superficies exteriores del martillo reflejo simplemente mediante desinfección con toallita. Para esto, se puede utilizar isopropanol.

Esterilización:
No es necesaria la esterilización, no está aprobado para la esterilización.

Disposición:
Este producto y sus accesorios se pueden eliminar junto con los residuos domésticos.

Condiciones de almacenamiento, transporte y funcionamiento:
Temperatura ambiente entre -10° y +40°
Humedad entre el 10% y el 90%

Clave de símbolo

	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Atención al manual de usuario
	Cautela
	De conformidad con las directrices de la UE
	Es un devivo médico
	Conforme a las normas de la Reino Unido
	Representante suizo para productos sanitarios: Inspera GmbH Thunstrasse 64 CH-3110 Münsingen

Condiciones de garantía:
Damos 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe ser probada por la factura. Dentro del período de garantía, los defectos se eliminan de forma gratuita. Después de las reparaciones, el período de garantía no se extiende a toda la unidad, sino solo a los componentes reemplazados. Se excluyen de la garantía las piezas sujetas a desgaste normal (por ejemplo, manguito), daños en el transporte y cualquier daño causado por un manejo inadecuado (por ejemplo, incumplimiento de las instrucciones de uso). Los daños debidos al desmontaje por personas no autorizadas también están excluidos de la garantía. Ninguna reclamación por daños y perjuicios contra nosotros está respaldada por la garantía. En el caso de reclamaciones de garantía justificadas, el dispositivo debe enviarse junto con la invitación original a:



LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-Straße 3
89143 Blaubeuren
Alemania
Teléfono: + 49 (0) 7344 92905-0