LUXAMED®

LUXAMED® Reflexhammer

LUXAMED® Reflex hammer

Marteau reflex LUXAMED®

LUXAMED® Martello reflex

Martillo LUXAMED® Reflex

Młotek refleksyjny LUXAMED®

Martelo reflexos Luxamed®

Deutsch 2

English 8

Français 14

Italiano 20

Español 26

Polski 32

Portuguese 38

LUXAMED®

Produttore: LUXAMED GmbH & Co. KG *
Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Germania
Fon: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0)7344 92905 10
Email: info@luxamed.de * www.luxamed.de

- ITALIANO -



Per garantire un uso corretto di questo prodotto LUXAMED®, leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro.

LUXAMED® Martello reflex

Destinazione d‘uso dello strumento:
I martelli reflex LUXAMED® devono essere utilizzati solo per testare i riflessi muscolari o tendinei e i riflessi cutanei su una pelle sana. L‘ago, sulla base del manico, viene utilizzato per testare la sensibilità della pelle. Utilizzare con attenzione la punta del sensore neurologico per evitare lesioni o perforazioni nell‘ambito di applicazione. Questi strumenti devono essere utilizzati solo da personale autorizzato e addestrato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare il dispositivo in conformità con l‘uso designato e solo per lo scopo previsto.

Controindicazione:
Nessuno

Avvertimento:


Assicurarsi che, prima di qualsiasi utilizzo, gli inserti in gomma siano fissati correttamente alla testa del martello. Mai utilizzare senza inserti in gomma.


Utilizzare con attenzione la punta del sensore neurologico per evitare lesioni o perforazioni nell‘ambito di applicazione a causa di un uso improprio.


Tutti gli incidenti gravi che si sono verificati con il prodotto devono essere segnalati al fabbricante e all‘autorità competente dello Stato membro in cui l‘utilizzatore e / o il paziente è stabilito.

Applicazione:
Utilizzando il martello reflex, picchiettare delicatamente sulla zona riflessa corrispondente. Assicurarsi di un‘applicazione attenta. Con la contrazione riflessa causata è possibile stabilire una diagnostica. Premendo leggermente o spostando la parte superiore dell‘ago avanti e indietro sulla pelle, è possibile diagnosticare la sensibilità della pelle.

Pulitura:
Pulire sempre il martello reflex subito dopo l‘uso. Il martello reflex può essere pulito con un panno umido (utilizzare materiali per la pulizia neutri o leggermente alcalini).

Disinfezione:
Disinfezione o disinfezione delle superfici esterne del martello reflex semplicemente con la disinfezione. Per questo, è possibile utilizzare l‘isopr.

Sterilizzazione:
Nessuna sterilizzazione necessaria, non approvata per la sterilizzazione.

Disposizione:
Questo prodotto e i suoi accessori possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Condizioni di stoccaggio, trasporto e funzionamento:
Temperatura ambiente tra -10° e +40°
Umidità relativa tra il 10% e il 90%

Chiave simbolo

	Fabbricante
	Data di fabbricazione
	Attenzione al manuale d‘uso
	Cautela
	In conformità con le linee guida dell‘UE
	È un devive medico
	Conforme alle normative del Regno Unito
	Rappresentante svizzero autorizzato per i dispositivi medici: Inspera GmbH Thunstrasse 64 CH-3110 Münsingen

Condizioni di garanzia:
Diamo 2 anni di garanzia dalla data di acquisto. La data di acquisto deve essere confutata dalla fattura. Entro il periodo di garanzia i difetti vengono eliminati gratuitamente. Dopo le riparazioni il periodo di garanzia non viene esteso all‘intera unità, ma solo ai componenti sostituiti. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a normale usura (es. bracciale), danni da trasporto ed eventuali danni causati da manipolazioni improprie (es. non conformità alle istruzioni per l‘uso). Danni dovuti allo smontaggio da parte di persone non autorizzate sono esclusi dalla garanzia. Nessuna richiesta di risarcimento danni nei nostri confronti è comprovata dalla garanzia. In caso di richieste di garanzia giustificate, il dispositivo deve essere inviato insieme all‘indicazione originale a:



LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-Straße 3
89143 Blaubeuren
Germania
Telefono: + 49 (0) 7344 92905-0