LUXAMED®

LUXAMED® Reflexhammer

LUXAMED® Reflex hammer

Marteau reflex LUXAMED®

LUXAMED® Martello reflex

Martillo LUXAMED® Reflex

Młotek refleksyjny LUXAMED®

Martelo reflexos Luxamed®

Deutsch 2

English 8

Français 14

Italiano 20

Español 26

Polski 32

Portuguese 38

LUXAMED®

Fabricante: LUXAMED GmbH & Co. KG *
Daniel-Weil-Str.3 * 89143 Blaubeuren * Alemanha
Tel.: +49(0)7344 92905 0 * Fax: +49(0)7344 92905 10
Email: info@luxamed.de * www.luxamed.de

- PORTUGUÊS -



Para garantir uma utilização adequada deste produto LUXAMED®, leia atentamente este manual do utilizador e guarde para referência futura.

Martelo reflexos Luxamed®

Utilização prevista do instrumento:
Os martelos reflexos LUXAMED® só devem ser utilizados para testar os reflexos musculares ou tendões e os reflexos cutâneos na pele saudável. A agulha, na base da pega, é usada para testar a sensibilidade da pele. Utilize cuidadosamente a ponta do sensor neurológico para evitar ferimentos ou perfurações no âmbito da aplicação. Estes instrumentos só devem ser utilizados por pessoal autorizado e treinado. Mantenha fora do alcance das crianças.
Utilize o aparelho de acordo com a sua utilização designada e apenas para o fim a que se destina.

Contraindicação:
Nenhum

Aviso:


Certifique-se de que, antes de qualquer utilização, os encaixes de borracha estão corretamente fixados na cabeça do martelo. NUNCA utilize sem inserções de borracha.


Utilize cuidadosamente a ponta do sensor neurológico para evitar ferimentos ou perfurações no âmbito da aplicação devido a uma utilização inadequada.


Todos os incidentes graves ocorridos com o produto devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente é estabelecido.

Aplicação:
Utilizando o martelo reflexos, bata suavemente na zona de reflexo correspondente. Certifique-se de uma aplicação cuidadosa. Com a contração do reflexos causado, pode ser estabelecido um diagnóstico. Pressionando ou movendo ligeiramente a parte superior da agulha para trás e para a frente na pele, a sensibilidade da pele pode ser diagnosticada.

Limpeza:
Limpe sempre o martelo reflexos logo após a utilização. O martelo reflexos pode ser limpo com um pano húmido (utilize materiais de limpeza neutros ou ligeiramente alcalinos).


Desinfeção:
Desinfeção ou limpeza desinfeção das superfícies exteriores do martelo reflexos simplesmente por desinfeção de limpeza. Para isso, o isopropanol pode ser usado.

Esterilização:
Não é necessária esterilização, não foi aprovada para esterilização.

Eliminação:
Este produto e os seus acessórios podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Condições de armazenamento, transporte e funcionamento:
Temperatura ambiente entre -10° e +40°
Humidade entre 10% e 90%

Chave de símbolo

	Fabricante
	Data de fabrico
	Atenção ao manual do utilizador
	Cuidado
	Em conformidade com as diretrizes da UE
	É um dispositivo médico
	Em conformidade com os regulamentos do Reino Unido
	Representante autorizado suíço para dispositivos médicos: Inspera GmbH Thunstrasse 64 CH-3110 Münsingen

Condições de Garantia:
Damos 2 anos de garantia a partir da data de compra. A data de compra tem de ser comprovada pela fatura. Dentro do período de garantia, os defeitos são eliminados gratuitamente. Após reparações, o período de garantia não é prolongado em toda a unidade, mas apenas nos componentes substituídos. Excluídas da garantia estão peças sujeitas a desgaste normal (por exemplo, manguito), danos no transporte e quaisquer danos causados por manuseamento impróprio (por exemplo, incumprimento das instruções de utilização). Danos devidos à desmontagem por pessoas não autorizadas estão também excluídos da garantia. Não existem reclamações por danos contra nós comprovados pela garantia. No caso de garantia justificada, o dispositivo tem de ser enviado juntamente com a votação original para:



LUXAMED GmbH & Co. KG
Daniel-Weil-Straße 3
89143 Blaubeuren
Alemanha
Tel.: + 49 (0) 7344 92905-0

www.luxamed.de

C4-1001.B.1