

Littmann® Classic III™ Stethoscope

3M

Stetoskoobi 3M™ Littmann® Classic III™ kasutusjuhend

Õnnitleme teid uue stetoskoobi 3M™ Littmann® Classic III™ ostu puhul.

Littmann Classic III stetoskoobis on esmaklassiline akustiline funktsioonivõime kombineeritud erakordse mitmekülgsusega. Tänu uuenduslikule disainile on rindkereotsiku kummalgi poolel sageduspõhine üheosaline membraan; suurt poolt saab kasutada täiskasvanud patsientidel ja väike pool sobib hästi laste uuringuteks. Lisaks saab rindkereotsiku lastele mõeldud poole muuta traditsiooniliseks kuuldetoruks, selleks tuleb sageduspõhine membraan asendada komplekti kuuluva mittekülmeneva kuuldetoru ümbrisega. Lisateavet saate veebilehelt www.littmann.com.

Sümbolite tähendus


Vaadake kasutusjuhendit.

Tootmisel ei ole kasutatud looduslikku kummilateksit.

Kasutusjuhised


Stetoskoobi kõrvadesse panemine

Stetoskoobi kuularite konstruktsioon lähtub tüüpilisest kuulmekäigu anatoomiast ning tagab mugava ja akustiliselt hermeetilise sobivuse. Kõrvaotsikud peavad kõrvadesse sisestamisel olema suunatud ettepoole.




Kuularite pinguse reguleerimine

Vajaduse korral saate kuularite pingust reguleerida, et oleks tagatud tihke, kuid mugav sobivus kõrvades.



Kuularite vedrupinge vähendamiseks tõmmake kõrvatorusid lahku. Korrake tegevust, kuni saavutate soovitud pinguse.



Vajutage kõrvatorusid kuularite vedrupinge suurendamiseks kokku. Korrake tegevust, kuni saavutate soovitud pinguse.


EE

Rindkereotsiku aktiivse poole valimine


Stetoskoobil Littmann Classic III on kahepoolne rindkereotsik. Korraga on akustiliselt aktiivne vaid üks rindkereotsiku pool ja seda tähistab tüvesel olev tähis. Pöörake aktiivse poole vahetamiseks rindkereotsikut.

Stetoskoobi Littmann sageduspõhine membraan – madal- ja kõrgsageduslike helide kuulamine

Rindkereotsiku mõlemad pooled on varustatud stetoskoobi Littmann patenteeritud sageduspõhise membraaniga, mis võimaldab teil eristada kas madal- või kõrgsageduslikke helisid, milleks tuleb lihtsalt reguleerida patsiendile rakendatavat survet.




Madalad sagedused: madalama sagedusega helide eristamiseks rakendage patsiendile kerget survet.




Kõrged sagedused: kõrgema sagedusega helide eristamiseks rakendage patsiendile tugevamat survet.

EE


Traditsiooniliseks avatud kuuldetoruks muutmine




Rindkereotsiku väikest poolt saab kasutada koos stetoskoobi Littmann sageduspõhise membraaniga ja seda saab muuta komplekti kuuluva mittekülmeneva ümbrisega traditsiooniliseks avatud kuuldetoruks.



Vajutage stetoskoobi Littmann sageduspõhise membraani eemaldamiseks pöidla ja nimetissõrme küüntega membraani äärist, tõmmake membraani ja eemaldage see rindkereotsikult.



Asetage mittekülmeneva kuuldetoru ümbrise paigaldamiseks ümbrise üks külg rindkereotsiku servale ning venitage see üle rindkereotsiku serva ja selle ümber.




Stetoskoobi Littmann sageduspõhise membraani uuesti kokkupanekuks eemaldage mittekülmenev kuuldetoru ümbris. Sisestage sageduspõhise membraani elastne serv äärisel olevasse soonde ning rullige ääris aeglaselt ümber rindkereotsiku serva ja üle selle.

Puhastamine, desinfitseerimine ja hoiundamine

Puhastage stetoskoopi enne järgmisel patsiendil kasutamist kas 70% isopropüülalkoholiga niisutatud puhastuslapiga või seebi, vee ja ühekordse puhastuslapiga. Stetoskoobi puhastamisel on orgaanilise aine eemaldamiseks soovitatav kasutada ühekordset puhastuslappi.

Stetoskoobi desinfitseerimiseks võib kasutada 2% valgendi lahust. Nende stetoskoopide korral, mille toru värv sisaldab punaseid pigmente (Burgundy, Pink, Plum, Peach, Raspberry, Orange jne), võib pärast kokkupuudet valgendiga esineda mõningast värvuse muutust. Kasutage valgendi lahust valgendi destruktiivsete omaduste tõttu üksnes piiratult ja/või kui see on vajalik.

Põhjalikuks puhastamiseks võib eemaldada sageduspõhised membraanid, mittekülmeneva kuuldetoru ümbrise ja kõrvaotsikud (veenduge enne uuesti kokku panemist, et kõik osad ja pinnad oleks kuivad). Tõmmake kõrvaotsikuid jõuga, et eemaldada need kuularitelt. Kõrvaotsikute kokkupanemiseks suruge kõrvaotsiku väike külg kõrvatorusse, kuni see klõpsab täielikult oma kohale.



Ärge asetage stetoskoopi ühegi vedeliku sisse.

Ärge rakendage stetoskoobi steriliseerimiseks ühtegi steriliseerimisprotsessi.

Vältige stetoskoobi hoiundamist äärmiselt kuumas hoiukohas.

Stetoskoopide Littmann teenindus ja garantiiprogramm

Palun registreerige oma stetoskoop veebilehel http://www.littmann.com/warranty-registration.

Stetoskoobil Littmann Classic III on viie (5) aasta pikkune garantii materjalidest ja tootmisest tingitud defektide suhtes.Garantiiperioodil parandatakse toode stetoskoobi ettevõttele 3M tagastamisel tasuta, välja arvatud juhul, kui toodet on selgelt väärkasutatud või see on juhuslikult kahjustunud.

Hooldus- ja remonditööde tegemiseks Ameerika Ühendriikides minge veebilehele www.littmann.com/service või helistage numbril 1 800 292 6298. Kui asute väljaspool Ameerika Ühendriike, minge veebilehele www.littmann.com, kust saate ettevõtte 3M piirkondliku kontori kontaktandmed.

3M, Littmann, logo L Littmann, L ja Classic III on ettevõtte 3M kaubamärgid.

Kanadas kasutatav litsentsi alusel.
© 2015, 3M. Kõik õigused kaitstud.

EE

Made in U.S.A. by **3M Health Care**,
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website www.littmann.com

Not Made With Natural Rubber Latex

Consult instructions for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Classic III are trademarks of 3M. Used under license in Canada.
© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3

EC REP **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany