

Littmann® Classic III™ Stethoscope

3M

„3M™ Littmann® Classic III™“ stetoskopo naudotojo vadovas

Sveikiname nusipirkus naują „3M™ Littmann® Classic III™“ stetoskopą.

„Littmann Classic III“ stetoskopas užtikrina puikų akustinį jautrumą bei išskirtinį įvairiapusiškumą. Jo naujoviškas dizainas pasižymi reguliuojama, vientisa diafragma kiekvienoje galvutės pusėje; didelę pusę galima naudoti suaugusiems pacientams, o maža pusė yra ypač naudinga apžiūrint vaikus. Be to, vaikams skirta galvutės pusė lengvai paverčiama tradiciniu varpeliu paprasčiausiai pakeičiant reguliuojamą diafragmą nesukeliančia šalčio jausmo varpelio mova, pateikiama kartu su stetoskopu. Išsamesnės informacijos rasite www.littmann.com.

Simbolių paaiškinimas

Žiūrėkite naudojimo instrukciją.

Pagaminta nenaudojant natūralaus latekso.

LT

Naudojimo instrukcija

Stetoskopo įkišimas į savo ausis

Stetoskopo ausinės pakreiptos taip, kad atitiktų įprasto ausies kanalo anatomiją, ir sukurtos, kad būtų patogios, nepralaidžios aplinkos garsui. Kai dedate ausų kištukus į ausis, jų galiukai turi būti nukreipti į priekį.



Ausinių įtempimo reguliavimas

Jeigu reikia, galite sureguliuoti ausinių įtempimą, kad užtikrintumėte glaudų, bet patogų atitikimą jūsų ausims.



Norėdami sumažinti spyruoklinį ausinių įtempimą, patraukite ausines į šalį vieną nuo kitos. Kartokite, kol gausite pageidaujamą įtempimą.



Norėdami padidinti spyruoklinį ausinių įtempimą, suspauskite ausines kartu. Kartokite, kol gausite pageidaujamą įtempimą.

Galvutės aktyviosios pusės pasirinkimas

„Littmann Classic III“ stetoskopas pasižymi dvipuse galvute. Tik viena galvutės pusė yra akustiškai aktyvi vienu metu, tai yra pažymėta žyma ant kotelio. Sukite galvutę, kad pakeistumėte jos aktyvią pusę.

„Littmann“ reguliuojama diafragma – išgirskite žemo ir aukšto dažnio garsus

Abiejose galvutės pusėse yra patentuota „Littmann“ reguliuojama diafragma, kuri suteikia galimybę pabrėžti žemo arba aukšto dažnio garsus, paprasčiausiai pareguliavus pacientui taikomą spaudimą.



Žemieji dažniai: norėdami akcentuoti žemesnio dažnio garsus, pacientui naudokite mažą spaudimą.



Aukštieji dažniai: norėdami akcentuoti aukštesnio dažnio garsus, naudokite didesnį spaudimą pacientui.

Pakeitimas į tradicinį atvirą varpelį



Galvutės mažąją pusę galima naudoti su „Littmann“ reguliuojama diafragma arba ją galima pakeisti tradiciniu atviru varpeliu su nesukeliančia šalčio jausmo varpelio mova, pateikiama kartu su stetoskopu.



Norėdami nuimti „Littmann“ reguliuojamą diafragmą, suspauskite diafragmos kraštą nykščio ir smiliaus nagais, patraukite ir pakelkite diafragmą iš galvutės.



Norėdami surinkti nesukeliančią šalčio jausmo varpelio movą, vieną movos pusę padėkite ant galvutės krašto ir ištempkite ją ant galvutės ir aplink galvutės kraštą.



Norėdami surinkti „Littmann“ reguliuojamą diafragmą, nuimkite šalčio jausmo nesukeliančią varpelio movą. Įdėkite reguliuojamos diafragmos lankstų kraštą į krašto griovelį ir lėtai vyniokite kraštą aplink galvutę ir ant galvutės krašto.

LT

Valymas, dezinfekavimas ir laikymas

Valykite savo stetoskopą po kiekvieno paciento apžiūros 70 % izopropilo alkoholiu suvilgyta servetėle arba vienkartine servetėle su muilu ir vandeniu. Stetoskopą yra geriausia valyti vienkartine servetėle, kad būtų pašalintos organinės medžiagos.

Jūsų stetoskopui dezinfekuoti galima naudoti 2 % chlorkalkių tirpalą. Tačiau stetoskopai, kurių vamzdelių dažuose yra raudonų pigmentų (bordo, rausvos, slyvų, persikų, aviečių, apelsinų ir pan.), šiek tiek pakeičia spalvą panaudojus chlorkalkes. Dėl chlorkalkių ardančio poveikio šį tirpalą naudokite ribotai ir (arba) tuomet, kai reikalinga.

Reguliuojamas diafragmas, šalčio jausmo nesukeliančią movą ir ausų kištukus galima išimti ir kruopščiai valyti (užtikrinkite, kad visos dalys ir paviršiai būtų sausi, prieš vėl jas surinkdami). Norėdami išimti ausų kištukus iš ausinių, stipriai patraukite. Norėdami įdėti ausų kištukus, stipriai pastumkite mažą ausų kištuko pusę ant ausinės, kol jis užsifiksuos savo vietoje.



LT

Nenardinkite savo stetoskopo į jokį skystį.

Jokiu būdu nesterilizuokite savo stetoskopo.

Nelaikykite savo stetoskopo ekstremaliame karštyje.

„Littmann“ stetoskopo priežiūros ir garantinė programa

Užregistruokite savo stetoskopą internete: http://www.littmann.com/warranty-registration

„Littmann Classic III“ stetoskopui taikoma medžiagų ir gamybos defektų garantija, galiojanti penkerius (5) metus. Garantiniu laikotarpiu remonto darbai bus atliekami nemokamai grąžinus stetoskopą „3M“ įmonei, išskyrus akivaizdaus piktnaudžiavimo ar tyčinio sugadinimo atvejus.

Dėl informacijos apie priežiūros ir remonto darbus JAV aplankykite svetainę www.littmann.com/service arba skambinkite tel. 1-800-292-6298. Jeigu jūs gyvenate ne JAV, apsilankykite interneto svetainėje www.littmann.com dėl informacijos, kaip susisiekti su savo vietiniu „3M“ biuru.

„3M“, „Littmann“, „L Littmann“ logotipas, „L“ ir „Classic III“ yra „3M“ prekių ženklai.

Naudojami pagal licenciją Kanadoje.
© 2015, 3M. Visos teisės saugomos.

Made in U.S.A. by **3M Health Care**,
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website www.littmann.com

Not Made With Natural Rubber Latex

Consult instructions for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Classic III are trademarks of 3M. Used under license in Canada.
© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3

EC REP **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany