

Littmann® Classic III™ Stethoscope

3M

3M™ Littmann® Classic III™ fonendoszkóp használati utasítás

Gratulálunk új 3M™ Littmann® Classic III™ fonendoszkópjához!

A Littmann Classic III fonendoszkóp a kiváló hangteljesítmény mellett rendkívül sok felhasználási lehetőséget is nyújt. Az innovatív kialakítású modell hallgatófejének mindkét oldalán található egy-egy hangolható, egyrészes membrán; a nagyobb oldal felnőtt betegek esetén, a kisebb oldal különösen a gyermekgyógyászatban használható. Ezenfelül a fej gyermekeken használható oldala könnyen átalakítható hagyományos haranggá azáltal, hogy kicseréli a hangolható membránt a fonendoszkóphoz mellékelt meleg tapintatú harangkarimára. További információért keresse fel honlapunkat a www.littmann.com címen.

Jelmagyarázat


Tanulmányozza a használati utasítást.

Természetes latexgumi felhasználása nélkül készült.

Használati utasítás

A fonendoszkóp behelyezése a hallójáratába


A fonendoszkóp fejhallgatója hajlított, így jól illeszkedik a hallójárat anatómiájához; kialakítása kényelmes, hangszigetelt illeszkedést tesz lehetővé. A hallójáratba való behelyezéskor a füldugóknak előrefelé kell mutatniuk.




A fejhallgató szorítóerejének beállítása

Amennyiben szükséges, állíthat a fejhallgató szorítóerején a szoros, mégis kényelmes illeszkedés elérésének érdekében.

HU



A rugó szorítóerejének csökkentéséhez húzza szét a fülcsöveket. Ismételje, amíg eléri a kívánt szorítóerőt.




A rugó szorítóerejének növeléséhez nyomja össze a fülcsöveket. Ismételje, amíg eléri a kívánt szorítóerőt.

A hallgatófej aktív oldalának kiválasztása


A Littmann Classic III fonendoszkóp kétoldalas hallgatófejjel rendelkezik. A hallgatófejnek egyszerre csak az egyik oldala akusztikusan aktív, ez a száron meg van jelölve. Az aktív oldal kiválasztásához forgassa el a hallgatófejet.

Littmann hangolható membrán – alacsony és magas frekvenciájú hangok hallgatása

A hallgatófej mindkét oldalán szabadalmazott Littmann hangolható membrán található, amely lehetővé teszi az alacsony és a magas frekvenciájú hangok kiemelését is, egyszerűen a betegre kifejtett nyomás változtatásával.




Alacsony frekvencia: Az alacsonyabb frekvenciájú hangok kiemeléséhez alkalmazzon gyenge nyomást a betegen.




Magas frekvencia: A magasabb frekvenciájú hangok kiemeléséhez alkalmazzon erős nyomást a betegen.


Hagyományos nyitott haranggá alakítás




A hallgatófej kisebb oldala használható a Littmann hangolható membránnal, vagy átalakítható hagyományos nyitott haranggá a fonendoszkóphoz mellékelt meleg tapintatú karimával.



A Littmann hangolható membrán eltávolításához csípje össze a membrán szélét hüvelyk- és mutatóujjának körmével, majd húzza meg és emelje le a membránt a hallgatófejről.



A meleg tapintatú harangkarima felhelyezéséhez illessze a karima egyik oldalát a hallgatófej pereméhez, és körben húzza rá azt.



A Littmann hangolható membrán visszahelyezéséhez távolítsa el a meleg tapintatú harangkarimát. Illessze a hangolható membrán rugalmas peremét a szél vájatába, és lassan, körben görgesse rá a szélt a hallgatófej peremére.


HU

Tisztítás, fertőtlenítés és tárolás

Mindig tisztítsa meg fonendoszkópját 70%-os izopropil-alkoholos törléssel vagy szappanos víz és eldobható törlőkendő segítségével, mielőtt egy másik betegen alkalmazná. A szerves anyagok eltávolításához legcélszerűbb eldobható törlőkendőt használni a fonendoszkóp tisztításakor.

A fonendoszkóp fertőtlenítéséhez 2%-os nátrium-hipoklorit oldat használható. Azonban azok a fonendoszkópok, amelyeknek csővezetékét piros pigmentekkel (bordó, rózsaszín, szilva, barack, málna, narancs stb.) festették, enyhén elszíneződnek a nátrium-hipoklorit oldattal történő érintkezés után. A nátrium-hipoklorit károsító hatása miatt csak ritkán használja azt, és/vagy csak akkor, amikor szükséges.

Az alapos tisztításhoz távolítsa el a hangolható membránt, a meleg tapintatú harangkarimát és a füldugókat (összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész és felület száraz). A füldugók fejhallgatóról történő eltávolításához határozottan húzza meg azokat. A füldugók visszahelyezéséhez tolja a füldugó kisebb felét a fülcsőre, amíg teljesen a helyére nem pattan.



Ne merítse a fonendoszkópot semmilyen folyadékba.

Ne tegye ki a fonendoszkópot semmilyen sterilizációs eljárásnak.

Kerülje a fonendoszkóp szélsőséges hőmérsékleten történő tárolását.

A Littmann fonendoszkópok szervizelési és jótállási programja

Kérjük, regisztrálja fonendoszkópját online az alábbi címen: http://www.littmann.com/warranty-registration

A Littmann Classic III fonendoszkópot öt (5) éven keresztül jótállás védi minden anyag- és gyártási hibával szemben. A jótállás időtartama alatt a fonendoszkóp 3M vállalathoz történő visszajuttatása esetén a javítás díjmentes, kivéve ha a hiba nem rendeltetésszerű használatból vagy véletlenszerű károsodásból adódik.

Az Amerikai Egyesült Államokban végzett szervizelésért és javításért keresse fel honlapunkat a www.littmann.com/service címen, vagy hívja a +1-800-292-6298-as számot. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül keresse fel a www.littmann.com honlapot a helyi 3M képviselő kapcsolattartási adataiért.

HU

A 3M, a Littmann, az L Littmann logó, az L és a Classic III a 3M védjegye.

Használatuk Kanadában licenchez kötött.
© 2015, 3M. Minden jog fenntartva.

Made in U.S.A. by **3M Health Care**,
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website www.littmann.com

Not Made With Natural Rubber Latex

Consult instructions for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Classic III are trademarks of 3M. Used under license in Canada.
© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3

EC REP **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany