

Littmann®
CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

en	English	pp. 1
fr	Français	pp. 3
de	Deutsch	pp. 5
it	Italiano	pp. 7
es	Español	pp. 9
nl	Nederlands	pp. 11
sv	Svenska	pp. 13
da	Dansk	pp. 15
no	Norsk	pp. 17
fi	Suomi	pp. 19
pt	Português	pp. 21
el	Ελληνικά	pp. 23
pl	Polski	pp. 25
hu	Magyar	pp. 27
cs	Čeština	pp. 29
sk	Slovensky	pp. 31
sl	Slovenski	pp. 33
et	Eesti	pp. 35
lv	Latviesu	pp. 37
lt	Lietuviskai	pp. 39
ro	Romana	pp. 41
hr	Hrvatski	pp. 43
bg	Български	pp. 45

3M™ Littmann® CORE digitālais stetoskops

Darba ātrās uzsākšanas instrukcija

Lejupielādējiet lietotni “Eko” veikalā Apple App Store® vai Google Play Store®.


Savā tālrunī vai planšetdatorā ieslēdziet Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, palaidiet lietotni un ieslēdziet CORE stetoskopu.

Iepakojuma saturs

- Eko CORE digitālā palīgierīce un 3M™ Littmann® kardioloģijas IV™ stetoskops
- 3M Littmann Snap Tight mīksto ausu uzgaļu (mazais izmērs) papildu komplekts
- Gredzens, kas nerada aukstuma sajūtu
- USB uzlādes kabelis
- Darba ātrās uzsākšanas instrukcija

Ausu uzgaļi

Ievietojiet ausu uzgaļus virzienā uz priekšu.



lv

Skaļums

Skaļuma regulēšanai izmantojiet pogas (+) un (-). Skaļumu var regulēt 7 līmeņos.

Ieslēgšana un izslēgšana

Kad CORE stetoskops ir izslēgts, tas darbojas kā stetoskops bez skaņas pastiprināšanas.

Lai ieslēgtu CORE stetoskopu, iespiediet barošanas pārslēgu. Gaismas indikators sāk mirgot. Tagad ausu uzgaļos varat dzirdēt pastiprinātu un filtrētu skaņu.

Telemedicīnas un mākslīgā intelekta funkcijas

“Eko” piedāvā izmantot telemedicīnas un mākslīgā intelekta funkcijas, bet tām ir nepieciešams programmatūras abonements (vietās, kur tas ir pieejams; tiek pārdots atsevišķi).

Abonementu varat pieteikt tiešsaistē, vietnē ekohealth.com.

Aktīvā trokšņu novēršana

CORE stetoskopam ir aktīvā trokšņu novēršanas funkcija, lai novērstu apkārtējās vides troksni. Aktīvo trokšņu novēršanu vai ieslēgt vai izslēgt “Eko” lietotnē.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

Indikācijas

(mirgo)
CORE stetoskops ir ieslēgts un meklē ierīci

(dzeltens)
CORE stetoskops ir izslēgts, un notiek uzlāde

(dzeltens)
CORE stetoskopa akumulatora uzlādes līmenis ir zems


CORE stetoskops ir ieslēgts un pievienots

(zaļš)
CORE stetoskops ir pilnībā uzlādēts

(zils)
CORE stetoskops veic ierakstu

Ieraksts

Kad ir izveidots savienojums ar lietotni “Eko app”, nospiediet pogu (o) un sāciet ierakstu.



Uzlāde

Pievienojiet mikro USB kabeli pie
CORE stetoskopa un izmantojiet USB sienas uzlādes ierīci, kurai ir UL sertifikāts vai CE marķējums, 5 V USB. CORE stetoskops pilnībā uzlādējas aptuveni 2 stundu laikā. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, gaismas indikators pārslēdzas zaļā krāsā.

Lietotāja rokasgrāmata

Pirms Littmann CORE stetoskopa izmantošanas pārskatiet lietotāja rokasgrāmatu. Rokasgrāmatu varat apskatīt vietnē: ekohealth.com/getstarted
Papildinformāciju par 3M ierīcēm skatiet vietnē HCBGregulatory.3M.com

Apkope un atbalsts

ASV: skatiet vietni: littmann.com/service vai zvaniet pa tālruni 1-800-228-3957. Ja esat ārpus ASV, skatiet vietni: littmann.com; tajā ir informācija par jūsu vietējo “3M” biroju.


lv

“Apple App Store” ir “Apple Inc.” prečzīme.
“Google Play” un “Google Play” logotips ir “Google LLC” prečzīmes.
Bluetooth® ir “Bluetooth SIG” reģistrēta prečzīme.
LBL 143 izdevums B

System assembled by 3M Company

3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com




MD CE

Made in USA with
Globally Sourced Materials

3M Company
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA

EC REP **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



MD CE
0537

Made in Malaysia

Eko Devices, Inc.
1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.
3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.
Unauthorized use prohibited.
Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11
34-8726-3344-0