주의사항

경광등 배터리 교체방법



① (+)드라이버로 경광등의 커버를 연다.

② AA 배터리 2개를 교체한다.

③ (+)드라이버로 경광등의 커버를 닫는다.

- 보관함의 문이 열려져 있을 경우 알람 및 경광등에 사용하는 배터리 연속 사용 시간은 30분 입니다.
  – 배터리 종류 : AA Battery X 2EA
- 경광등 및 알람은 캐비넷의 위쪽에 부착되어 있습니다.

(주)씨유메디칼시스템 CE

www.cuj911.com

• 본사 / 공장

강원도 원주시 문막읍 동화리 1647-1
동화의료기기산업단지 (220-801)
전화 : 033-747-7657
팩스 : 033-747-7659

• 의왕사무소

경기도 의왕시 청계동 991-4번지
청계프라자 5층
전화 : 031-421-9700
팩스 : 031-421-9911
A/S 문의 : 080-910-0911

Korean