LV - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS KARTONA MUTES LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

IZMANTOŠANA: vienreizējās lietošanas iemuti ir paredzēti lietošanai kopā ar plaušu funkciju pārbaudes aprīkojumu un ļauj pacientam veikt izmeklējumu bez tieša kontakta ar aparatūru. Pacients personīgi manipulē ar iemutni, ievietojot to iekārtā. Iemuti drīkst lietot tikai uz neskartas, tīras un veselīgas ādas.

PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA: identifikācijas dati (atsauce, partija un ražošanas datums) ir uz etiķetes, kas pievienota kastītei.

LIETOŠANA:

- Vienmēr ievērojiet spirometra norādījumus.
Ievietojiet iemuti ierīces sensorā (turbīnā vai pneimotakometrā) bez piespiešanas. - Nekad neizmantojiet iemuti atkārtoti, lai nepakļautu pacientu savstarpējai kontaminācijai.
- Pirms lietošanas neatvērt.
- Nelietot, ja iepakojums ir bojāts.
- Ierīce nav piemērota lietošanai jaundzimušo pediatrijā.
- Uzglabāt vēsā un sausā vietā.

LĪDZINĀŠANA UN DROŠĪBA: pēc lietošanas produkts jāiznīcina parastos netoksisku cieto atkritumu konteineros vai vispārējos slimnīcu atkritumos.


KONTRINDIKĀCIJAS: pamatojoties uz pieredzi un dažādu analīžu rezultātiem, produkta pareizas lietošanas rezultātā nav negatīvas ietekmes.

UZGLABĀŠANA: uzglabāt vēsā un sausā vietā.

BRĪDINĀJUMS:

- Iepakojums atsevišķā termiski aizzīmogotā aploksnē (viena iesaiņojuma) garantē baktēriju neesamību, kas tiek regulāri uzraudzīta saskaņā ar ražotāja kvalitātes sistēmu. Ja medicīniskā ierīce tiek izmantota atkārtoti, pacientam, kurš to izmanto atkārtoti, pastāv savstarpējas inficēšanās risks.
- Ja ierīci izmanto atkārtoti, pacientam, kurš to izmanto atkārtoti, pastāv savstarpējas inficēšanās risks.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750