LV - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS VĪRUSU UN BAKTĒRIJU FILTRI - NORĀDĪJUMI

PAREDZĒTS IZMANTOŠANA: Izstrādāts, lai aizsargātu pacientus no infekcijām un piesārņojuma no aprīkojuma, piedāvā augstu aizsardzības līmeni pret baktērijām un vīrusiem ar ļoti zemu rezistences līmeni, lai nodrošinātu diagnostikas rezultāta precizitāti. Filtru drīkst lietot tikai neskartai, tīrai un veselīgai ādai.

PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA: Identifikācijas dati (kods, partija un ražošanas datums) ir norādīti etiķetē uz kastes.

LIETOŠANA:

- Izvelciet filtru un pārbaudiet, vai gan ierīce, gan filtrējošais materiāls ir neskarts. Pretējā gadījumā izmetiet to un turpiniet ar citu ierīci.
- Ievietojiet filtru ierīces sensorā bez vilces, vienmēr ievērojot ierīces ražotāja norādījumus.
- Uzlieciet iemutni pareizajā pusē.
- Nekad neizmantojiet filtru un iemutni citiem pacientiem, lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās.
- Šī ierīce nav sterilizējama.
- Lietojiet tikai ar medicīniskā personāla palīdzību.
- Šo **ierīci nevar izmantot jaundzimušo vajadzībām.**

LIKVIDĒŠANA UN DROŠĪBA: Pēc lietošanas produkts jāiznīcina parastos netoksiskos cieto atkritumu konteineros vai vispārējo slimnīcu atkritumu konteineros.

KONTRINDIKĀCIJAS: Pamatojoties uz pieredzi un dažādu analīžu rezultātiem, produkta pareizas lietošanas rezultātā nav negatīvas ietekmes.

PIEZĪMES: Iepakojums atsevišķā termiski aizzīmogotā aploksnē (vienā iesaiņojumā) garantē baktēriju neesamību, kas tiek regulāri uzraudzīta saskaņā ar ražotāja kvalitātes sistēmu..

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750