GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA CARICAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC LOADING STRETCHER
BRANCARD À CHARGEMENT AUTOMATIQUE
AUTOMATISCH VERLADENDE KRANKENTRAGE
CAMILLA DE CARGA AUTOMÁTICA
MACA COM SISTEMA DE CARREGAMENTO AUTOMÁTICO
ΦΟΡΕΊΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΌΡΤΩΣΗΣ
نقالة ذاتية التحميل

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

GIMA 34055

REF **TD01013A**

EU REP **SUNGO Europe B.V.**
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den Ijssel, The Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MD CE

M34055-M-Rev.8-07.26

I. المعلمات الفنية

1. أبعاد المنتج: (الطول × العرض × الارتفاع):
   منصب رفيع: 193 cm x 60 x 88
   موقع منخفض: 193 cm x 60 x 21
2. الزاوية القصوى لمسند الظهر: 90°
3. أبعاد الكرتونة (قطعة واحدة): 195 cm x 61 x 26
4. الوزن الصافي: 40 kg. الوزن الإجمالي: 42 kg
5. سعة التحميل: 159 kg

II. تعليمات الاستخدام

1. يتميز سطح النقالة بمرتبة إسفنجية ناعمة لضمان راحة المريض، ويمكن للطاقم الطبي دفع العربة إلى داخل سيارة الإسعاف أو نقلها إلى جناح المرضى.
2. لخفض النقالة، اسحب مقبض الأمان واضغط عليه، وسينخفض ارتفاع النقالة تلقائياً.
3. عند الوصول إلى الوجهة، سيؤدي سحب مقبض الأمان إلى بسط أرجل النقالة تلقائياً.
4. توجد آليات قفل تعمل بنظام الزنبرك على جانبي النقالة، كما تتميز دعامات الأرجل بقفل يمنع آلية الزنبرك من الانكماش. يجب إحكام قفل الآلية عند رفع النقالة لضمان سلامة المريض، وتحريرها لخفض النقالة عند إنزال المرضى.
5. يمكن رفع مسند الرأس أو خفضه عن طريق الضغط على الزر الموجود أسفل النقالة.

III. مناسب لـ

هذا المنتج معتمد للاستخدام السريري، وهو مناسب للاستخدام في سيارات الإسعاف وفي ساحات المعارك، وكذلك في المستشفيات والنوادي الرياضية وغيرها، لنقل المصابين والمرضى. كما يمكن استخدامه في العمليات العامة.

IV. احتياطات

1. عند نقل المرضى باستخدام هذه النقالة، تأكد من تعشيق آلية القفل الأمامية بإحكام ومن تثبيت الحزام لضمان سلامة المريض.
2. عند الاستخدام العادي، احرص على عدم تمزيق سطح النقالة.

V. صيانة

1. حافظ على النظافة في جميع الأوقات (قم بإجراء عمليات تعقيم دورية).
2. تحقق بشكل متكرر من وجود أجزاء مرتخية.

VI. التخزين والنقل

1. خزّن هذا المنتج بعيداً عن الرطوبة لحمايته من التآكل.
2. يمكن نقل هذا المنتج باستخدام وسائل النقل القياسية.
3. لا تقلب النقالة رأساً على عقب أثناء النقل أو التخزين. قم بتخزين النقالة وفقاً لما هو موضح في الدليل المرفق مع المنتج.

REF	رمز المنتج		الشركة المصنعة		اقرأ تعليمات الاستخدام
LOT	رقم التشغيلة	CE	جهاز طبي متوافق مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745		تاريخ التصنيع
	يُحفظ في مكان بارد وجاف.		تنبيه: اقرأ تعليمات (تحذيرات) الاستخدام واتبعها بعناية.	EU REP	الممثل المعتمد في الجماعة الأوروبية
	يُحفظ بعيداً عن ضوء الشمس	MD	جهاز طبي	UDI	معرّف فريد
	مستورد من قِبَل				

شروط ضمان جيما GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيما GIMA لمدة 12 شهر.