GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA CARICAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC LOADING STRETCHER
BRANCARD À CHARGEMENT AUTOMATIQUE
AUTOMATISCH VERLADENDE KRANKENTRAGE
CAMILLA DE CARGA AUTOMÁTICA
MACA COM SISTEMA DE CARREGAMENTO AUTOMÁTICO
ΦΟΡΕΊΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΌΡΤΩΣΗΣ
نقالة ذاتية التحميل

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

GIMA 34055

REF **TD01013A**

EU REP **SUNGO Europe B.V.**
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den Ijssel, The Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MD CE

M34055-M-Rev.8-07.26

I. Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Διαστάσεις προϊόντος: (Μ x Π x Υ):
   Επάνω θέση: 193 x 60 x 88 cm
   Κάτω θέση: 193 x 60 x 21 cm
2. Μέγιστη γωνία πλάτης: 90°
3. Μέγεθος Συσκευασίας (1τμχ.): 195 x 61 x 26 cm
4. Καθαρό Βάρος: 40kg, Μικτό Βάρος: 42kg
5. Ικανότητα Φορτίου: 159kg

II. Τρόπος χρήσης

1. Η επιφάνεια του φορείου είναι κατασκευασμένη από μαλακό στρώμα, το οποίο κάνει τον ασθενή να νιώθει άνετα. Για τη μεταφορά της τροχήλατης βάσης στο ασθενοφόρο ή στον θάλαμο απαιτείται ένα μόνο άτομο από το ιατρικό προσωπικό.
2. Όταν χρειάζεται να το ρυθμίσετε στην κάτω θέση, τραβήξτε τη λαβή ασφαλείας & έπειτα πιέστε, το ύψος του φορείου θα χαμηλώσει αυτόματα.
3. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, τραβήξτε τη λαβή ασφαλείας και τα πόδια του φορείου θα ξεδιπλωθούν αυτόματα.
4. Υπάρχει ελαστικό κλείδωμα επιστροφής. Και στις δύο πλευρές του φορείου καθώς και στα στηρίγματα των ποδιών υπάρχει κλείδωμα που εμποδίζει την επιστροφή του ελαστικού. Ασφαλίστε το καλά όταν σηκώνετε το φορείο ώστε ο ασθενής να είναι ασφαλής, καθώς και όταν χαμηλώνετε το φορείο για να βγάλετε τον ασθενή.
5. Πιέζοντας το κουμπί κάτω από το φορείο, το μέρος του κεφαλιού σηκώνεται ή χαμηλώνει.

III. Πεδίο εφαρμογής

Εγκεκριμένο από την κλινική πρακτική, το προϊόν είναι κατάλληλο για ασθενοφόρα, νοσοκομεία, στρατό, γυμναστήρια, κτλ. για την μεταφορά τραυματισμένων & ασθενών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για γενικές επεμβάσεις.

IV. Μέτρα προφύλαξης

1. Κατά τη μεταφορά ασθενών με αυτό το φορείο, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει σωστά τη διάταξη ασφάλισης των προστασιών & ότι έχετε δέσει τη ζώνη ασφαλείας.
2. Κατά τις γενικές επεμβάσεις, απαιτείται προσοχή ώστε να μην σκιστεί η επιφάνεια του φορείου.

V. Συντήρηση

1. Διατηρείτε το προϊόν καθαρό (απαιτείται αποστείρωση).
2. Ελέγχετε συχνά το προϊόν για τυχόν μέρη που έχουν χαλαρώσει.

VI. Αποθήκευση & Μεταφορά

1. Αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος που προστατεύεται από την υγρασία & τη διάβρωση.
2. Η μεταφορά του προϊόντος μπορεί να γίνει με κοινό μεταφορικό όχημα.
3. Απαγορεύεται να το τοποθετείτε ανάποδα κατά τη μεταφορά & την αποθήκευση. Αποθηκεύστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στη συσκευασία.

REF	Κωδικός προϊόντος		Παραγωγός		Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης
LOT	Αριθμός παρτίδας	CE	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/745		Ημερομηνία παραγωγής
	Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)	EU REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία	MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	UDI	Μοναδικό αναγνωριστικό
	Εισαγωγή από				

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.