GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA CARICAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC LOADING STRETCHER
BRANCARD À CHARGEMENT AUTOMATIQUE
AUTOMATISCH VERLADENDE KRANKENTRAGE
CAMILLA DE CARGA AUTOMÁTICA
MACA COM SISTEMA DE CARREGAMENTO AUTOMÁTICO
ΦΟΡΕΊΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΌΡΤΩΣΗΣ
نقالة ذاتية التحميل

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

GIMA 34055

REF **TD01013A**

EU REP **SUNGO Europe B.V.**
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den Ijssel, The Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MD CE

M34055-M-Rev.8-07.26

I. Parâmetros técnicos

1. Tamanho do produto: (C x L x A):
   Posição alta: 193 x 60 x 88 cm
   Posição baixa: 193 x 60 x 21 cm
2. Ângulo máximo do encosto: 90°
3. Tamanho da caixa de cartão (1 pç.): 195 x 61 x 26 cm
4. P.L.: 40kg, P.B.: 42 kg
5. Capacidade de carga: 159 kg

II. Como utilizar

1. A superfície da maca é feita de colchão de esponja macia, que faz com que o paciente se sinta confortável. Uma equipa de socorro pode empurrar o carrinho para a ambulância ou enviar para a enfermaria.
2. Quando precisar de uma posição baixa, puxe o manípulo de segurança e depois pressione-a, a altura da maca baixará automaticamente.
3. Quando chegar ao destino, puxando o manípulo de segurança, as pernas da maca desdobrar-se-ão automaticamente.
4. Há o dispositivo de fecho elástico de retorno em ambos os lados da maca e nas peças da perna. Para segurança do paciente, tranque firmemente quando subir , abaixe para os pacientes saírem.
5. Ao pressionar o botão sob a maca, a parte da cabeça será levantada ou abaixada.

III. Aplicável em

Aprovado pela prática clínica, este item é adequado para ambulâncias, hospitais, campo de batalha, ginásios etc., para transportar feridos e pacientes. Também pode ser utilizado em operações gerais.

IV. Precauções

1. Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de trancar firmemente o dispositivo de travamento das guardas e aperte o cinto de segurança por motivos de segurança.
2. Em operações gerais, tenha cuidado para não rasgar a superfície da maca.

V. Manutenção

1. Mantenha limpo como rotina (incl. a esterilização).
2. Verifique frequentemente se alguma peça está solta ou não.

VI. Armazenamento e transporte

1. Armazene este produto em local à prova de humidade e anticorrosão.
2. Este produto pode ser transportado em veículo de transporte comum.
3. É proibido o transporte e armazenamento invertido. Empilhe as mercadorias de acordo com as instruções impressas na embalagem.

REF	Código produto		Fabricante		Consulte as instruções de uso
LOT	Número de lote	CE	Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		Data de fabrico
	Armazenar em local fresco e seco		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente	EU REP	Representante autorizado na União Europeia
	Guardar ao abrigo da luz solar	MD	Dispositivo médico	UDI	Identificador exclusivo
	Importado de				

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.