GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FERMATESTA "FERMO-3"
FERMO 3 HEAD IMMOBILIZER
IMMOBILISATEUR DE TÊTE FERMO 3
PARADA DE CABEZA FERMO 3
PARADA DE CABEÇA FERMO3
KOPFSTOP STOP 3
СТОП ЗА ГЛАВА 3
ZASTAVENÍ HLAVY 3
HEADSTOP STOP 3
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 3
PEATU PEATÜKK 3
PYSÄYTÄ PÄÄSTOP 3
STOP GLAVA STOP 3
FEJRÖGZÍTŐ FERMO 3
GALVOS IMOBILIZATORIUS FERMO 3
GALVAS IMOBILIZĀCIJAS IERĪCE FERMO 3
HOOFDFIXATIE FERMO 3
ZATRZYMAJ GŁOWĘ ZATRZYMAJ 3
OPRIRE CAP STOP 3
STOP ZASTAVENIE HLAVY 3
STOP GLAVA STOP 3
HUVUDIMMOBILISERARE FERMO 3

توقف الرأس 3

GIMA 34108 - 34109

JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu Province, CHINA
Made in China

REF **HD-03 - HD-01**

EC REP SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den Ijssel, The Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

NON STERILE MD

M34108-M-Rev.2-03.26

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Nom
Immobilisateur de tête

Modèle
HD-01, HD-03

Utilisation prévue
L'immobilisateur de tête est destiné à fixer la tête du patient.
Il s'agit d'un dispositif réutilisable, fourni non stérile.

Précaution et avertissement
1. Veiller à ce que l'immobilisateur de tête reste propre et hygiénique lors de l'utilisation.
2. Avant l'utilisation, vérifier si la boucle de l'immobilisateur de tête est serrée.
3. Tout accident grave survenu en relation avec l'appareil doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Indication
Utilisé pour les patients qui ont besoin d'une fixation de la tête en cas d'urgence.

Contre-indications
Non

Opérateur
Secouriste

Mode d'emploi

Modèle	Photo	Mode d'emploi
HD-01		1. Placer la tête immobilisée sur la partie haute du brancard, en assemblant les sangles de sécurité au bas du brancard et en les fixant ensemble par les crins ensemble. 2 Le haut de la tête est immobilisé sur le brancard. La sangle passe à travers l'orifice sur le brancard puis est fixée à l'aide du velcro. 3 Fixer les deux coussins sur la tête en les immobilisant à l'aide du velcro. Veiller à placer la tête du patient au centre des deux coussins et ajuster la taille pour qu'elle soit confortable. 4 Fixer la sangle. 5 Assemblage fini.
HD-03 Pour enfants		1. Placer la tête immobilisée sur la partie de la tête du brancard, en assemblant trois sangles de sécurité noires avec la planche dorsale. 2. Fixer les deux coussins sur la tête en les immobilisant à l'aide du velcro. Veiller à placer la tête du patient au centre des deux coussins et ajuster la taille pour qu'elle soit confortable. 3. Fixer les deux sangles de sécurité et la planche dorsale ensemble. 4. Terminer l'immobilisation de la tête sur la planche dorsale.

Entretien :
- Nettoyer avec un chiffon humide après utilisation.
- Ne pas laver les parties noires en velcro avec de l'eau.
- Conserver au sec et dans un endroit ventilé.

Stockage
Après utilisation, le produit est rincé avec du détergent et de l'eau chaude, séché et stocké dans un endroit sec et ventilé.

Durée de conservation
5 ans.
Durée
Moins de 24 heures

Emblage
L'immobilisateur de tête est emballé dans un carton par 8 pièces.
L'emballage peut également être personnalisé.
Élimination
Veuillez éliminer le produit après utilisation conformément à la réglementation locale.
CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.