Besmed Silicone Cushion Mask



Besmed

No.5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd., Wu-Ku District,
New Taipei City, Taiwan 24888
Tel:886-2-2290-3959
Fax:886-2-2299-9076
E-mail:info@besmed.com
Web-site:www.besmed.com

CE 0344

501-86221-00114 Rev.0 2025-09

Besmed

Masque avec coussinet de silicone Besmed
Avec raccord gonflable

1. Instructions
Aux Etats-Unis la vente de ce dispositif, de la part ou sur présentation d'une prescription médicale, est sujette aux limites imposées par la loi fédérale (USA uniquement).
L'utilisation d'un tel dispositif n'est réservée qu'aux spécialistes des techniques RCP (réanimation cardio-pulmonaire). La pratique est vivement conseillée en vue d'une application correcte des masques dont l'étanchéité doit être parfaitement assurée. Veillez à ce que le personnel prenne connaissance et assimile le contenu de ce manuel.

2. Description
L'utilisation du masque avec coussinet de silicone Besmed est indiquée dans le cas de réanimateurs manuels, réanimateurs automatiques et de ventilateurs.

Les tailles 2, 3, 4, 5 et 6 sont équipées d'une connexion ISO 22 mm. Les masques peuvent êtres lavés plusieurs fois en autoclave à 134 degrés centigrades. Les conditions du patient peuvent être observées à travers le dôme transparent. Le niveau de pression du raccord flexible est réglable.

■ MASQUE AVEC COUSSINET DE SILICONE



3. Mode d'emploi
Ventilation par masque avec coussinet
Appliquez fermement le masque sur le visage du patient pour éviter les fuites d'air. Faites en sorte que le masque colle parfaitement au visage du patient dont la tête est inclinée correctement pour que les voies respiratoires soient ouvertes.

4. Nettoyage, désinfection, stérilisation

Méthode			Applicable
Nettoyage	Lavage	Lavage manuel Lavage automatique	✓ ✓
	Désinfection	Désinfection par lavage automatique à chaud Par ébullition Chimique	✓ ✓ ✓
	Autoclave	121°C 134°C	✓ ✓

Le tableau reporte les méthodes de nettoyage, désinfection et stérilisation applicables aux masques après chaque utilisation.

Détergents et désinfectants chimiques

Différentes marques de détergents et désinfectants chimiques existent dans le commerce. N'utilisez que les marques compatibles avec les matériaux des masques pour éviter d'en réduire la durée.

Note : Tout résidu éventuel de détergent ou désinfectant, ayant séché sur un masque, pourrait en attaquer la surface ou limiter la durée du produit.

4.1 Démontage du masque (conseillé)
Décrochez ou enlevez le raccord du masque sur le dôme.

Attention ! Avant de laver le masque à l'autoclave ôtez le petit bouchon du tuyau de gonflage.



4.2 Nettoyage des pièces
Nettoyage manuel ou automatique
Lavez les pièces à l'eau chaude en utilisant un détergent convenant aux matériaux utilisés pour la fabrication du masque. Rincez soigneusement les pièces à l'eau propre pour éliminer les traces de détergent.

Lors du nettoyage et/ou de la désinfection externe du masque, assurez-vous de ce que le détergent et/ou le désinfectant utilisés sont compatibles avec les matériaux retenus pour la fabrication du masque. Veillez à l'élimination de toute trace de détergent/désinfectant grâce à un rinçage profond à l'eau.

Vous pouvez utiliser un matériel avec un programme de lavage spécial pour les appareils respiratoires destinés au service d'anesthésie.

4.3 Désinfection et/ou stérilisation
Sélectionnez la désinfection thermique ou chimique en fonction des dispositions locales en vigueur pour la désinfection et conformément au tableau des méthodes applicables.

Programme de désinfection par lavage automatique à chaud
Les matériels automatiques de lavage des dispositifs médicaux prévoient généralement des cycles de programme pour la désinfection à chaud.

Ebullition
Utilisez de l'eau propre pour y faire bouillir les pièces pendant 10 minutes afin de les désinfecter.

Désinfection chimique
Suivez les instructions du producteur de désinfectants chimiques en respectant les dilutions et les temps d'exposition prescrits. Après avoir désinfecté les masques chimiquement, rincez-les à fond à l'eau propre pour éliminer tout résidu.

Autoclave
Utilisez les matériels standard avec régulation maximum à 134°C.
Attention ! Avant le lavage à l'autoclave, ôtez le petit bouchon du tuyau de gonflage.

4.4 Séchage et refroidissement
Laissez sécher et/ou refroidir les parties complètement avant de remonter le masque.

4.5 Inspection des parties
Après avoir nettoyé, désinfecté et/ou stérilisé les parties du masque contrôlez-les attentivement pour vous assurer de ce qu'elles ne sont pas abîmées ou excessivement usées. Dans ce cas, remplacez les parties intéressées. Certaines méthodes pourraient provoquer une décoloration partielle des parties en caoutchouc, sans conséquences sur la durée. En cas de détérioration des matériaux, fissures par exemple, les parties devront être remplacées.

4.6 Assemblage
Remontez le masque

5. Spécifications

Poids

Taille 2 : 40 g env.
Taille 3 : 62 g env.
Taille 4 : 67 g env.
Taille 5 : 78 g env.
Taille 6 : 92 g env.

Gamme de températures de conservation : de -20°C à 60°C (de -4°F à 140°F)

PartiesMatériaux

Dôme du masque : Polysulfone ou Polycarbonate
Raccord du masque : Gomme de silicone
Connexion du masque : Gomme de silicone
Crochet :(Acier) inoxydable

Informations pour passer la commande :

SM-86222(OLD CODE:PS-0126) Masque avec coussinet de silicone#2 : connexion ISO 22 mm
SM-86232(OLD CODE:PS-0127) Masque avec coussinet de silicone#3 : connexion ISO 22 mm
SM-86242(OLD CODE:PS-0128) Masque avec coussinet de silicone#4 : connexion ISO 22 mm
SM-86252(OLD CODE:PS-0129) Masque avec coussinet de silicone#5 : connexion ISO 22 mm
SM-86262(OLD CODE:PS-0130) Masque avec coussinet de silicone#6 : connexion ISO 22 mm
SM-86221(OLD CODE:PN-0126) Masque avec coussinet de silicone#2 : connexion ISO 22 mm
SM-86231(OLD CODE:PN-0127) Masque avec coussinet de silicone#3 : connexion ISO 22 mm
SM-86241(OLD CODE:PN-0128) Masque avec coussinet de silicone#4 : connexion ISO 22 mm
SM-86251(OLD CODE:PN-0129) Masque avec coussinet de silicone#5 : connexion ISO 22 mm
SM-86261(OLD CODE:PN-0130) Masque avec coussinet de silicone#6 : connexion ISO 22 mm

PS : Plastique polysulfone
PN : Plastique polycarbonate

REMARQUE : le polycarbonate (PC) n'a pas une durée parfaite. La durée du produit dépendra des méthodes de stérilisation.