GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

COLLARI PRONTO SOCCORSO
FIRST-AID COLLARS
COLLIERS DE PREMIER SECOURS
COLLARES PRIMEROS AUXILIOS
COLARES PRONTO SOCORRO
ERSTE-HILFE-HALSBÄNDER
ΚΟΛΑΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ELSŐSEGÉLYNYÁGOLÓK
EERSTE HULP-HALSBANDEN
OBROŻE PIERWSZEJ POMOCY
GULERE DE PRIM AJUTOR
FÖRSTA HJÄLPEN KRAGE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

A gyártónak, illetve a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jelezni kell bármilyen olyan súlyos balesetet, amely az általunk szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban történt.

Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

REF **EL100#I (GIMA 34620) - EL100#P (GIMA 34621) - EL100#8 (GIMA 34622)**
EL100#1 (GIMA 34623) - EL100#2 (GIMA 34624) - EL100#3 (GIMA 34625)
EL103#I (GIMA 34630) - EL103#P (GIMA 34631) - EL103#8 (GIMA 34632)
EL103#1 (GIMA 34633) - EL103#2 (GIMA 34634) - EL103#3 (GIMA 34635)

DASER S.r.l.
Via Trentino, 4 – Fraz. Padernello
31038 Paese (TV)
Made in Italy



M34620-M-Rev.05-10-24

TULAJDONSÁGOK
A GIMA sürgősségi nyakrögzítőket arra tervezték, hogy elsősegélynyújtás közben a lehető legnagyobb hatékonyságot, kényelmet és biztonságot nyújtva tudjanak támaszt és korrekciót biztosítani. A megfelelő párolgás biztosítása érdekében apró lyukakkal ellátott, műanyag teherhordó szerkezettel vannak ellátva. A belső borítás műanyag szegecsekkel van rögzítve, amely teljes egészében mosható. Az ilyen típusú GIMA sürgősségi nyakrögzítőkön található egy elülső furat, amely szükség esetén lehetővé teszi a tracheotómia elvégzését.
Minden sürgősségi nyakrögzítő anatómiai álltámasszal és tépőzárral van ellátva, amely kényelmesebbé teszi a beteg számára a helyes beállítás kialakítását.
A termék és annak összetevői nem használhatók a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.

ELŐÍRÁSOK
A GIMA sürgősségi nyakrögzítőket kizárólag az ilyen termékek használatára felkészített szakemberek tehetik fel; ezen kívül a beteget végig monitorozni kell, amíg rajta van a nyakrögzítő.
Mivel a termék érintkezhet vagy kölcsönhatásba léphet más eszközökkel, javasolt előzetesen ellenőrizni a termékek közötti fizikai és funkcionális összeférhetőséget.

⚠ Járvány és fertőző betegségek esetén forduljon orvoshoz megfelelő kezelésért, és kérjen útmutatást a termék tisztítására vonatkozóan!

⚠ Ne használja a terméket, ha az sérült. Forduljon viszonteladójához.

A termék nem igényel különösebb gondozást, mivel olyan korrózióálló anyagokból készült, amelyek megfelelőek a normál használathoz előírt környezeti feltételekhez, azonban zárt, portól és szennyeződésektől védett helyen kell tárolni a megfelelő higiéniai feltételek biztosítása érdekében. Ezen kívül javasolt a terméket olyan helyen tárolni, amely szükség esetén könnyen elérhető a személyzet számára.

HASZNÁLAT
Az eszközt helyesen kell elhelyezni mindkét oldalon, és a betegnek teljesen kényelmesen kell éreznie magát. Mivel a teherhordó szerkezet műanyagból készült, győződjön meg arról, hogy nem okoz sérülést vagy kényelmetlenséget a betegnek; ezen kívül a helyes működés érdekében tilos módosítani a szerkezetet az alkalmazás során. Amennyiben a beteg az eszköz merevsége miatt túlzott nyomást vagy kényelmetlenséget érez, azonnal távolítsa el az eszközt, amíg a helyzet normalizálódik. Ha a beteg maga nem képes mutatni a nyakmerevítő jelenlétéből eredő kényelmetlenséget vagy nemkívánatos hatásokat, időről időre ellenőrizni kell a helyzetet.
Az orvosnak tájékoztatnia kell a beteget az eszköz használatának idejéről a patológia típusától függően. Az alkalmazás sikere attól függ, hogy a beteg gondosan követi-e az orvos utasításait, és folyamatosan tartja-e vele a kapcsolatot.

KARBANTARTÁS
A termék hideg vagy meleg folyóvízzel és semleges szappannal mosható.
Ne használjon agresszív vegyszereket (fehérítő, ammónia, oldószerek...), amelyek megváltoztathatják a termék működését. A termék működőképességének a megőrzése érdekében ne tegye ki a terméket túlzott mechanikai igénybevételnek. Időnként ellenőrizze az eszközt, és győződjön meg arról, hogy az nem szenvedett el olyan változásokat, melyek befolyásolhatnák a működőképességét.
A termék élettartama a terápiás alkalmazástól függően változhat; a hosszabb élettartam érdekében ajánlott a terméket helyesen használni, karbantartani és rendszeresen ellenőrzni.

GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
A Gima 12 hónapos normál B2B garancia érvényes.

REF	Termékkód		Napfénytől védve tárolandó		Olvassa el a használati utasításokat
LOT	Tételszám		Száraz, hűvös helyen tárolandó	⚠	Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket)
	Gyártó	CE	A 2017/745/EU rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz	MD	Orvostechnikai eszköz