GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

COLLARI PRONTO SOCCORSO
FIRST-AID COLLARS
COLLIERS DE PREMIER SECOURS
COLLARES PRIMEROS AUXILIOS
COLARES PRONTO SOCORRO
ERSTE-HILFE-HALSBÄNDER
ΚΟΛΑΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ELSŐSEGÉLYNYÁGOLÓK
EERSTE HULP-HALSBANDEN
OBROŻE PIERWSZEJ POMOCY
GULERE DE PRIM AJUTOR
FÖRSTA HJÄLPEN KRAGE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

A gyártónak, illetve a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jelezni kell bármilyen olyan súlyos balesetet, amely az általunk szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban történt.

Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

REF **EL100#I (GIMA 34620) - EL100#P (GIMA 34621) - EL100#8 (GIMA 34622)**
EL100#1 (GIMA 34623) - EL100#2 (GIMA 34624) - EL100#3 (GIMA 34625)
EL103#I (GIMA 34630) - EL103#P (GIMA 34631) - EL103#8 (GIMA 34632)
EL103#1 (GIMA 34633) - EL103#2 (GIMA 34634) - EL103#3 (GIMA 34635)

DASER S.r.l.
Via Trentino, 4 – Fraz. Padernello
31038 Paese (TV)
Made in Italy



M34620-M-Rev.05-10-24

EGENSKAPER

Första-hjälpenkragar från GIMA är konstruerade för att garantera yttersta effektivitet, komfort och säkerhet när det gäller stöd och korrigering i första-hjälpensituationer. De är försedda med en lastbärande struktur av plast med små hål för att tillåta tillräcklig andning. Det invändiga höljet är fixerat med plastnubbar och är helt tvättbart. Denna typ av första-hjälpenkragar från GIMA är försedda med ett främre hål, som tillåter att bära en trakeotomi vid behov.
Alla kragar för första-hjälpen är försedda med ett anatomiskt hakstöd och ett kardborrband som fästelement, som gör att patienten känner sig mer bekväm med korrekt reglering.
Produkten eller dess komponenter kan inte användas för andra syften än det som specificeras i denna manual.

FÖRESKRIFTER

Första-hjälpenkragen från GIMA måste installeras av kvalificerad personal som är utbildad om användningen av denna typ av produkt; därutöver måste patienten följas så länge han/hon bär kragen.
Eftersom produkten kan komma i kontakt eller interagera med andra anordningar, bör dess fysiska och funktionella kompatibilitet kontrolleras på förhand.

⚠ Vid förekomst av infektioner och smittsamma tillstånd, be läkare om en lämplig behandling och indikationer för rengöring av produkten!

⚠ Använd inte produkten om den är skadad. Kontakta återförsäljaren.

Eftersom produkten är gjort av korrosionssäkra material som passar för miljöförhållanden som förutsetts för normal användning, kräver den ingen särskild vård, men det är nödvändigt att förvara den på en sluten plats och se till att den är skyddad från damm och smuts för att säkerställa dess hygieniska förhållanden. Dessutom rekommenderas att förvara produkten på en plats som är lätt åtkomlig för personalen vid behov

ANVÄNDNING

Anordningen måste placeras korrekt på båda sidor och patienten måste känna sig helt bekväm. Eftersom den lastbärande strukturen är gjord av plastmaterial, se till att den inte orsakar skada eller irritation hos patienten; ytterligare får dess struktur under appliceringen inte ändras för att garantera korrekt funktionalitet. Om patienten visar tecken på högt blodtryck eller obehagskänsla på grund av kragens styvhet, ta omedelbart av den tills situationen har normaliserats helt. Om patienten själv inte kan visa obehag eller oönskade effekter från kragen, låt utföra periodiska inspektioner för att kontrollera situationen.
Läkaren måste informera patienten om hur ofta anordningen ska användas, beroende på typen av sjukdomstillstånd. Applikationens resultat beror på hur väl patienten följer läkarens instruktioner och hans/hennes kontinuerliga kontakter med läkaren.

UNDERHÅLL

Produkten kan tvättas med kallt eller varmt rinnande vatten och mild tvål.
Använd inte aggressiva kemiska produkter (blekmedel, ammoniak, lösningar...), som kan förstöra produktens funktion. Utsätt inte produkten för alltför stor mekanisk påfrestning för att inte förstöra dess funktion. Utför periodiska kontroller för att se till att anordningen inte påverkats av ändringar som kan äventyra dess funktion.
Produktens livslängd kan variera beroende på behandlingen, för att garantera längre livslängd rekommenderas en korrekt användning, underhåll och att periodiska kontroller utförs.

GIMA GARANTIVILLKOR

Gimas 12-månaders standardgaranti B2B tillämpas.

REF	Produktkod		Skyddas från solljus		Läs bruksanvisningen
LOT	Satsnummer		Förvara på svalt och torrt ställe	⚠	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Tillverkare	CE	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745	MD	Medicinteknisk produkt