GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

STECCOBENDE IN NEOPRENE
NEOPRENE SPLINTS
ATTELLES EN NÉOPRÈNE
FÉRULAS DE NEOPRENO
TALAS DE NEOPRENE
NEOPRENSKE UDLAGE
ATELE DE NEOPREN

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul

Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi

REF **04SN0040 (34680) - 04SN0020 (34681)**
04SN0010 (34682) - 04SN0050 (34683)
04SN0030 (34684) - 04KSBRO5 (34685)

Megapharma Ospedaliera s.r.l.
Via Asolana, 26/b
31017 Crespano del Grappa (TV)
Made in Italy

NON STERILE

MD

M34680-M-Rev.3.07.24

COMPOSIÇÃO
Neopreno - fixações em velcro acrílico.
Os materiais que compõem o dispositivo estão isentas de látex natural.

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
Apoio, proteção e imobilidade do membro ou da zona onde é aplicado. Em caso de utilização prolongada ou hospitalização prolongada, recomenda-se retirar ou desapertar o dispositivo por curtos períodos a fim de arejar a parte afetada.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Aplique o dispositivo e fixe-o com o velcro, verifique se a aplicação foi realizada corretamente (a extremidade com velcro de cor diferente fica virada para cima), o núcleo de metal pode ser dobrado ou removido consoante a exigência.
O dispositivo não deve ser utilizado em contacto direto com a pele lesionada.

⚠ Atenção
Preste a máxima atenção durante a aplicação.
Recomenda-se a aplicação por pessoal médico especializado ou, em qualquer caso, seguindo as indicações do pessoal médico. Antes da aplicação, informe o médico que prescreveu o dispositivo sobre quaisquer perturbações ou problemas de saúde. Caso tenha reações alérgicas ou de outro tipo que se presuma possam resultar da utilização do produto, consulte um médico.
Dispositivo não estéril.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Conservar em local fresco, seco, longe da luz solar direta e de fontes de calor.
Dispositivo reutilizável, lavar à mão a uma temperatura não superior a 30°C, não lavar a seco, não alvejante, não secar na máquina, não passar.
Número de lote e data de produção referidos na etiqueta.
Eliminar de acordo com a legislação local em vigor
Dispositivo Médico Classe 1.

Símbolos

REF	Código produto		Fabricante		Data de fabrico
LOT	Número de lote		Consulte as instruções de uso		Data de validade
CE	Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745	MD	Dispositivo médico	NON STERILE	Não estéril

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses