DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
ART. 22 REG.UE 745/2017

PVS SpA, con sede legale in Via Leonardo da vinci, 18, 20051 Cassina De' Pecchi (Mi), in qualità di assemblatore del kit assemblato:

Identificativo	LAVAGGIO OCULARE NACl 0.9%
REF	ACQ414
UDI-DI-base	80340280114D IT-PR-000050312

composto da:

- N.1 NACl 0.9% 500ml- prodotto da LONGBOW FIRST AID PRODUCTION MANUFACTORY Dispositivo Medico di classe Is ai sensi della Direttiva MDD 93/42/EEC
- 1 TAPPO/DOCCETTA OCULARE

in ottemperanza all'articolo 22 del Regolamento EU 2017/745, dichiara che

a) la compatibilità reciproca dei dispositivi è stata verificata;

b) è responsabile dell'assemblaggio, imballaggio e ha fornito agli utilizzatori le relative informazioni contenenti le pertinenti istruzioni dei fabbricanti

c) l'attività di combinare i dispositivi in kit procedurali è stata sottoposta a metodi adeguati di controllo interno, verifica e convalida.

d) il sistema incorpora sia dispositivi medici CE sia non dispositivi medici.

Cassina De' Pecchi, 02.02.2026

Firma del Legale Rappresentante

IRENE PEREGO