GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SUPPORTO A ROTELLE
ROLLING STAND
CHARIOT À ROULETTES
SOPORTE RODANTE
SUPORTE ROLANTE



	REF
GIMA 35127	8030421050
GIMA 35148	8030421049
GIMA 54422	8030421060

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante:
Shenzhen Stone Wisdom Technology Co., Ltd.Room 401,
Building 6, Fanshen Industrial Zone, Yangguang Second Road,
Yangguang Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
mei@stom-pd.com
MADE IN CHINA

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M35127-M-Rev.102.25

Versione: Ver1.2

Data: 23 dicembre 2024

Istruzioni per l'utente

Si prega di leggere attentamente le istruzioni del supporto a rotelle prima dell'uso per assicurarne il corretto e ideale funzionamento. Il presente manuale descrive le operazioni di installazione, il funzionamento, la manutenzione, il trasporto e lo stoccaggio.

Conservare questo manuale per consultazione futura.



1. Caratteristiche



Rotelle silenziose con freni



Cesto con manico e gancio



Altezza regolabile



Altezza regolabile



Fermo della piastra di montaggio

2. Utilizzo designato

Questo prodotto è progettato per il trasporto di dispositivi come i Monitor paziente, Monitor ECG, ecc., e per rendere più facile ed efficiente il lavoro del personale sanitario

3. Pulizia e Disinfezione

1. Rimuovere il monitor prima di effettuare la pulizia del supporto a rotelle.

2. Si consiglia di pulire periodicamente il supporto. Utilizzare esclusivamente detergenti non corrosivi. Diluire i prodotti detergenti seguendo le istruzioni del produttore.

3. Pulire la superficie del supporto con un panno imbevuto di alcool o detergente, quindi asciugare con un panno asciutto o lasciare asciugare all'aria.

4. Specifiche

Dimensioni: 503*461*A924-1074 mm (altezza regolabile)

Peso (imballaggio compreso): **12 kg**

Materiale:

Asta superiore: **Acciaio inossidabile**

Asta inferiore: **Lega di alluminio**

Base: **Lega di alluminio**

Cesto: **Ferro**

Capacità di carico totale: **30 kg**

5. Trasporto e stoccaggio

1. Trasporto

Durante il trasporto, il supporto a rotelle deve essere lasciato all'interno dell'imballaggio e mantenuto asciutto.

2. Condizioni di stoccaggio:

Conservare il supporto a rotelle in un ambiente asciutto e ben ventilato, privo di polvere e di gas corrosivi.

Quando il supporto è all'interno nel suo imballaggio originale, non appoggiarvi sopra altri prodotti oltre quattro strati. La stanza di stoccaggio deve essere a temperatura ambiente.

6. Elenco d'imballaggio

Kit base *1

Piastra di montaggio *1

Asta di supporto *1

Rotella *4


Utensile per l'installazione *1

7. Risoluzione dei Problemi

Problema	Analisi	Soluzione
L'asta di supporto vibra	Le viti di fissaggio alla base potrebbero essere allentate	Controllare le viti e stringerle se necessario
L'altezza del supporto non può essere regolata	Le viti di regolazione sul manico sono troppo strette / allentate	Effettuarne la regolazione come desiderato


8. Installazione

Elenco dei componenti





N°	Nome del componente	Quantità
1	Piastra di montaggio	1
2	Cesto per Trasporto	1
3	Asta di Supporto	1
4	Base	1
5	Rotella	4
6	Vite M4-10/12	8
7	Vite M5-16	5
8	Vite M6-25	4
9	Chiave da 3 mm	1
10	Chiave da 4 mm	1

Fase 1:
Fissare le rotelle nelle relative sedi sulla base.




Fase 2:
Inserire l'asta di supporto nella base e fissarla con viti M6-25.






Fase 3:
Installare il cesto di trasporto e fissarlo con viti M4-10 e M4-12 seguendo le immagini seguenti



Fase 4:
Inserire la piastra di montaggio nell'asta di supporto e fissarlo con viti M5-16



Legenda simboli

	Leggere le istruzioni per l'uso	REF	Codice prodotto
LOT	Numero di lotto		Conservare al riparo dalla luce solare
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.