GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SUPPORTO A ROTELLE
ROLLING STAND
CHARIOT À ROULETTES
SOPORTE RODANTE
SUPORTE ROLANTE



	REF
GIMA 35127	8030421050
GIMA 35148	8030421049
GIMA 54422	8030421060

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante:
Shenzhen Stone Wisdom Technology Co., Ltd.Room 401,
Building 6, Fanshen Industrial Zone, Yangguang Second Road,
Yangguang Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
mei@stom-pd.com
MADE IN CHINA

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M35127-M-Rev.102.25

Versão: Ver1.2

Data: 23 de dezembro de 2024

Instruções do utilizador

Para operar corretamente e obter o melhor desempenho, leia estas instruções cuidadosamente antes de utilizar este suporte rolante. Este manual descreve a instalação, operação, manutenção, transporte e armazenamento.

Mantenha este manual para referência futura!



1. Funcionalidades



Rodinhas silenciosas com travões



Cesto com pega e gancho



Altura ajustável



Ângulo de elevação ajustável



Fecho da placa de montagem

2. Utilização prevista

Este produto destina-se a transferir equipamento, como o Monitor de Doente, o Monitor de ECG etc., para ajudar os médicos a trabalhar de forma conveniente e eficaz.

3. Limpeza e desinfeção

1. Retire o monitor antes de limpar o suporte rolante.

2. Recomenda-se limpar a parte rolante regularmente. Apenas é permitido um detergente de limpeza não corrosivo. Dilua os produtos de limpeza de acordo com as instruções do fabricante.

3. Utilize um pano com álcool ou outro produto de limpeza da sua preferência para limpar a superfície do suporte do suporte rolante e seque-o com um pano limpo ou deixe-o secar ao ar.

4. Especificações:

Dimensões: **503*461*A924-1074 mm (altura ajustável)**

Peso (incluindo a embalagem): **12 kg**

Material:

Pilar superior: **Aço inoxidável**

Pilar inferior: **Liga de alumínio**

Base: **Liga de alumínio**

Cesto: **Ferro**

Capacidade de carga geral: **30 kg**

5. Transporte e armazenamento:

1. Transporte:

O suporte rolante deve ser deixado na embalagem original ao ser transportado e mantido seco.

2. Condições de armazenamento:

O suporte rolante deve ser mantido num local seco e bem ventilado, livre de poeira e gases corrosivos.

Se o suporte estiver armazenado na embalagem original, a altura de empilhamento não deve exceder quatro camadas e o armazém deve estar à temperatura ambiente.

6. Lista de embalagem

1* Kit base

1* Placa de montagem

1* Pilar do suporte

4* Rodinhas


1* Ferramenta de instalação

7. Resolução de problemas

Problema	Análise	Solução
O pilar do suporte abana	Os parafusos de fixação à base podem estar soltos	Verifique os parafusos e aperte-os se necessário
O ângulo de elevação pode ser ajustado	Os parafusos de ajuste na pega estão demasiado soltos/apertados	Ajuste o aperto de acordo com os requisitos


8. Instalação

Lista de peças





Não	Nome da Peça	Qtd.
1	Placa de montagem	1
2	Cesto de armazenamento	1
3	Pilar do suporte	1
4	Base	1
5	Rodinha	4
6	Parafuso M4-10/12	8
7	Parafuso M5-16	5
8	Parafuso M6-25	4
9	Chave sextavada 3 mm	1
10	Chave sextavada 4 mm	1

Passo 1:
Fixe quatro rodinhas nos respetivos orifícios na base.




Passo 2:
Insira o pilar de suporte na base e fixe-o com parafusos M6-25.






Passo 3:
Monte o cesto de armazenamento e fixe-o com parafusos M4-10 e M4-12 de acordo com as imagens seguintes



Passo 4:
Fixe o suporte ao pilar de suporte e fixe com parafusos M5-16.



índice de símbolo

	Consulte as instruções de uso	REF	Código produto
LOT	Número de lote		Guardar ao abrigo da luz solar
	Armazenar em local fresco e seco		

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.