Kaip naudoti

LT

Produkto pavadinimas:
Ritinėliai ir maišeliai SOGEVA sterilizacijai
Produkto aprašymas:
SOGEVA sterilizavimo ritinėliai ir maišeliai yra pagaminti iš daugiasluoksnės plėvelės, pagamintos iš PET/PP kopolimero ir medicininio popieriaus. Pakeitus spalvą, I klasės garų, etileno oksido apdorojimo indikatoriai vizualiai patvirtina, kad sterilizavimo sąlygos buvo įvykdytos.
Naudojimo instrukcijos:
SOGEVA sterilizavimo ritinėliai ir maišeliai yra skirti sveikatos priežiūros specialistams veiksmingai laikyti medicinos prietaisus, skirtus sterilizuoti garais, etileno oksidu ar formaldehidu. Jis skirtas tam, kad būtų galima sterilizuoti pridedamus medicinos prietaisus ir išlaikyti uždarytų prietaisų sterilumą iki naudojimo laiko.
Indikatoriaus spalvos pokytis:
SOGEVA sterilizavimo ritinėliai ir maišeliai yra aprūpinti 1 klasės proceso indikatoriais, atspausdintais netoksišku vandens pagrindu pagamintu rašalu. Rodikliai atitinka ISO 11140-1. SOGEVA cheminio proceso indikatoriai užtikrina aiškų ir tikslų spalvos pasikeitimą po sterilizacijos.
- Po sterilizavimo garais 1 klasės garų indikatorius pasikeičia iš šviesiai mėlynos į tamsiai žalią.
- 1 klasės etileno oksido indikatorius pasikeičia iš rožinės į oranžinę po sterilizavimo etileno oksidu proceso.
- Po formaldehido sterilizavimo proceso 1 klasės formaldehido indikatorius pasikeičia iš žalios į geltoną.
Kaip naudoti:
1. SOGEVA sterilizavimo maišeliai yra paruošti naudojimui. SOGEVA ritiniai sterilizavimui turi būti supjaustyti iki reikiamo ilgio.
2. Nenaudokite, jei pakuotė pažeista. Nenaudokite pakartotinai. Vienkartinis gaminys.
3. Suformuokite voką, užklijuodami vieną iš atvirų ritininės dalies galų kalibruotu sandarinimo įtaisu ir naudodami patvirtintą sandarinimo procesą. Rekomenduojama sandarinimo temperatūra yra nuo 170 °C iki 190 °C (338–374 °F), kai veikimo trukmė yra 1–6 sekundės.
4. Atlikus įrankių galus uždenkite apsauga, kad išvengtumėte pradūrimų ir įpjovimų.
5. Įdėkite sterilizuojamą daiktą į maišelį. Neužpildykite vokų daugiau kaip 75% jų talpos. Visada palikite maždaug 1,5 cm (0,6 colio) tarpo tarp prietaiso ir kiekvieno sandaraus maišelio krašto, kad išvengtumėte per didelės įtampos užsandarintų dalių.
6. Prieš uždarydami, rankiniu būdu iš maišo pašalinkite kuo daugiau oro.
7. Užsandarinkite atvirą maišelio galą kalibruotu sandarinimo įtaisu, naudodami patvirtintą sandarinimo procesą.
8. Naudojimo metu venkite sandarių dalių įtempimo; užpildykite maišą, laikydami jį horizontaliai ant lygaus paviršiaus.
9. Įdėdami maišelius į sterilizatorių, įdėkite juos į krepšį taip, kad folijos šonai būtų nukreipti į folijos šonus, o popieriaus pusės - į popieriaus šonus.
10.Maišelius reikia dėti į krepšį ar dėklą vertikalioje padėtyje ir ne per arti vienas kito, kad ranka galėtų praeiti tarp jų.
11.Po sterilizavimo garais prieš vakuumą leiskite išdžiūti bent 20 minučių.
12.Išimant maišelius iš sterilizatoriaus,
Elkitės su jais atsargiai, kad išvengtumėte plyšimo. Laikykite maišelius atokiau nuo saulės spindulių, vandens ir kitų skysčių.
13.Do nenaudokite šlapių vokų. Jei pakeisite maišelį, pakartokite sterilizavimo procesą.
14.To atidaryti voką, nykščiu ir smiliumi laikykite popieriaus pusę, o kitos rankos nykštį ir smilių - plėvelės pusę. Visada atidarykite voką atidarymo kryptimi. Norėdami puikiai pašalinti plėvelę, atidarykite maišelį lėtai ir atsargiai.
Partijos numeris:
SOGEVA sterilizaciniai ritinėliai ir maišeliai tiekiami su LOT numeriu, atspausdintu ant medicininio popieriaus. PARTIJOS numeris leidžia atsekti produktą gamybos proceso metu. Jei turite kokių nors nusiskundimų ar atsilepimų, tai yra
turite išsaugoti LOT numerį ir pateikti paveikslėlį.
Laikymo sąlygos:
Sterilizavimo pakuotė turi būti apsaugota nuo šviesos skysčiai ir drėgmės perteklius. Jei popierinė voko pusė yra šlapia, nebenaudokite jos ir išmeskite, kaip nurodyta.
Sterilitātes ilgums:
Sterilizēti maisiņi un rulļi jāuzglabā tīros, slēgtos skapjos ar kontrolētu mitrumu un temperatūru. Ieteicams uzturēt temperatūru no 8 līdz 35°C un mitrumu no 30 līdz 70%. Sterilitātes saglabāšana ar šiem kontrolētajiem parametriem ļaus produktam būt sterilam maksimāli līdz 6 mēnešiem un jebkurā gadījumā ne pēc derīguma termiņa beigām (1. tabula DIN 58953-8:2010).
Tinkamumo laikas / galiojimo laikas:
SOGEVA sterilizacinių ritinėlių ir maišelių tinkamumo laikas (išankstinis sterilizavimas) yra 5 (penkeri) metai nuo pagaminimo datos iki rekomenduojamų laikymo ir tvarkymo sąlygų. Produktas turi būti sunaudotas per 5 metus nuo pagaminimo datos. Galiojimo data ir pagaminimo data spausdinamos ant vidinės etiketės ir siuntimo dėžutės etiketės. Jis skirtas leisti sterilizuoti pridedamus medicinos prietaisus ir išlaikyti uždarytų prietaisų sterilumą iki naudojimo laiko.
Apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su prietaisu, turi būti pranešta gamintojui ir naudotojo valstybės narės kompetentingai institucijai ir (arba) patentui.
Šalinimo instrukcijos:
Panaudotus ar pažeistus sterilizavimo ritinėlius ir maišelius išmeskite į autoklavuojamus biologinio pavojaus maišus, o ne į įprastus atliekų maišus.

SOGEVA SRL – Via Pietro Nenni snc,
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
www.sogevasrl.com

