PT
Esterilizante a frio **para dispositivos médicos invasivos** **ácido peracético em pó**
PERIGO
Propriedades GERMOCID POLVERE contém um precursor de ácido peracético que é ativado após a diluição do pó em água morna; o pó dissolve-se completamente sem deixar qualquer resíduo no fundo e sem espuma superficial. O líquido inicialmente azul ficará incolor após cerca de quinze minutos, o tempo necessário para que o princípio ativo (ácido peracético) desenvolva-se e deixe a solução pronta para a utilização, proporcionando-lhe um alto potencial germicida. GERMOCID POLVERE pode ser utilizado como descontaminante, desinfetante, esporicida, esterilizante a frio de dispositivos médicos invasivos, hospitalares, consultórios médicos e dentários. O produto também pode ser utilizado para fins estéticos em dispositivos não invasivos. GERMOCID POLVERE é também eficaz como descontaminante e para a desinfeção e esterilização rápida a frio de materiais sensíveis à temperatura, tais como: endoscópios, fibras óticas, transdutores, etc. A compatibilidade absoluta dos componentes significa que a GERMOCID POLVERE também pode ser utilizada com máquinas de limpeza de endoscópio. Após a utilização, as soluções podem ser descartadas como resíduos não perigosos.

Modo de utilização: Preparação da solução para a imersão: preparar a água morna necessária na bandeja apropriada, verificando se a temperatura está a volta de 35 °C para facilitar a dissolução do pó; verter a dose de utilização de acordo com a atividade pretendida; misturar a solução até obter uma solução azul clara; esperar 15 minutos antes de utilizar a solução. **Descontaminação/desinfeção:** utilizar 8 g por litro de água e mergulhar os instrumentos na solução durante 10 minutos; no caso de resíduos orgânicos persistentes, lavar com um detergente apropriado; após a imersão, remover os instrumentos e enxaguar; para a atividade descrita, a solução permanece ativa até 7 dias após a preparação (consoante a quantidade de instrumentos tratados). **Atividade esporicida:** utilizar 8 g por litro de água e mergulhar os instrumentos na solução durante 10 minutos; para a atividade descrita, a solução permanece ativa por até 24 horas após a preparação. **Desinfeção de alto nível/Esterilização a frio:** utilizar 16 g por litro de água e mergulhar os instrumentos na solução durante 10 minutos; após a imersão remover os instrumentos e enxaguar com água estéril; secar e armazenar assepticamente; para a atividade descrita a solução permanece ativa até 24 horas após a preparação.

Composição: 100 gramas de produto contêm: Tetra-acetiletilenodiamina 25,00 g; Percarbonato de Sódio 42,00 g; co-formulantes q.b a 100,00 g.

Advertências: H302 Nocivo por ingestão. H318 Provoca lesões oculares graves. P264 Lavar cuidadosamente as mãos após a utilização. P280 Utilizar proteção para os olhos e rosto. P305-P351-P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. Contém: PERCARBONATO DE SÓDIO. Não utilizar para instrumentos em ligas de alumínio e níquel. Seguir as instruções de utilização. Não utilizar bandejas de metal. Utilização profissional.

Compatibilidade com os materiais: GERMOCID POLVERE apresenta uma alta compatibilidade com a maioria dos materiais a partir dos quais os diferentes dispositivos utilizados nos hospitais e cuidados de saúde são feitos. Estudos de compatibilidade GERMOCID POLVERE/Dispositivo médico não mostram nenhuma degradação do dispositivo médico após a utilização de GERMOCID POLVERE sob as condições de utilização recomendadas.

Validade e conservação: O produto é válido por 2 anos a partir da data de fabrico e deve ser armazenado na sua embalagem original. Se a embalagem for aberta e fechada corretamente ao final de cada operação de retirada, sem que o conteúdo restante seja contaminado por substâncias e/ou agentes externos, a preparação permanece válida até que o produto se esgote. Proteger o produto contra a humidade. Conservar em local fresco e seco ao abrigo de fontes de calor. Não utilizar embalagens danificadas.

Lote e data de validade: ver embalagem

DISPOSITIVO MÉDICO CE 0546 Diretiva Europeia 93/42/ECC

Fabricante:
GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
FABRICADO EM ITÁLIA

As advertências podem mudar com as atualizações da ficha de segurança de segurança do produto