| RO |
| --- |
| **Sterilizant la rece**<br>**pentru dispozitive medicale invazive**<br>**acid peracetic praf** |
| **PERICOL** |
| **Proprietăţi**<br>GERMOCID POLVERE conține un precursor al acidului peracetic care se activează după diluarea prafului cu apă caldă; praful se dizolvă complet fără a lăsa reziduuri pe fund și fără spumă la suprafață. Lichidul inițial albastru devine incolor după circa cincisprezece minute, timp necesar pentru dezvoltarea principiului activ (acidul peracetic) pentru a face soluția gata de utilizare având astfel un efect germicid ridicat. GERMOCID POLVERE poate fi utilizat ca decontaminant, dezinfectant, sporicid, sterilizant la rece pentru dispozitive medicale invazive, spitale, cabinete medicale și stomatologice. Produsul poate fi utilizat și în domeniul estetic pentru dispozitive neinvazive. De asemenea, GERMOCID POLVERE este eficient ca decontaminant și pentru dezinfectarea și sterilizarea rapidă la rece a materialelor termosensibile, cum ar fi: endoscoape, fibre optice, traductoare etc. Compatibilitatea absolută cu componentele permite utilizarea GERMOCID POLVERE și cu mașini de spălat endoscoape. După utilizare, soluțiile pot fi eliminate ca deșeuri nepericuloase. |

**Mod de utilizare: Prepararea soluției pentru imersare:** preparați în tava prevăzută în acest scop apa caldă necesară controlând ca temperatura să fie de aproximativ 35°C pentru a facilita dizolvarea prafului; vărsați o doză în funcție de activitatea cerută; amestecați soluția până la obținerea unei soluții limpezi de culoare albastră; așteptați 15 minute înainte de a utiliza soluția. **Decontaminarea/Dezinfectarea:** utilizați 8 g per litru și imersați instrumentele în soluție timp de 10 minute; în cazul persistenței reziduului organic, spălați utilizând un detergent adecvat; după imersare, îndepărtați instrumentele și clătiți; pentru activitatea descrisă soluția rămâne activă timp de, cel mult, 7 zile de la preparare (în funcție de cantitatea și instrumentele tratate). **Activitatea sporicidă:** utilizați 8 g per litru și imersați instrumentele în soluție timp de 10 minute; pentru activitatea descrisă soluția rămâne activă timp de, cel mult, 24 de ore de la preparare. **Dezinfectarea de grad înalt/Sterilizarea la rece:** utilizați 16 g per litru și imersați instrumentele în soluție timp de 10 minute; după imersare, îndepărtați instrumentele și clătiți cu apă sterilă; uscați și depozitați în condiții aseptice; pentru activitatea descrisă soluția rămâne activă timp de, cel mult, 24 de ore de la preparare.

**Compoziţie:** 100 grame de produs conțin: Tetraacetiletilendiamină 25,00 g; percarbonat de sodiu 42,00 g; coformulanți q.s pentru 100,00 g.

**Avertismente: H302** Nociv în caz de înghiţire. **H318** Provoacă leziuni oculare grave. **P264** Spălaţi-vă bine pe mâini după utilizare. **P280** Purtați echipament de protecție a ochilor/feței. **P305-P351-P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. **P310** Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. **Conţine:** PERCARBONAT DE SODIU. Nu utilizați pentru instrumente din aliaj de aluminiu și nichel. Respectați instrucțiunile de utilizare. Nu utilizați tave din metal. Pentru uz profesional.

**Compatibilitate cu materialele:** GERMOCID POLVERE prezintă o compatibilitate sporită cu majoritatea materialelor din care sunt fabricate diversele dispozitive utilizate în mediul spitalicesc și cel sanitar. Studiile privind contabilitatea GERMOCID POLVERE /Dispozitivul medical nu relevă degradarea dispozitivului medical după utilizarea GERMOCID POLVERE în condițiile de utilizare recomandate.

**Termenul de valabilitate și depozitarea:** Termenul de valabilitate a produsului este de 2 ani de la data fabricării, trebuie depozitat în ambalajul original. Dacă ambalajul este deschis și închis corect după fiecare prelevare, fără a contamina conținutul rezidual cu substanțe și/sau agenți externi, preparatul își menține valabilitatea până la epuizarea produsului. Produsul trebuie păstrat ferit de umiditate. A se păstra într-un loc răcoros şi uscat, ferit de surse de căldură. Nu utilizați ambalaje deteriorate.

**Lotul şi data expirării:** a se vedea ambalajul

**DISPOZITIV MEDICAL CE 0546 Directiva Europeană 93/42/CEE**

**Producător:**
GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
MADE IN ITALY

Avertismentele pot face obiectul unor modificări odată cu actualizările fișei cu date de securitate a produsului