GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PORTUGUESE

CINTOS POSTURAIS

AVISOS
Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo.
Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra. A Erregi s.a.s. não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo. No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e / ou o paciente está estabelecido.

DESCRIÇÃO
Cintas posturais feitas de tecido hidrorrepelente e ignífugo de classe 1, com acolchoamento de poliuretano expandido, ignífugo, de classe 1 IM e fitas de polipropileno.
Disponíveis em diferentes versões: com fecho simples, com fecho de segurança ou com ilhós.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
Cintas posturais para a manutenção da postura dos doentes adultos não colaborantes em cadeiras de rodas, cómodas e para a prevenção das quedas.

INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O dispositivo deve ser posicionado com uma tensão adequada para permitir o funcionamento correto. Ao ajustar as fitas, deve passar uma mão espalmada entre o paciente e o dispositivo. NÃO utilize as cintas com fita com ilhós em doentes muito agitados. Recomenda-se monitorizar regularmente o paciente e a área abrangida pela cinta. Utilize sempre o dispositivo vestindo roupas de proteção pessoal.

CONTRAINDICAÇÕES
Não foram detetadas contraindicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.

COMPOSIÇÃO
TECIDO EXTERNO: Poliamida+Resina de poliuretano F.R. Ignífugo de classe 1
ACOLCHOAMENTO: Poliuretano expandido, ignífugo, de classe 1 IM

MODO DE LAVAGEM

			
LAVE NO MÁX. A 40°	NÃO LIXIVIE	NÃO ENGOME	NÃO UTILIZE A MÁQUINA DE SECAR
	UTILIZE QUALQUER DETERGENTE À EXEÇÃO DE PERCLOROETILENO		

Atenção: onde existirem, remova as chaves e os blocos antes da lavagem, a sua funcionalidade pode ser comprometida se entrarem em contacto com os líquidos.
A empresa produtora não se responsabiliza por quaisquer alterações das caraterísticas técnicas do apoio em caso de inobservância dos métodos de lavagem.

DESINFEÇÃO
Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

CONSERVAÇÃO
Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade.

ELIMINAÇÃO
Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

REF	Código produto	MD	Dispositivo médico
LOT	Número de lote		Fabricante

CE	Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Data de fabrico		Sem látex de borracha natural
CH REP	Representante autorizado na Suíça		Distribuído por
UDI	Identificador Único de Dispositivo		

NÃO remova a etiqueta do Dispositivo Médico, pois permite a rastreabilidade do produto fornecido (Fabricante, IUD, número do lote, código do produto).

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

GIMA 43175 - 43176 - 43177

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF 21/26/S - 20/26/S- 19/26/S

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

M43175-Rev.6-07.26

MD CE