GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

POLSKI

PASY STABILIZUJĄCE POSTAWĘ

OSTRZEŻENIA
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności sprawdzić wzrokowo, czy wyrób jest nienaruszony.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Firma Erregi sas nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie wyrobu. W razie poważnego wypadku związanego z użytkowaniem wyrobu należy zgłosić ten fakt producentowi oraz właściwemu organowi w państwie członkowskim, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.
OPIS
Pasy stabilizujące wykonane z tkaniny hydrofobowej i ognioodpornej klasy 1, z wyściółką z pianki poliuretanowej ognioodpornej klasy 1IM oraz taśmami z polipropylenu.
Dostępne w różnych wersjach: z prostym zapięciem, z zapięciem zabezpieczającym lub z oczkami.
PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE
Pasy stabilizujące do utrzymania prawidłowej postawy u pacjentów dorosłych niechętnych do współpracy, poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewniające komfort oraz zapobiegające upadkom.
WSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Założyć wyrób z odpowiednim napięciem, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Przy regulacji taśm pamiętać, że w przestrzeni między pacjentem a wyrobem musi się zmieścić płaska dłoń. NIE należy stosować pasów z taśmą z oczkami u pacjentów w stanie silnego pobudzenia. Zaleca się regularne monitorowanie pacjenta oraz obszaru, na którym znajduje się pas. Używać wyrobu zawsze mając na sobie odzież.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań, z wyjątkiem przypadków potwierdzonej nadwrażliwości na składniki produktu.
SKŁAD
TKANINA ZEWNĘTRZNA: Poliamid+Żywica poliuretanowa F.R. Ognioodporna klasy 1
WYPEŁNIENIE: Pianka poliuretanowa, ognioodporne klasy 1 IM
SPOSÓB CZYSZCZENIA

PRAĆ W TEMP. MAKS. 40°C	NIE WYBIELAĆ	NIE PRASOWAĆ	NIE UŻYWAĆ SUSZARKI BĘBNOWEJ
UŻYWAĆ DOWOLNEGO ROZPUSZCZALNIKA Z WYJĄTKIEM TETRACHLOROETYLENU			

Uwaga: jeśli są obecne klucze i blokady, przed myciem należy je wyjąć ponieważ kontakt z płynami może spowodować uszkodzenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany parametrów technicznych wyrobu w przypadku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących czyszczenia.

DEZYNFEKCJA
Należy stosować produkty posiadające certyfikat medyczno-chirurgiczny.
PRZECHOWANIE
Przechowywać z dala od źródeł światła, ciepła i wilgoci.
UTYLIZACJA
Zutylizować wyrób zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i segregacji odpadów.

REF	Kod produktu	MD	Wyrób medyczny
LOT	Numer partii		Producent
CE	Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745		Zapoznaj się z instrukcją użycia.
	Przechowywać z dala od światła słonecznego		Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
	Data produkcji		Nie zawiera lateksu z kauczuku naturalnego.
CH REP	Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarii		Dystrybutor
UDI	Unikalny identyfikator urządzenia		

NIE usuwać etykiety z wyrobu medycznego, ponieważ umożliwia ona jego identyfikację (producent, kod UDI, numer partii, kod produktu).

WARUNKI GWARANCJI GIMA
Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

GIMA 43175 - 43176 - 43177

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **21/26/S - 20/26/S- 19/26/S**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

M43175-Rev.6-07.26

MD CE