GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

CINTURE POSTURALI

AVVERTENZE
Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo.
Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo. In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.
DESCRIZIONE
Cinture posturali realizzate in tessuto, idrorepellente e ignifugo in classe 1, con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo in classe 1IM e nastri in polipropilene. Disponibili in diverse varianti: con chiusura semplice, con chiusura di sicurezza oppure occhiellati.
DESTINAZIONE D'USO
Cinture posturali per il mantenimento della postura di pazienti adulti non collaborativi, su carrozzine, comode e per la prevenzione delle cadute.
INDICAZIONI E PRECAUZIONI D'USO
Il dispositivo deve essere posizionato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento. Nella regolazione dei nastri, deve passare una mano piana tra il paziente e il dispositivo. NON utilizzare le cinture con nastro occhiellato su pazienti molto agitati. Si raccomanda di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dalla cintura. Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona.
CONTROINDICAZIONI
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
COMPOSIZIONE
TESSUTO ESTERNO: Poliammide+Resina poliuretanica F.R. Ignifugo in classe 1
IMBOTTITURA: Poliuretano espanso, ignifugo in classe 1 IM
MODALITÀ DI LAVAGGIO

LAVARE MAX 40°	NON CANDEGGIARE	NON STIRARE	NON UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE
UTILIZZARE QUALSIASI SOLVENTE ECCETTO TETRACLORETILENE			

Attenzione: dove presenti, rimuovere chiavi e blocchetti prima del lavaggio, a contatto con i liquidi potrebbe essere compromessa la loro funzionalità. La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

DISINFEZIONE
Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.
CONSERVAZIONE
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.
SMALTIMENTO
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

REF	Codice prodotto	MD	Dispositivo medico
LOT	Numero di lotto		Fabbricante
CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione	LATEX	Non prodotto con lattice di gomma naturale
CH REP	Rappresentante Autorizzato in Svizzera		Distribuito da
UDI	Identificativo Unico Dispositivo		

NON rimuovere l'etichetta dal Dispositivo Medico, in quanto consente la rintracciabilità del prodotto fornito (Fabbricante, UDI, numero di lotto, codice prodotto).

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

GIMA 43175 - 43176 - 43177

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF 21/26/S - 20/26/S- 19/26/S

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

M43175-Rev.6-07.26

MD CE