GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEUTSCH

BETTGURT

WARNUNGEN
Vor jeder Anwendung ist die Unversehrtheit des Geräts visuell zu überprüfen. Sollte das Produkt Mängel aufweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an die Verkaufsstelle, bei der Sie den Artikel erworben haben. Erregi sas übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße
Verwendung des Geräts. Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts melden Sie diesen bitte dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

BESCHREIBUNG
Bettfixiergurte sind Vorrichtungen, die entwickelt wurden, um die Sicherheit von Patienten zu gewährleisten, die einer Behandlung bedürfen und nicht kooperieren. Sie bestehen aus hochwertigen Baumwollbändern und verwenden ein Schließsystem mit einem Sicherheitsblock, der mit einem Magnetschlüssel geöffnet werden kann, um eine einfache und sichere Handhabung zu gewährleis-

ten. Doppelter Bettgurt: Besteht aus zwei Bändern: Das innere Band wird um die Taille des Patienten gelegt und mit einem Blockverschluss gesichert, während das äußere Band mit Gurten und Sicherheitsblöcken an den Bettseiten befestigt wird. Dieses Modell erlaubt dem Patienten, sowohl in Rücken- als auch in Seitenlage zu bleiben – je nach therapeutischer Notwendigkeit. Einfacher Bettgurt: Besteht aus einem einzigen Band, das um die Taille des Patienten gelegt und mit einem Blockverschluss gesichert wird. Zwei Bänder mit Hakenverschlüssen ermöglichen die Befestigung an den Bettseiten. Dieser Gurt ist ausschließlich für die Rückenlage des Patienten ausgelegt. Doppelter Bettgurt mit Schrittgurt: Besteht aus drei Bändern: Der Schrittgurt und das innere Band werden um die Taille des Patienten gelegt, während das äußere Band an den Bettseiten befestigt wird. Auch hier erfolgt die Schließung über Blockverschlüsse, die mit einem Magnetschlüssel geöffnet werden können. Dieses Modell erlaubt dem Patienten sowohl die Rücken- als auch die Seitenlage.

VERWENDUNGSZWECK

Vorrichtungen zur Fixierung von bettlägerigen, nicht kooperationsfähigen erwachsenen Patienten.

INDIKATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Das Gerät darf ausschließlich von medizinischem oder pflegerischem Fachpersonal angewendet werden. Der Gurt darf nicht am Becken oder Brustkorb verwendet werden. Bei Geräten mit Magnetschließsystem: nicht bei Patienten mit Herzschrittmacher verwenden – es kann zu Tachykardie kommen. Der Gurt muss gut an den Patienten angepasst werden – zwischen Gurt und Körper muss eine flache Hand Platz haben. Überprüfen Sie immer, ob die Verschlüsse sicher eingerastet sind – eine unsachgemäße Schli ßung kann die Sicherheit des Patienten gefährden. Sollten sich die Verschlüsse nicht öffnen lassen, können die Bänder mit einem Cutter oder einer Schere durchtrennt werden. Das Gerät darf nur bei bekleidetem Patienten verwendet werden.
Nicht feuerfest.

KONTRAINDIKATIONEN

Es wurden keine Gegenanzeigen festgestellt, außer in Fällen nachgewiesener
Empfindlichkeit gegenüber den verwendeten Materialien.

ZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle

WASCHMETHODE

40°			
WASCHEN MAX 40°	NICHT BLEICHEN	NICHT BÜGELN	KEINEN TROCKNER VERWENDEN
P	VERWENDEN SIE EIN BELIEBIGES LÖSUNGSMITTEL AUSSER TETRACHLORETHYLEN		

Achtung: Entfernen Sie die Schlüssel und Blockierstücke vor dem Waschen, da der Kontakt mit Flüssigkeiten ihre Funktionalität b einträchtigen könnte Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für etwaige Änderungen der technischen Eigenschaften des Hilfsmittels ab, wenn die Waschanweisungen nicht befolgt werden.

DESINFEKTION

Verwenden Sie Produkte für den medizinisch-chirurgischen Gebrauch.

LAGERUNG

Vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

ENTSORGUNG

Das Produkt gemäß den geltenden Umwelt- und Recyclingvorschriften entsorgen.

REF	Erzeugniscode		Hersteller
LOT	Chargennummer	MD	Medizinprodukt
CE	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Herstellungsdatum	LATEX	Ohne Naturkautschuk hergestellt
CH REP	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz		Vertrieben von
UDI	Eindeutige Gerätekennung		

NICHT das Etikett vom Medizinprodukt entfernen – es dient der Rückverfolgbarkeit des gelieferten Produkts (Hersteller, UDI, Chargennummer, Produktcode).

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

LATEX

M43185-Rev.6-08.26
