GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

CINTURE DI CONTENZIONE

AVVERTENZE
Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo.
Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.
In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

DESCRIZIONE
Le cinture di contenzione per letto sono dispositivi progettati per garantire la sicurezza dei pazienti che necessitano di terapie e non collaborano attivamente. Composte da fasce in cotone di alta qualità, queste cinture utilizzano un sistema di chiusura con blocchetto, che può essere aperto tramite una chiave magnetica per garantire una gestione facile e sicura.
Cintura per letto doppia: composta da due fasce, la fascia più interna va posizionata al girovita del paziente e fissata tramite un blocchetto di chiusura, mentre la fascia esterna viene ancorata ai longheroni del letto utilizzando nastri e blocchetti di chiusura. Questo modello consente al paziente di mantenere la posizione supina o laterale, a seconda delle necessità terapeutiche.
Cintura per letto singola: composta da una singola
fascia da posizionare al girovita del paziente, fissata tramite blocchetto di chiusura. I due nastri con chiusure a gancio permettono di ancorare la cintura ai longheroni del letto. La cintura singola è progettata per consentire solo la posizione supina del paziente. Cintura per letto doppia con fascia inguinale:composta da tre fasce, la fascia inguinale e la fascia interna si posizionano attorno al girovita del paziente, mentre la fascia esterna si fissa ai longheroni del letto. Anche in questo caso, la chiusura avviene tramite blocchetto di chiusura, con la chiave magnetica per l'apertura.
Questo modello consente al paziente di mantenere sia la posizione supina che laterale.

DESTINAZIONE D'USO
Dispositivi utilizzati per la contenzione di pazienti adulti allettati, e non collaborativi.

INDICAZIONI E PRECAUZIONI D'USO
Il dispositivo può essere applicato esclusivamente da personale medico e paramedico. La cintura non va utilizzata sul bacino o sulla cassa toracica.
Dispositivi con sistema di chiusura magnetica, non utilizzare su pazienti ai quali è stato applicato uno stimolatore per il cuore, potrebbe andare incontro a tachicardia. Adattare bene la cintura al paziente, deve passare una mano piana tra il paziente e la cintura. Controllare sempre che le chiusure siano ben agganciate, se ciò non avviene potrebbe essere compromessa la sicurezza del paziente. In caso non si dovessero aprire le chiusure, i nastri possono essere tagliati con taglierini o cesoie. Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona. Dispositivo non ignifugo.

CONTROINDICAZIONI
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

COMPOSIZIONE
Cotone

MODALITÀ DI LAVAGGIO

40°			
LAVARE MAX 40°	NON CANDEGGIARE	NON STIRARE	NON UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE
P	UTILIZZARE QUALSIASI SOLVENTE ECCETTO TETRACLORETILENE		

Attenzione: rimuovere chiavi e blocchetti prima del lavaggio, a contatto con i liquidi potrebbe essere compromessa la loro funzionalità. La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

DISINFEZIONE
Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.

SMALTIMENTO
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

REF	Codice prodotto	MD	Dispositivo medico
LOT	Numero di lotto		Fabbricante
CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione	LATEX	Non prodotto con lattice di gomma naturale
CH REP	Rappresentante Autorizzato in Svizzera		Distribuito da
UDI	Identificativo Unico Dispositivo		

NON rimuovere l'etichetta dal Dispositivo Medico, in quanto consente la rintracciabilità del prodotto fornito (Fabbricante, UDI, numero di lotto, codice prodotto).

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE



M43185-Rev.6-08.26