GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ESPAÑOL

CINTURÓN DE CONTENCIÓN

ADVERTENCIAS
Antes de realizar cualquier operación, controlar visualmente la integridad del dispositivo.
Siempre que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el punto de venta en el cual se ha realizado la compra. Erregi sas no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del dispositivo.
En caso de que se produzca un incidente grave relacionado con el uso del dispositivo, se ruega que se notifique el suceso al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.
DESCRIPCIÓN
Los cinturones de sujeción para las camas son dispositivos diseñados para garantizar la seguridad de los pacientes que necesitan recibir tratamientos y no colaboran activamente. Fabricados con tiras de algodón de alta calidad, estos cinturones cuentan con un sistema de cierre con bloqueo que se abre mediante una llave magnética, lo que garantiza un manejo fácil y seguro. Cinturón doble para cama: compuesto por dos correas: la correa más interna debe colocarse alrededor de la cintura del paciente y fijarse mediante un bloqueo de cierre, mientras que la correa exterior se sujeta a los largueros de la cama mediante cintas y bloqueos de cierre. Este modelo permite al paciente mantenerse en posición supina o lateral, según las necesidades terapéuticas. Cinturón individual para cama: compuesto por una sola correa que se coloca alrededor de la cintura del paciente y se sujeta mediante un bloqueo de cierre. Las dos cintas con cierres de gancho permiten fijar el cinturón a los largueros de la cama. El cinturón simple está diseñado para permitir únicamente la posición supina del paciente. Cinturón doble para cama con correa inguinal: compuesto por tres correas, la correa inguinal y la correa interna se colocan alrededor de la cintura del paciente, mientras que la correa externa se fija a los largueros de la cama. En este caso también, el cierre se realiza mediante un bloqueo de cierre y la apertura se realiza con una llave magnética. Este modelo permite al paciente mantenerse tanto en posición supina como lateral.
USO PREVISTO
Dispositivos utilizados para la inmovilización de pacientes adultos encamados y que no colaboran.
INDICACIONES Y PRECAUCIONES DE USO
El dispositivo puede ser aplicado exclusivamente por personal médico y paramédico. El cinturón no debe utilizarse en la pelvis ni en la caja torácica. En los dispositivos con sistema de cierre magnético, no utilizar en pacientes portadores de un marcapasos, ya que podría producirse una interferencia que provoque taquicardia. Ajustar bien el cinturón al paciente, debe caber una mano extendida entre el paciente y el dispositivo. Comprobar siempre que los cierres estén bien enganchados. De lo contrario, podría verse comprometida la seguridad del paciente. En caso de que no se puedan abrir los cierres, las cintas se pueden cortar con cuchillas o tijeras. Utilizar siempre el producto con una prenda de protección. Dispositivo no ignífugo.
CONTRAINDICACIONES
No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos de sensibilidad comprobada a los materiales componentes.
COMPOSICIÓN
Algodón
MODALIDAD DE LAVADO

			
LAVAR MÁX 40°	NO BLANQUEAR	NO PLANCHAR	NO UTILIZAR LA SECADORA
	UTILIZAR CUALQUIER SOLVENTE EXCEPTO TETRACLOROETILENO		

Atención: en caso de que haya llaves y bloqueos, extraerlos antes del lavado, ya que el contacto con los líquidos podría afectar a su funcionamiento.
El fabricante no se hace responsable de las posibles variaciones en las características técnicas del producto en caso de que no se respeten las instrucciones de lavado.

DESINFECCIÓN
Utilizar productos con registro sanitario médico-quirúrgico.
CONSERVACIÓN
Conservar protegido de fuentes de luz, calor, humedad.
ELIMINACIÓN
Eliminar el dispositivo respetando las normativas vigentes en materia de protección ambiental y recogida selectiva.

	Código producto		Producto sanitario
	Número de lote		Fabricante
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Consultar las instrucciones de uso.
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fecha de fabricación		No contiene látex de caucho natural
	Representante autorizado en Suiza		Distribuido por
	Identificador único de dispositivo		

NO retirar la etiqueta del producto sanitario, ya que permite la trazabilidad del producto suministrado (fabricante, UDI, número de lote, código de producto).

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

LATEX

M43185-Rev.6-08.26
