GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FRANÇAIS

CEINTURE DE CONFINEMENT

AVERTISSEMENTS
Avant d'effectuer toute opération, vérifier visuellement l'intégrité du dispositif. Si le produit présente des anomalies, contacter immédiatement le point de vente où l'achat a été effectué. Erregi sas décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du dispositif.
En cas d'incident grave survenu en lien avec l'utilisation du dispositif, merci de signaler l'incident au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient est domicilié.
DESCRIPTION
Les ceintures de contention pour lit sont des dispositifs conçus pour garantir la sécurité des patients nécessitant des thérapies et ne collaborant pas activement. Composées de bandes en coton de haute qualité, ces ceintures utilisent un système de fermeture avec un verrou, qui peut être ouvert à l'aide d'une clé magnétique pour une gestion facile et sécurisée.
Ceinture pour lit double: composé de deux bandes, la bande interne doit être placée autour de la taille du patient et fixée à l'aide d'un verrou, tandis que la bande externe est ancrée aux longerons du lit à l'aide de rubans et de verrous de sécurité. Ce modèle permet au patient de maintenir la position supine ou latérale, en fonction des besoins thérapeutiques.
Ceinture pour lit simple: composé d'une seule bande à placer autour de la taille du patient, fixée avec un verrou. Les deux rubans avec fermetures à crochet permettent de fixer la ceinture aux longerons du lit. La ceinture simple est conçue pour permettre uniquement la position supine du patient. Ceinture pour lit double avec bande inguinale: compose de trois bandes, la bande inguinale et la bande interne sont placées autour de la taille du patient, tandis que la bande externe est fixée aux longerons du lit. La fermeture se fait également par un verrou, avec la clé magnétique pour l'ouverture. Ce modèle permet a patient de maintenir à la fois la position supine et latérale.
DESTINATION D'UTILISATION
Dispositifs utilisés pour la contention de patients adultes alités et non collaboratifs.
INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Le dispositif peut être appliqué uniquement par du personnel médical et paramédical. La ceinture ne doit pas être utilisée sur le bassin ou la cage thoracique. Dispositifs avec système de fermeture magnétique, ne pas utiliser sur des patients ayant un stimulateur cardiaque, car cela pourrait entraîner une tachycardie.
Adapter correctement la ceinture au patient : une main plate doit pouvoir passer entre le patient et la ceinture.
Vérifier toujours que les fermetures sont bien fixées ; si ce n'est pas le cas, la sécurité du patient pourrait être compromise. En cas de fermeture défectueuse, les rubans peuvent être coupés avec un cutter ou des ciseaux.
Utiliser toujours le dispositif avec un vêtement de protection pour la personne. Le dispositif n'est pas ignifuge.
CONTRE-INDICATIONS
Aucune contre-indication n'a été relevée, sauf en cas de sensibilité avérée aux matériaux composants.
COMPOSITION
Coton
MODE DE LAVAGE

			
LAVAGE MAX 40°	PAS D'EAU DE JAVEL	NE PAS REPASSER	NE PAS UTILISER DE SÈCHE-LINGE
	UTILISER TOUS LES SOLVANTS SAUF LE TÉTRACHLORÉTHYLÈNE		

Achtung: Entfernen Sie die Schlüssel und Blockierstücke vor dem Waschen, da der Kontakt mit Flüssigkeiten ihre Funktionalität beeinträchtigen könnte
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für etwaige Änderungen der technischen Eigenschaften des Hilfsmittels ab, wenn die Waschanweisungen nicht befolgt werden.

DESINFEKTION
Verwenden Sie Produkte für den medizinisch-chirurgischen Gebrauch.
LAGERUNG
Vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
ENTSORGUNG
Das Produkt gemäß den geltenden Umwelt- und Recyclingvorschriften entsorgen.

REF	Code produit	MD	Dispositif médical
LOT	Numéro de lot		Fabricant
CE	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Consulter les instructions d'utilisation
	Á conserver à l'abri de la lumière du soleil		Á conserver dans un endroit frais et sec
	Date de fabrication	LATEX	Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
CH REP	Représentant autorisé en Suisse		Distribué par
UDI	Identifiant unique de l'appareil		

NE PAS retirer l'étiquette du Dispositif Médical, car elle permet la traçabilité du produit fourni (Fabricant, UDI, numéro de lot, code produit).

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

LATEX

M43185-Rev.6-08.26
