GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PORTUGUESE

CINTA DE CONTENÇÃO

AVISOS
Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo.
Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra. A Erregi s.a.s. não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo.
No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e / ou o paciente está estabelecido.

DESCRIÇÃO
As cintas de contenção para cama são dispositivos concebidos para garantir a segurança dos pacientes que necessitam de terapias e não colaboram ativamente. Compostas por faixas de algodão de alta qualidade, estas cintas utilizam um sistema de fecho com bloco, que pode ser aberto através de uma chave magnética para garantir uma gestão fácil e segura. Cinta para cama de casal: é composta por duas faixas, a faixa mais interna é colocada à volta da cintura do paciente e fixada através de um bloco de fecho, enquanto a faixa mais externa é fixada nas longarinas da cama utilizando fitas e blocos de fecho. Este modelo permite ao paciente manter a posição de supina ou lateral, dependendo das necessidades terapêuticas. Cinto para cama de solteiro: consiste numa única faixa a ser posicionada à volta da cintura do paciente e fixada com um bloco de fecho. As duas fitas com fechos de gancho permitem fitar a cinta às longarinas da cama. A cinta individual foi concebida para permitir apenas a posição de supina do paciente. Cinta para cama de casal com faixa inguinal: composta por três tiras, a faixa inguinal e a faixa interior estão posicionadas à volta da cintura do paciente, enquanto a faixa exterior está fixa às longarinas da cama. Também neste caso, o bloqueio ocorre através de um bloco de fecho, com a chave magnética para a abertura. Este modelo permite ao paciente manter tanto a posição de supina quanto a lateral.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
Dispositivos utilizados para a contenção dos pacientes adultos acamados e não colaborantes.

INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O dispositivo só pode ser aplicado exclusivamente por pessoal médico e paramédico. A cinta não deve ser utilizada sobre a pélvis ou sobre a caixa torácica. Dispositivos com sistema de fecho magnético, não utilize em pacientes aos quais foi aplicado um estimulador para o coração, poderá provocar taquicardia. Adapte bem a cinta ao paciente, deve passar uma mão espalmada entre o paciente e a cinta. Verifique sempre se os fechos estão bem engatados; se isso não ocorrer, a segurança do paciente poderá ser comprometida. Caso os fechos não se abram, as fitas podem ser cortadas com cortadores ou tesouras. Utilize sempre o dispositivo vestindo roupas de proteção pessoal. Dispositivo não ignífugo.

CONTRAINDICAÇÕES
Não foram detetadas contraindicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.

COMPOSIÇÃO
Algodão

MODO DE LAVAGEM

			
LAVE NO MÁX. A 40°	NÃO LIXIVIE	NÃO ENGOME	NÃO UTILIZE A MÁQUINA DE SECAR
	UTILIZE QUALQUER DETERGENTE À EXEÇÃO DE PERCLOROETILENO		

Atenção: remova as chaves e os blocos antes da lavagem, a sua funcionalidade pode ser comprometida se entrarem em contacto com os líquidos.
A empresa produtora não se responsabiliza por quaisquer alterações das caraterísticas técnicas do apoio em caso de inobservância dos métodos de lavagem.

DESINFEÇÃO
Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

CONSERVAÇÃO
Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade.

ELIMINAÇÃO
Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

REF	Código produto	MD	Dispositivo médico
LOT	Número de lote		Fabricante
CE	Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Data de fabrico		Sem látex de borracha natural
CH REP	Representante autorizado na Suíça		Distribuído por
UDI	Identificador Único de Dispositivo		

NÃO remova a etiqueta do Dispositivo Médico, pois permite a rastreabilidade do produto fornecido (Fabricante, IUD, número do lote, código do produto).

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

LATEX

M43185-Rev.6-08.26
