GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια, επιθεωρήστε οπτικά την ακεραιότητα του προϊόντος.
Εάν το προϊόν παρουσιάζει ανωμαλίες, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα από το οποίο το προμηθευτήκατε. Η Erregi sas δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη κατάλληλης χρήσης του προϊόντος.
Σε περίπτωση που προκληθεί σοβαρό ατύχημα κατά τη χρήση του προϊόντος, αναφέρετε το συμβάν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι ζώνες συγκράτησης για κρεβάτι είναι προϊόντα σχεδιασμένα για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών που χρήζουν θεραπείας και που δεν συνεργάζονται ενεργά. Αποτελούνται από λωρίδες κατασκευασμένες από βαμβάκι υψηλής ποιότητας. Οι ζώνες αυτές χρησιμοποιούν ένα σύστημα ασφάλισης με κουμπί, το οποίο μπορεί να ανοίξει μέσω ενός μαγνητικού κλειδιού, καθιστώντας τον χειρισμό εύκολο και ασφαλή. Διπλή ζώνη για κρεβάτι: αποτελείται από δύο λωρίδες, η εσωτερική λωρίδα πρέπει να τοποθετείται γύρω από τη μέση του ασθενούς και να στερεώνεται μέσω ενός κουμπιού ασφάλισης, ενώ η εξωτερική λωρίδα στερεώνεται στα προστατευτικά κάγκελα του κρεβατιού χρησιμοποιώντας ιμάντες και κουμπιά ασφάλισης. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στον ασθενή να παραμένει ξαπλωμένος ανάσκελα ή πλάγια, ανάλογα με τις απαιτήσεις της θεραπείας. Μονή ζώνη για κρεβάτι: αποτελείται από μια μονή λωρίδα που τοποθετείται γύρω από τη μέση του ασθενούς και που στερεώνεται μέσω του κουμπιού ασφάλισης. Οι δύο ιμάντες διαθέτουν κλεισίματα με γάντζο ώστε να είναι δυνατή η στερέωση της ζώνης στα προστατευτικά κάγκελα του κρεβατιού. Η μονή ζώνη είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε ο ασθενής να παραμένει ξαπλωμένος μόνο ανάσκελα. Διπλή ζώνη για κρεβάτι με βουβωνική λωρίδα: αποτελείται από τρεις λωρίδες, η βουβωνική λωρίδα και η εσωτερική λωρίδα τοποθετούνται γύρω από τη μέση του ασθενούς, ενώ η εξωτερική λωρίδα στερεώνεται στα προστατευτικά κάγκελα του κρεβατιού. Και σε αυτήν την περίπτωση, το κλείσιμο πραγματοποιείται μέσω του ειδικού κουμπιού ασφάλισης, ενώ το άνοιγμα γίνεται μέσω μαγνητικού κλειδιού. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στον ασθενή να παραμένει ξαπλωμένος είτε ανάσκελα είτε πλάγια.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση ενήλικων ασθενών που είναι κλινήρεις και που δεν συνεργάζονται.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά από ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Η ζώνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη λεκάνη ή στη θωρακική κοιλότητα. Προϊόντα με μαγνητικό σύστημα ασφαλείας, μην τα χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με βηματοδότη διότι μπορεί να προκληθεί ταχυκαρδία. Προσαρμόστε καλά τη ζώνη στον ασθενή έτσι ώστε να χωρά να περάσει το χέρι ανάμεσα στον ασθενή και στη ζώνη. Πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι τα κλεισίματα είναι καλά ασφαλισμένα, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια του ασθενούς. Σε περίπτωση που τα κλεισίματα δεν ανοίγουν, οι ιμάντες μπορούν να κοπούν με ένα κοπίδι ή ψαλίδι. Το προϊόν πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ενώ ο ασθενής φοράει κάποιο ρούχο. Προϊόν μη ανθεκτικό στη φωτιά.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν έχουν διαπιστωθεί αντενδείξεις εκτός από τις περιπτώσεις επιβεβαιωμένης ευαισθησίας σε κάποιο από τα υλικά του προϊόντος.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Βαμβάκι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

			
ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΓ. 40°C	ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ	ΜΗ ΣΙΔΕΡΩΝΕΤΕ	ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΛΥΤΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ		

Προσοχή: αφαιρέστε κλειδιά και πρόσθετα στοιχεία πριν από το πλύσιμο, καθώς σε περίπτωση επαφής με υγρά ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργικότητά τους.
Ο Κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών του βοηθήματος σε περίπτωση μη τήρησης των τρόπων πλύσης.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Χρησιμοποιείτε προϊόντα που είναι εγκεκριμένα για ιατρική και χειρουργική χρήση.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύετε το προϊόν μακριά από πηγές φωτός, θερμότητας και υγρασίας.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφοροποιημένη συλλογή των αποβλήτων.

	Κωδικός προϊόντος		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Numero di lotto		Κατασκευαστής
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν συμμορφούμενο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745		Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
	Φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως.		Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
	Ημερομηνία κατασκευής		Δεν περιέχει φυσικό ελαστικό λάτεξ.
	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ελβετία		Διανέμεται από
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής		

ΜΗΝ αφαιρείτε την ετικέτα από το Ιατροτεχνολογικό Προϊόν, καθώς επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα του παρεχόμενου προϊόντος (Κατασκευαστής, UDI, αριθμός παρτίδας, κωδικός προϊόντος).
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

LATEX

M43185-Rev.6-08.26
