GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

HRVATSKI

SIGURNOSNI POJAS ZA ZADRŽAVANJE

UPOZORENJA
Prije izvođenja bilo kakve operacije, vizualno provjerite integritet uređaja. Ako proizvod pokazuje bilo kakve anomalije, odmah se obratite prodajnom mjestu gdje ste ga kupili. Erregi sas ne preuzima nikakvu odgovornost za nepravilnu upotrebu uređaja.
U slučaju ozbiljnog incidenta povezanog s korištenjem uređaja, molimo vas da prijavite incident proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

OPIS
Pojasevi za ograničavanje kretanja su uređaji osmišljeni kako bi se osigurala sigurnost pacijenata kojima je potrebna terapija, a koji aktivno ne surađuju. Izrađeni od visokokvalitetnih pamučnih traka, ovi remeni koriste sustav zaključavanja koji se može otvoriti magnetskim ključem za jednostavno i sigurno rukovanje. Dvostruki pojas za krevet: sastoji se od dva remena, unutarnji remen je postavljen oko pacijentovog struka i osiguran blokom za zaključavanje, dok je vanjski remen pričvršćen za ograde kreveta pomoću remena i blokova za zaključavanje. Ovaj model omogućuje pacijentu održavanje ležećeg ili bočnog položaja, ovisno o terapijskim potrebama. Jednostruki pojas za krevet: sastoji se od jedne trake koja se postavlja oko pacijentovog struka i osigurava blokadom. Dva remena s kukama omogućuju pričvršćivanje pojasa za ograde kreveta. Jednostruki pojas je dizajniran tako da omogućuje samo ležeći položaj pacijenta. Dvostruki pojas za krevet s međunožnim remenom: sastoji se od tri remena, međunožni remen i unutarnji remen postavljeni su oko pacijentovog struka, dok je vanjski remen pričvršćen za ograde kreveta. I u ovom slučaju, zaključavanje se odvija putem bloka za zaključavanje, s magnetskim ključem za otvaranje. Ovaj model omogućuje pacijentu da zadrži i ležeći i bočni položaj.

NAMJENA
Uređaji koji se koriste za sputavanje nepokretnih i nesuradljivih odraslih pacijenata.

INDIKACIJE I MJERE OPREZA ZA UPORABU
Uređaj smiju koristiti samo medicinski i paramedicinski djelatnici. Pojas se ne smije koristiti preko zdjelice ili prsnog koša. Uređaji s magnetskim sustavom zaključavanja ne smiju se koristiti kod pacijenata kojima je ugrađen pacemaker, jer mogu osjetiti tahikardiju. Dobro namjestite pojas na pacijenta; ravna ruka trebala bi stati između pacijenta i pojasa. Uvijek provjerite jesu li zatvarači pravilno zatvoreni, u suprotnom bi sigurnost pacijenta mogla biti ugrožena. Ako se zatvarači ne otvaraju, vrpce se mogu rezati rezačima ili škarama. Uvijek koristite uređaj dok nosite zaštitnu odjeću. Uređaj nije otporan na vatru.

KONTRAINDIKACIJE
Nisu utvrđene kontraindikacije osim u slučajevima poznate preosjetljivosti na sastojke.

SASTAV
Pamuk

NAČIN PRANJA

			
PRANJE MAKS. 40 °C	NE IZBJELJIVATI	NE PEGLATI	NE KORISTITI SUŠILICU ZA RUBLJE
	KORISTITE BILO KOJE OTAPALO OSIM TETRAKLOROETILENA.		

Upozorenje: prije pranja uklonite ključeve i blokade jer kontakt s tekućinama može ugroziti njihovu funkcionalnost.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve promjene tehničkih karakteristika pomagala u slučaju nepoštivanja uputa za pranje.

DEZINFEKCIJA
Koristite proizvode s medicinsko-kirurškom zaštitom.

SKLADIŠTENJE
Čuvati dalje od izvora svjetlosti, topline i vlage.

ZBRINJAVANJE
Uređaj odložite u skladu s važećim propisima o zaštiti okoliša i odvojenom prikupljanju otpada.

REF	Codice prodotto	MD	Broj serije
LOT	Broj serije		Proizvođač
CE	Medicinski proizvod u skladu s Uredbom (EU) 2017/745		Pročitajte upute za uporabu.

	Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti.		Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
	Datum proizvodnje		Nije izrađeno od lateksa od prirodne gume.
	Ovlašteni zastupnik u Švicarskoj		Distribuira
	Jedinstveni identifikator uređaja		

NE uklanjajte naljepnicu s medicinskog proizvoda, jer ona omogućuje sljedivost isporučenog proizvoda (proizvođač, jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda, broj serije, šifra proizvoda).

UVJETI JAMSTVA GIMA
Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

LATEX

M43185-Rev.6-08.26
