GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

POLSKI

PAS ZABEZPIECZAJĄCY

OSTRZEŻENIA
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności sprawdzić wzrokowo, czy wyrób jest nienaruszony.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Firma Erregi sas nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie wyrobu.
W razie poważnego wypadku związanego z użytkowaniem wyrobu należy zgłosić ten fakt producentowi oraz właściwemu organowi w państwie członkowskim, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

OPIS
Pasy zabezpieczające do łóżka to wyroby stworzone z myślą o bezpieczeństwie pacjentów wymagającym terapii, którzy nie współpracują aktywnie. Wykonane są z wysokiej jakości bawełnianych taśm i wyposażone w system zapięcia z blokadą, który można otworzyć za pomocą magnetycznego klucza, co zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę. Pas do łóżka podwójny: składa się z dwóch pasów; pas wewnętrzny należy umieścić wokół talii pacjenta i zamocować za pomocą zapięcia, natomiast pas zewnętrzny mocuje się do belek łóżka za pomocą taśm i zapięć. Model ten pozwala utrzymać pacjenta w pozycji na plecach lub na boku, w zależności od potrzeb terapeutycznych. Pas do łóżka pojedynczy: składa się z pojedynczego pasa, który należy umieścić wokół talii pacjenta i zamocować za pomocą zapięcia. Dwie taśmy z zapięciami na haczyki umożliwiają przymocowanie pasa do belek łóżka. Pojedynczy pas został zaprojektowany tak, aby umożliwić pacjentowi wyłącznie pozycję na plecach. Podwójny as do łóżka z opaską pachwinową: składa się z trzech pasów; pas pachwinowy i pas wewnętrzny zakłada się wokół talii pacjenta, natomiast pas zewnętrzny mocuje się do belek łóżka. Również w tym przypadku zamknięcie odbywa się za pomocą blokady, a do jej otwarcia służy klucz magnetyczny. Model ten umożliwia utrzymanie pacjenta zarówno w pozycji na plecach, jak i na boku.
PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE
Wyroby służące do unieruchamiania w łóżku dorosłych pacjentów leżących, niechętnych do współpracy.
WSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Wyrób może być stosowany wyłącznie przez personel medyczny i paramedyczny. Pasu nie należy zakładać na miednicę ani na klatkę piersiową. Wyrobów z zamknięciem magnetycznym nie stosować u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca, ponieważ może to spowodować tachykardię. Pas należy dobrze dopasować do pacjenta – między pacjentem a pasem musi zmieścić się płaska dłoń. Zawsze sprawdzać, czy zapięcia są prawidłowo zapięte, ponieważ w przeciwnym razie bezpieczeństwo pacjenta może być zagrożone. Jeśli zapięcia nie da się otworzyć, taśmy można przeciąć nożem do lub nożycami. Używać wyrobu zawsze mając na sobie odzież. Wyrób nie jest ognioodporny.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań, z wyjątkiem przypadków potwierdzonej nadwrażliwości na składniki produktu.
SKŁAD
Bawełna
SPOSÓB CZYSZCZENIA

40°			
PRAĆ W TEMP. MAKS. 40°C	NIE WYBIELAĆ	NIE PRASOWAĆ	NIE UŻYWAĆ SUSZARKI BĘBNOWEJ
P	UŻYWAĆ DOWOLNEGO ROZPUSZCZALNIKA Z WYJĄTKIEM TETRACHLOROETYLENU		

Ostrzeżenie: przed myciem należy wyjąć klucze i blokady, ponieważ kontakt z płynami może spowodować ich uszkodzenie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany parametrów technicznych wyrobu w przypadku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących czyszczenia.

DEZYNFEKCJA
Należy stosować produkty posiadające certyfikat medyczno-chirurgiczny.
PRZECHOWANIE
Przechowywać z dala od źródeł światła, ciepła i wilgoci.
UTYLIZACJA
Zutylizować wyrób zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i segregacji odpadów.

REF	Kod produktu	MD	Wyrób medyczny
LOT	Numer partii		Producent

CE	Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745		Zapoznaj się z instrukcją użycia.
	Przechowywać z dala od światła słonecznego		Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
	Data produkcji	LATEX	Nie zawiera lateksu z kauczuku naturalnego.
CH REP	Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarii		Dystrybutor
UDI	Unikalny identyfikator urządzenia		

NIE usuwać etykiety z wyrobu medycznego, ponieważ umożliwia ona jego identyfikację (producent, kod UDI, numer partii, kod produktu).

WARUNKI GWARANCJI GIMA
Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

LATEX

M43185-Rev.6-08.26
