GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

NEDERLANDSE

INSLUITINGSGORDEL

WAARSCHUWINGEN
Voordat er handelingen worden verricht, moet visueel gecontroleerd worden of het hulpmiddel intact is.
Als het product afwijkingen vertoont, neem dan onmiddellijk contact op met het verkooppunt waar u het hebt aangeschaft.
Erregi sas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een oneigenlijk gebruik van het hulpmiddel.
Eventuele ernstige ongevallen die zich in verband met het gebruik van het hulpmiddel hebben voorgedaan, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of de patiënt gevestigd zijn.

BESCHRIJVING
Bedgordels zijn hulpmiddelen die zijn ontworpen om de veiligheid te garanderen van patiënten die therapie behoeven, maar die niet actief meewerken. Ze bestaan uit katoenen riemen van hoge kwaliteit en gebruiken een systeem met een slotblokje dat geopend kan worden door middel van een magnetische sleutel, om een gemakkelijk en veilig gebruik te garanderen. Gordel tweepersoons bed: bestaat uit twee riemen. De binnenste riem moet ter hoogte van de taille van de patiënt worden geplaatst en met een slotblokje bevestigd worden. De buitenste riem wordt bevestigd aan de bedstijlen met gebruik van banden en slotblokjes. Met dit model kan de patiënt op de rug of de zij liggen, afhankelijk van de therapeutische behoeften. Gordel voor eenpersoons bed: bestaat uit één enkele riem die ter hoogte van de taille van de patiënt geplaatst moet worden en met een slotblokje bevestigd moet worden. Met de twee banden met haaksluiting kan de gordel aan de bedstijlen bevestigd worden. De enkele gordel is zodanig ontworpen dat de patiënt alleen op de rug kan liggen. Dubbele bedgordel met kruisriem: bestaat uit drie riemen. De kruisriem en de binnenste riem moeten rond de taille van de patiënt worden aangebracht, terwijl de buitenste riem aan de bedstijlen bevestigd wordt. Ook in dit geval gebeurt de sluiting met het slotblokje en is er een magnetische sleutel voor de opening ervan. Met dit model kan de patiënt zowel op de rug als op de zij liggen.

BEOOGD GEBRUIK
Hulpmiddelen gebruikt voor de fixatie van bedlegerige volwassen en niet meewerkende patiënten.

GEBRUIKSAANWIJZING EN VOORZORGSMAATREGELEN
Het hulpmiddel mag alleen worden aangebracht door medisch en paramedisch personeel. De gordel mag niet worden aangebracht op het bekken of de borst. Hulpmiddelen met magnetisch vergrendelingssysteem: niet gebruiken bij patiënten die een pacemaker hebben omdat dan het risico op tachycardie bestaat. Stel de gordel goed af voor de patiënt; het moet mogelijk zijn om een platte hand tussen de patiënt en de gordel te steken. Controleer altijd of de gordels goed bevestigd zijn omdat anders de veiligheid van de patiënt niet gegarandeerd kan worden. In geval de sloten niet geopend kunnen worden, kunnen de riemen met een stanleymes of schaar worden doorgesneden. Bij het gebruik van het hulpmiddel moet altijd een voor de persoon beschermend kledingstuk worden gedragen.
Niet onbrandbaar hulpmiddel.

CONTRA-INDICATIES
Er zijn geen contra-indicaties geïdentificeerd, met uitzondering van een vastgestelde gevoeligheid voor de gebruikte materialen.

SAMENSTELLING
Katoen

REINIGING

40°			
WASSEN MAX. 40 °C	NIET BLEKEN	NIET STRIJKEN	NIET IN DE WASDROGER
P	GEBRUIK ELK WILLEKEURIG OPLOSMIDDEL, BEHALVE TETRACHLOORETHYLEEN		

Opgelet: voorafgaand aan het wassen moeten sleutels en slotblokjes verwijderd worden. De werking ervan zou in contact met vloeistoffen kunnen worden aangetast.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen van de technische kenmerken van het hulpmiddel in geval de reinigingsvoorschriften niet in acht worden genomen.

DESINFECTIE
Gebruik producten geschikt voor medisch-chirurgisch gebruik.

OPSLAG
Bewaar beschermd tegen licht- en warmtebronnen en tegen vocht.

VERWIJDERING
Verwijder het hulpmiddel in overeenstemming met de geldende regelgeving voor milieubescherming en gescheiden inzameling.

REF	Productcode	MD	Medisch hulpmiddel
LOT	Batchnummer		Fabrikant
CE	Medisch hulpmiddel conform Verordening (EU) 2017/745		Lees de gebruiksaanwijzing
	Uit de buurt van zonlicht bewaren		Bewaar op een koele, droge plaats.
	Fabricagedatum	LATEX	Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex.
CH REP	Gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland		Gedistribueerd door
UDI	Unieke apparaatidentificatie		

Het etiket mag NIET van het medische hulpmiddel verwijderd worden, omdat het de traceerbaarheid van het geleverde product garandeert (fabrikant, UDI, partijnummer, artikelcode).

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA
De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast.

REF	Produktkod	MD	Medicinteknisk produkt
LOT	Batchnummer		Tillverkare
CE	Medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745		Läs bruksanvisningen
	Förvaras skyddat från solljus		Förvaras svalt och torrt.
	Tillverkningsdatum	LATEX	Inte tillverkad av naturgummilatex.
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz		Distribueras av
UDI	Unik enhetsidentifierare		

Ta INTE bort etiketten från den medicintekniska produkten, eftersom den tillåter spårbarheten av den levererade produkten (Tillverkare, UDI, satsnummer, produktkod).

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

LATEX

M43185-Rev.6-08.26
