GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ROMÂNĂ

CENTURĂ DE CONTENȚIE

ATENȚIONĂRI
Înainte de a efectua orice operațiune, verificați vizual integritatea dispozitivului.
Dacă produsul prezintă anomalii, contactați imediat punctul de vânzare de la care a fost achiziționat. Erregi sas nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.
În cazul unui incident grav survenit în legătură cu utilizarea dispozitivului, vă rugăm să îl raportați producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.
DESCRIERE
Centurile de contenție pentru pat sunt dispozitive concepute pentru a asigura siguranța pacienților care necesită tratamente și nu cooperează activ. Realizate din benzi de bumbac de înaltă calitate, aceste centuri utilizează un sistem de închidere cu mecanism de blocare, care poate fi deschis cu ajutorul unei chei magnetice, asigurând o utilizare sigură și ușoară. Centură dublă pentru pat: este alcătuită din două benzi. Banda interioară se poziționează în jurul taliei pacientului și se fixează cu ajutorul mecanismului de blocare, în timp ce banda exterioară se ancorează de lonjeroanele patului folosind chingi și mecanisme de blocare. Acest model permite pacientului să mențină poziția culcat pe spate (decubit dorsal) sau pe o parte (decubit lateral), în funcție de necesitățile terapeutice. Centură simplă pentru pat: este alcătuită dintr-o singură bandă care se poziționează în jurul taliei pacientului și se fixează cu ajutorul mecanismului de blocare. Cele două chingi prevăzute cu sisteme de prindere permit ancorarea centurii de lonjeroanele patului. Acest model este conceput pentru a permite pacientului doar poziția culcat pe spate (decubit dorsal). Centură dublă pentru pat cu bandă inghinală: este alcătuită din trei benzi. Banda inghinală și banda interioară se poziționează în jurul taliei pacientului, iar banda exterioară se fixează de lonjeroanele patului. Și în acest caz, închiderea se realizează cu mecanism de blocare, iar deschiderea se face cu ajutorul cheii magnetice. Acest model permite pacientului să mențină atât poziția culcat pe spate, cât și pe o parte.
DESTINAȚIE DE UTILIZARE
Dispozitive destinate contenției pacienților adulți imobilizați la pat și necooperanți.
INDICAȚII ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE
Dispozitivul poate fi aplicat exclusiv de către personalul medical și paramedical. Centura nu trebuie utilizată pe bazin sau pe cutia toracică. Dispozitivele prevăzute cu sistem de închidere magnetică nu trebuie utilizate la pacienții purtători de stimulator cardiac (pacemaker), deoarece pot provoca apariția tahicardiei. Reglați centura astfel încât să se adapteze corespunzător pacientului; între corpul pacientului și centură trebuie să poată

încăpea o mână întinsă. Verificați întotdeauna dacă sistemele de închidere sunt fixate corect, deoarece o închidere incorectă poate compromite siguranța pacientului. În cazul în care sistemele de închidere nu pot fi deschise, chingile pot fi tăiate cu un cutter sau cu o foarfecă. Utilizați întotdeauna dispozitivul peste un articol de îmbrăcăminte care să protejeze persoana. Dispozitivul nu este ignifug.

CONTRAINDICAȚII
Nu au fost identificate contraindicații, cu excepția cazurilor de sensibilitate cunoscută la materialele componente.

COMPOZIȚIE
Bumbac

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

			
SPĂLARE MAX. 40°C	A NU SE FOLOSI ÎNĂLBITOR	NU CĂLCAȚI	A NU SE FOLOSI USCĂTORUL DE RUFE
	FOLOSIȚI ORICE SOLVENT, CU EXCEPȚIA TETRACLORETILENEI.		

Atenție: înainte de spălare, îndepărtați cheile și mecanismele de blocare. Contactul acestora cu lichidele le poate afecta funcționalitatea. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele modificări ale caracteristicilor tehnice ale dispozitivului în cazul nerespectării instrucțiunilor de spălare.

DEZINFECTARE
Utilizați produse dezinfectante, autorizate pentru uz medico-chirurgical.

DEPOZITARE
Depozitați produsul ferit de lumină, surse de căldură și umiditate.

ELIMINARE
Eliminați dispozitivul în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția mediului și colectarea selectivă a deșeurilor.

REF	Cod produs	MD	Dispozitiv medical
LOT	Număr de lot		Producător
CE	Dispozitiv medical conform cu Regulamentul (UE) 2017/745		Citiți instrucțiunile de utilizare
	A se păstra ferit de lumina soarelui.		A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
	Data fabricației		Nu conține latex din cauciuc natural.
CH REP	Reprezentant autorizat în Elveția		Distribuit de
UDI	Identificator unic al dispozitivului		

NU îndepărtați eticheta de pe dispozitivul medical, deoarece aceasta asigură trasabilitatea produsului furnizat (producător, UDI, număr de lot și codul produsului).

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

Gima 43185 - 43186 - 43187

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

REF **24/07/01 - 24/07** S-M **- 24/07** L-XL

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP **Élite Med Group Sagl**
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

MD CE

   

M43185-Rev.6-08.26