GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARROZZINA IN ALLUMINIO CLASSICA - 46 CM
CLASSIC ALUMINIUM WHEELCHAIR - 46 CM
FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM CLASSIQUE - 46 CM
SILLA DE RUEDAS EN ALUMINIO CLÁSICA - 46 CM
CADEIRA DE RODAS CLÁSSICA DE ALUMÍNIO - 46 CM
CLASSIC ALUMINIUM RULSTOL - 46 CM

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Gima 43235

INTCO MEDICAL (HK) CO., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG,P.R. China
Made in China

REF **YK9063**

EC REP MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/
Importado por /Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





65°C -40°C 106 kPa 86 kPa 86% 0%

MD

M43235M-Rev.1-01.26

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir uno de nuestros productos. Las sillas de ruedas han sido diseñadas y fabricadas para satisfacer todas sus necesidades de uso práctico, correcto y seguro. Este manual contiene algunas sugerencias para un uso correcto del producto y valiosos consejos para su seguridad. Le recomendamos que lea detenidamente todo el manual antes de utilizar el producto. En caso de cualquier duda, póngase en contacto con el distribuidor, que podrá asesorarle correctamente.
Nota: Compruebe todas las piezas para verificar que no haya ningún daño de transporte. En caso de daños, no lo utilice. Póngase en contacto con el distribuidor para obtener más instrucciones.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

INTCO MEDICAL declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos que pertenecen a la gama de sillas de ruedas son conformes a la Directiva Europea de Productos Sanitarios (93/42/CEE).
INTCO MEDICAL garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente:
• Los productos en cuestión satisfacen los requisitos esenciales exigidos por el anexo I de la Directiva 93/42/CEE, tal y como se establece en el anexo VII de dicha Directiva.
• Los dispositivos en cuestión pertenecen a la clase I.
• NO SE PERMITE el uso de estos dispositivos fuera del uso previsto por DEMARTA VIRGINIO SAS.
• Los artículos también cumplen con todas las normas europeas que les son aplicables.

USO

Las sillas de ruedas son un medio de transporte esencial para las personas discapacitadas que no tienen o tienen una capacidad limitada para caminar, con el fin de facilitar los movimientos autónomos y salvaguardar el bienestar físico de la persona, evitando la aparición de complicaciones relacionadas con la posición sentada (escaras de decúbito, dolores posturales crónicos...).

ADVERTENCIAS

• Pida consejo a un médico o terapeuta para determinar el ajuste correcto y el uso adecuado.
• Preste siempre atención a la presencia de piezas móviles que puedan provocar el atrapamiento de las extremidades y lesiones.
• Preste especial atención a las superficies húmedas.
• Se recomienda prestar atención al atrapamiento de los dedos en algunas partes como las ruedas o los frenos al utilizar la silla de ruedas.

DESCRIPCIÓN

- Marco de aluminio de doble refuerzo cruzado.
- Marco recubierto con polvo gris ahumado.
- Ruedas traseras de liberación rápida *.
- Ruedas pequeñas para la elevación.
- Ruedas traseras: 60 cm (24'') con llantas de PU.
- Ruedas delanteras: 20 cm (8'') con llantas de PU.
- Asiento y respaldo acolchados en poliéster.
- Reposabrazos abatibles con longitud de escritorio.
- Reposapiés abatible, desmontable y regulable en altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
													
46	80	65	92	30.5	46	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	13.2	82x31x94

MONTAJE
Apertura del marco



Sujete los reposabrazos, tire de ellos hacia fuera



Levante el asiento y cierre la silla de ruedas empujando el asiento hacia abajo acercando los dos reposabrazos

Reposapiés ajustable



Para instalar los reposapiés, alinee los orificios de los soportes con sus pasadores en el marco de la silla de ruedas y, a continuación, gire el reposapiés hacia dentro enganchando correctamente la palanca de bloqueo en el marco de la silla de ruedas. Para quitarlos, suelte la palanca de los reposapiés del marco de la silla de ruedas, y luego gírelos hacia fuera y tire hacia arriba.

Cómo manejar las ruedas traseras



Pulse el botón situado en el centro de las ruedas y deslícelas hacia fuera. Para volver a insertar las ruedas, pulse el botón central e inserte el pasador en el marco del orificio.

USO
Subirse a la silla de ruedas
- Acerque la silla de ruedas al paciente.
- Bloquear los frenos de las ruedas traseras; es aconsejable retirar el reposabrazos del lateral. Apóyese en el marco, haciendo fuerza con los brazos, y luego baje lentamente hacia el asiento.

Bajar de la silla de ruedas
- Acérquese lo más posible al nuevo asiento.
- Bloquee los frenos de las ruedas traseras; retire el reposabrazos del lateral. Apoye los brazos en el marco del asiento en el que debe desplazarse y luego levántese lentamente hacia él.

¡IMPORTANTE! Es necesaria la asistencia o supervisión de personal cualificado para evitar resbalones y caídas.

MOVIMIENTO
Sujete el pasamanos de las ruedas traseras y empuje en la dirección deseada.
Si es necesario, el personal sanitario o el cuidador puede empujar la silla de ruedas por los pomos del respaldo.

LIMPIEZA
Utilizar un paño húmedo con jabón suave, la temperatura del agua no debe superar los 30°C. Secar bien antes del uso. Si es necesario, desinfectar el producto con un detergente desinfectante común. No utilizar máquinas de lavado con agua y/o vapor. No debe utilizar productos ácidos, alcalinos o disolventes como la acetona.

CONDICIONES GENERALES DE ELIMINACIÓN
Al eliminar el producto, no utilice nunca los sistemas de recogida de residuos sólidos de viviendas.
Es necesario eliminar el producto a través de las islas ecológicas comunes para el reciclaje de materiales usados.

.

REF	Código producto		Fabricante
LOT	Número de lote	CE	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	Conservar en un lugar fresco y seco		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Conservar al amparo de la luz solar	MD	Producto sanitario
	Consultar las instrucciones de uso		Límite de presión atmosférica
	Fecha de fabricación		Límite de humedad
	Límite de temperatura	EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
UDI	Identificador único de dispositivo		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos