GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARROZZINA IN ALLUMINIO CLASSICA - 46 CM
CLASSIC ALUMINIUM WHEELCHAIR - 46 CM
FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM CLASSIQUE - 46 CM
SILLA DE RUEDAS EN ALUMINIO CLÁSICA - 46 CM
CADEIRA DE RODAS CLÁSSICA DE ALUMÍNIO - 46 CM
CLASSIC ALUMINIUM RULSTOL - 46 CM

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Gima 43235

INTCO MEDICAL (HK) CO., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG,P.R. China
Made in China

REF **YK9063**

EC REP MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/
Importado por /Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





65°C -40°C 106 kPa 86 kPa 86% 0%

MD

M43235M-Rev.1-01.26

INTRODUKTION

Tack för att du köpt en av våra produkter. Rullstolarna har utformats och tillverkats för att uppfylla dina behov för praktisk, korrekt och säker användning. Denna handbok innehåller några förslag om korrekt användning av anordningen och värdefulla råd för din användning. Vi rekommenderar att läsa hela handboken noga innan du använder produkten. Kontakta återförsäljaren som kan ge dig korrekta råd om du tvekar.

Obs! Kontrollera alla delar för att se att det inte uppstått några fraktskador. Använd den inte i fall av skada. Kontakta återförsäljaren för ytterligare instruktioner.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

INTCO MEDICAL försäkrar under det egna ansvaret att produkterna som tillhör rullstolsområdet är i överensstämmelse med Europadirektivet om medicintekniska produkter (93/42/EEG).

INTCO MEDICAL garanterar och försäkrar under det egna ansvaret följande:

• Nämnda produkter uppfyller väsentliga krav som begärs av bilaga I till direktiv 93/42/EEG såsom anges i bilaga VII till nämnda direktiv.

• Nämnda produkter tillhör klass I.

• Det är INTE TILLÅTET att använda dessa produkter utom för avsedd användning som bestämts av DEMARTA VIRGINIO SAS.

• Artiklarna stämmer även med alla tillämpbara europeiska standarder.

ANVÄNDNING

Rullstolarna är ett väsentligt sätt för transport av rörelsehindrade personer utan eller med nedsatt gångförmåga. Syftet är att förenkla självständiga rörelser och för att skydda personens fysiska välmående, och undvika att komplikationer uppstår relaterade till sittpositionen (liggsår, kroniska posturala smärtor ...).

VARNINGAR

• Rådfråga läkare eller terapeut för att avgöra korrekt justering och korrekt användning.

• Var alltid uppmärksam med förekomst av rörliga delar som kan orsaka att extremiteter fastnar och skadas.

• Var uppmärksam på våta ytor.

• Det rekommenderas att se upp så att fingrar inte fastnar i vissa delar såsom hjul eller bromsar när rullstolen används.

BESKRIVNING

- Aluminiumchassi med dubbelt korsstöd.
- Täckchassi med rökgrå puderfärg.
- Snabb frigöring av bakhjul*.
- Små hjul för lyft.
- Bakhjul: 60 cm (24'') med PU-däck.
- Framhjul: 20 cm (8'') med PU-däck.
- Stoppad sits och ryggstöd i polyester.
- Vändbara armstöd med bordslängd.
- Svängbart, avtagbart och höjdjusterbart fotstöd.

TEKNISKA EGENSKAPER

Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
46	80	65	92	30.5	46	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	13.2	82x31x94

MONTERING
Chassits öppning



Ta tag i armstöden, dra dem utåt



Lyft sitsen och stäng rullstolen genom att skjuta ner sitsen och för ihop de två armstöden närmare varandra.

Justerbart fotstöd



För att installera fotstöden, ska hålen på stöden riktas in med pinnarna på rullstolschassit, vrid sedan fotstödet inåt genom att korrekt haka fast låsspaken i rullstolschassit.
För att ta bort, frigöra fotstödsspaken från rullstolschassit, vrids de utåt och dras uppåt.

Så här hanterar du bakhjulen



Tryck på knappen mitt på hjulen och låt glida ut. För att sätta i hjulen igen, tryck på mittknappen och sätt i pinnen på chassits hål.

ANVÄNDNING
Sätta sig i rullstolen
- Flytta rullstolen nära patienten.
- Lås bromsarna på bakhjulen, armstödet bör tas bort från sidan. Luta dig mot chassit, använd kraft med armarna och gå sedan sakta ned mot sitsen.

GÅ UR RULLSTOLEN
- För rullstolen så nära som möjligt en annan stol.
- Lås bromsarna på bakhjulen; ta bort armstödet från sidan. Vila armarna på ramen till den stol du ska flytta till och lyft sedan sakta mot den.

VIKTIGT! ÈHjälp eller övervakning av kvalificerad personal krävs för att undvika halkning eller fall.

RÖRELSE
Håll handtaget på bakhjulen och skjut i önskad riktning.
Sjukvårdspersonal eller vårdgivare kan vid behov skjuta rullstolen med bakstödets reglage.

RENGÖRING
Använd en fuktig trasa med mild tvål, vattentemperaturen får inte överskrida 30 °C. Torka väl efter användning. Desinficera vid behov produkten med ett normalt desinficeringsmedel. Använd inte tvättmaskiner med vatten och/eller ångstrålar. Sura, alkaliska produkter eller lösningar såsom aceton får inte användas.

ALLMÄNNA BORTSKAFFNINGSVILLKOR
Vid bortskaffning av anordningen, använder aldrig system för uppsamling av fast hushållsavfall.
Anordningen måste bortskaffas via ekologiska stationer för återanvändning av använda material

REF	Erzeugniscode		Hersteller
LOT	Chargennummer	CE	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745
	An einem kühlen und trockenen Ort lagern		Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern	MD	Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten		Luftdruck-Grenzwert
	Herstellungsdatum	%	Feuchtigkeitsgrenzwert
	Temperaturgrenzwert	EC REP	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
UDI	Unik enhetsidentifierare		

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

Bortskaffande: Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas , genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar