PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CULLA PER NEONATI
BABY CRADLE
LIT DE BÉBÉ
CUNA PARA BEBÉS

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO



Gima 43502 - 43503

Fabbricante/ Manufacturer/Fabricant/ Fabricante:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF X01-1

Importato da/ Imported by/Importé par/ Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M43502 - M-Rev.3-03.26

INTRODUZIONE AL MANUALE

Nota:
Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente i passaggi prima dell'installazione e dell'uso. Si richiede a tutti gli utenti di conoscere il manuale d'uso e tutte le avvertenze.

- Il presente manuale è destinato alla culla X01-1. Contiene il metodo di installazione, le istruzioni per l'uso e i punti di controllo della manutenzione.
- La grafica di questo manuale serve solo come riferimento per l'utente. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.
- Il presente manuale utente contiene una descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.
- In caso di domande, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.
- Chiunque utilizzi o gestisca questo prodotto è tenuto a leggerlo e a rispettarlo.
- Ad eccezione di alcune situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a conoscerne le modalità d'uso e le precauzioni.

INTRODUZIONE



Dimensioni	Lunghezza	**mm**	880±10
	Larghezza		520±10
	Altezza		790-960±10
Peso	Carico di lavoro in sicurezza	**Kg**	20

Il peso massimo raccomandato di un paziente è 20 Kg.

METODO DI UTILIZZO

Caratteristiche

Trendelenburg inverso: 0-12 gradi, con regolazione mediante molla a gas.
Altezza regolabile: 790-960 mm, per facilitare la comunicazione tra madre e bambino in una posizione adeguata.
Misure: 880Lx520Wx(790-960)mm
Le scanalature della protezione del telaio preservano il pavimento in caso di lavaggio del bambino.
Le rotelle con freno e quelle senza sono montate in modo opposto, rendendole più stabili e affidabili.
Non utilizzare a diretto contatto con la pelle.

Metodo di utilizzo

Metti il palmo della mano sulla presa dell'interruttore e solleva l'interruttore con le dita, quindi la culla sarà sollevata; mentre si preme la culla con l'interruttore sollevato, la culla sarà abbassata.
Trendelenburg Inverso: alzare o abbassare il binario sollevando il reverse Trendelenburg swtich, quindi questa funzione può essere attivata, mentre si rilascia l'interruttore, può essere tenuto in qualsiasi angolazione all'interno del campo di applicazione.
Freno: premere i pedali del freno per frenare la culla.

ESCLUSIONE DEI GUASTI

Guasti comuni	Motivi	Metodi di esclusione
Difficoltà a spostare l'intera culla	1. La rotella è bloccata senza rilasciare il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno 2. Sostituire la rotella

MANUTENZIONE DELLA CULLA

1. Per utilizzare la culla in modo sicuro, è necessario eseguire regolari controlli di sicurezza sulla culla. Si consiglia di controllarla ogni sei mesi per verificare che i collegamenti non siano allentati e che tutte le funzioni siano normali.
2. Quando il telaio della culla subisce un certo processo di invecchiamento e raggiunge un certo limite di tempo, le parti in plastica del telaio possono essere riciclate.
3. Evitare di graffiare il pannello con strumenti o coltelli ed evitare di graffiare il pannello con strumenti affilati o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.
4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per la pulizia della culla.
5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.
6. È vietato forzare le rotelle in fase di frenata, per evitare di danneggiare il sistema frenante.
7. L'usura della superficie del pneumatico della rotella può essere rilevata mediante ispezione visiva. È possibile che alcuni residui di filo, tessuti, fibre e altri accumuli si avvolgano intorno alla rotella, rimuovere i bulloni e i dadi della rotella, pulire i residui e controllare se il cuscinetto della rotella è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.
8. A seconda del tempo di utilizzo, dell'usura e della sostituzione della rotella, è possibile sostituire le rotelle stesse e verificare che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzate rondelle o controdadi per aiutarsi in questa operazione.
9. Per le rotelle dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Nel caso di una culla dotata di più rotelle con freno, è possibile bloccare una rotella sola alla volta, il che consente di provare a spingere la culla e di verificare se le prestazioni del freno di ciascuna rotella sono buone. Se il funzionamento del freno viene meno a causa dell'usura o del deterioramento delle rotelle, sostituire immediatamente le rotelle e quindi testare nuovamente l'impianto frenante.
10. Se il meccanismo dell'impianto frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore autorizzato fornito dalla nostra società. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, le prestazioni dei freni delle rotelle devono essere nuovamente testate.

PULIZIA DELLA CULLA

1. Durante la pulizia, strizzare il panno imbevuto di detersivo neutro diluito con acqua e pulirlo, quindi strizzare il panno imbevuto di acqua per rimuovere gli ingredienti detersivi rimanenti e infine utilizzare un panno asciutto e asciutto.
2. Non utilizzare sostanze volatili (diluenti, agenti volatili, benzina, ecc.), che possono provocare reazioni chimiche e danneggiare la culla.
3. Quando si utilizza un disinfettante per la pulizia, assicurarsi di diluirlo in base alla concentrazione specificata prima dell'uso. A seconda della composizione del disinfettante può corrodere parti metalliche, parti in resina, ecc.,

provocando fenomeni indesiderati come scolorimento e deformazione. Pertanto, il contenuto del disinfettante è raccomandato come segue:

- Disinfettante con cloruro di ammonio 0,05 ~ 0,2%.
- 0,05 ~ 0,2% Disinfettante fenilico clorurato
- Soluzione di diclofenac etano allo 0,05%.
- 0,05 ~ 0,2% di disinfettante a base di ipoclorito di sodio

Non utilizzare sterilizzatrici a vapore, autoclavi e non utilizzare metil (fenolo) per pulire la culla. Può causare corrosione, scolorimento e deterioramento

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

1. L'imballaggio della culla viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Durante il trasporto della culla, evitare di sottoporla a vibrazioni violente e di proteggerla dai raggi solari e dalla pioggia.
3. La culla deve essere conservata a:
   a) Temperatura ambiente: +5°C ~ +40°C.
   b) Umidità relativa: ≤ 85%.
   c) Pressione atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa.

SERVIZIO POST-VENDITA

1. Conservare correttamente i documenti forniti con la culla e le fatture di questo prodotto, in modo da presentarli al momento dei controlli di garanzia e di manutenzione da parte della Società.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, si prega di contattare tempestivamente la nostra società, in modo che questa possa fornirvi un'assistenza tecnica accurata e veloce e i servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. Se il prodotto presenta rotture o danni dovuti alla corretta installazione e all'uso secondo le specifiche, a partire dalla data di vendita beneficerà di una garanzia gratuita di un anno e di un servizio di manutenzione a vita, se corredato da un "certificato" o da una fattura.
4. Dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, la società fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Manutenzione a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.