PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CULLA PER NEONATI
BABY CRADLE
LIT DE BÉBÉ
CUNA PARA BEBÉS

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO



Gima 43502 - 43503

Fabbricante/ Manufacturer/Fabricant/ Fabricante:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF X01-1

Importato da/ Imported by/Importé par/ Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M43502 - M-Rev.3-03.26

INTRODUZIONE AL MANUALE

Nota:
Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente i passaggi prima dell'installazione e dell'uso. Si richiede a tutti gli utenti di conoscere il manuale d'uso e tutte le avvertenze.

- Il presente manuale è destinato alla culla X01-1. Contiene il metodo di installazione, le istruzioni per l'uso e i punti di controllo della manutenzione.
- La grafica di questo manuale serve solo come riferimento per l'utente. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.
- Il presente manuale utente contiene una descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.
- In caso di domande, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.
- Chiunque utilizzi o gestisca questo prodotto è tenuto a leggerlo e a rispettarlo.
- Ad eccezione di alcune situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a conoscerne le modalità d'uso e le precauzioni.

INTRODUZIONE



Dimensioni	Lunghezza	**mm**	880±10
	Larghezza		520±10
	Altezza		790-960±10
Peso	Carico di lavoro in sicurezza	**Kg**	20

Il peso massimo raccomandato di un paziente è 20 Kg.

METODO DI UTILIZZO

Caratteristiche

Trendelenburg inverso: 0-12 gradi, con regolazione mediante molla a gas.
Altezza regolabile: 790-960 mm, per facilitare la comunicazione tra madre e bambino in una posizione adeguata.
Misure: 880Lx520Wx(790-960)mm
Le scanalature della protezione del telaio preservano il pavimento in caso di lavaggio del bambino.
Le rotelle con freno e quelle senza sono montate in modo opposto, rendendole più stabili e affidabili.
Non utilizzare a diretto contatto con la pelle.

Metodo di utilizzo

Metti il palmo della mano sulla presa dell'interruttore e solleva l'interruttore con le dita, quindi la culla sarà sollevata; mentre si preme la culla con l'interruttore sollevato, la culla sarà abbassata.
Trendelenburg Inverso: alzare o abbassare il binario sollevando il reverse Trendelenburg swtich, quindi questa funzione può essere attivata, mentre si rilascia l'interruttore, può essere tenuto in qualsiasi angolazione all'interno del campo di applicazione.
Freno: premere i pedali del freno per frenare la culla.

ESCLUSIONE DEI GUASTI

Guasti comuni	Motivi	Metodi di esclusione
Difficoltà a spostare l'intera culla	1. La rotella è bloccata senza rilasciare il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno 2. Sostituire la rotella

MANUTENZIONE DELLA CULLA

1. Per utilizzare la culla in modo sicuro, è necessario eseguire regolari controlli di sicurezza sulla culla. Si consiglia di controllarla ogni sei mesi per verificare che i collegamenti non siano allentati e che tutte le funzioni siano normali.
2. Quando il telaio della culla subisce un certo processo di invecchiamento e raggiunge un certo limite di tempo, le parti in plastica del telaio possono essere riciclate.
3. Evitare di graffiare il pannello con strumenti o coltelli ed evitare di graffiare il pannello con strumenti affilati o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.
4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per la pulizia della culla.
5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.
6. È vietato forzare le rotelle in fase di frenata, per evitare di danneggiare il sistema frenante.
7. L'usura della superficie del pneumatico della rotella può essere rilevata mediante ispezione visiva. È possibile che alcuni residui di filo, tessuti, fibre e altri accumuli si avvolgano intorno alla rotella, rimuovere i bulloni e i dadi della rotella, pulire i residui e controllare se il cuscinetto della rotella è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.
8. A seconda del tempo di utilizzo, dell'usura e della sostituzione della rotella, è possibile sostituire le rotelle stesse e verificare che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzate rondelle o controdadi per aiutarsi in questa operazione.
9. Per le rotelle dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Nel caso di una culla dotata di più rotelle con freno, è possibile bloccare una rotella sola alla volta, il che consente di provare a spingere la culla e di verificare se le prestazioni del freno di ciascuna rotella sono buone. Se il funzionamento del freno viene meno a causa dell'usura o del deterioramento delle rotelle, sostituire immediatamente le rotelle e quindi testare nuovamente l'impianto frenante.
10. Se il meccanismo dell'impianto frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore autorizzato fornito dalla nostra società. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, le prestazioni dei freni delle rotelle devono essere nuovamente testate.

PULIZIA DELLA CULLA

1. Durante la pulizia, strizzare il panno imbevuto di detersivo neutro diluito con acqua e pulirlo, quindi strizzare il panno imbevuto di acqua per rimuovere gli ingredienti detersivi rimanenti e infine utilizzare un panno asciutto e asciutto.
2. Non utilizzare sostanze volatili (diluenti, agenti volatili, benzina, ecc.), che possono provocare reazioni chimiche e danneggiare la culla.
3. Quando si utilizza un disinfettante per la pulizia, assicurarsi di diluirlo in base alla concentrazione specificata prima dell'uso. A seconda della composizione del disinfettante può corrodere parti metalliche, parti in resina, ecc.,

provocando fenomeni indesiderati come scolorimento e deformazione. Pertanto, il contenuto del disinfettante è raccomandato come segue:

- Disinfettante con cloruro di ammonio 0,05 ~ 0,2%.
- 0,05 ~ 0,2% Disinfettante fenilico clorurato
- Soluzione di diclofenac etano allo 0,05%.
- 0,05 ~ 0,2% di disinfettante a base di ipoclorito di sodio

Non utilizzare sterilizzatrici a vapore, autoclavi e non utilizzare metil (fenolo) per pulire la culla. Può causare corrosione, scolorimento e deterioramento

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

1. L'imballaggio della culla viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Durante il trasporto della culla, evitare di sottoporla a vibrazioni violente e di proteggerla dai raggi solari e dalla pioggia.
3. La culla deve essere conservata a:
   a) Temperatura ambiente: +5°C ~ +40°C.
   b) Umidità relativa: ≤ 85%.
   c) Pressione atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa.

SERVIZIO POST-VENDITA

1. Conservare correttamente i documenti forniti con la culla e le fatture di questo prodotto, in modo da presentarli al momento dei controlli di garanzia e di manutenzione da parte della Società.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, si prega di contattare tempestivamente la nostra società, in modo che questa possa fornirvi un'assistenza tecnica accurata e veloce e i servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. Se il prodotto presenta rotture o danni dovuti alla corretta installazione e all'uso secondo le specifiche, a partire dalla data di vendita beneficerà di una garanzia gratuita di un anno e di un servizio di manutenzione a vita, se corredato da un "certificato" o da una fattura.
4. Dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, la società fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Manutenzione a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

MANUAL INTRODUCTION

Note:
Please carefully read this manual and strictly follow the steps before installing and using. We require all users to have the knowledge of user's manual and all the cautions.

- This manual is applicable to X01-1 baby cradle. It contains the installation method, operating instructions and maintenance check points.
- The graphics in this manual are for users' reference only. In actual use, please refer to the real object.
- This user manual includes the description, instruction, maintenance and technical parameters of the product.
- Any questions, please contact the after-sale service center or distributor.
- Anyone using or operating this product should read and comply with it.
- Except for some unexpected situations, users are required to be familiar with the usage and precautions.

INTRODUCTION



Dimensions	Length	**mm**	880±10
	Width		520±10
	Height		790-960±10
Weight	Safe working load	**Kg**	20

The maximum recommended patient weight is 20 kg.

USE METHOD

Feature

Reverse Trendelenburg: 0-12 degree , adjusted by the gas spring.
Hi-Low: 790-960 mm, adjustable height, easy for mother and baby to communicate in a suitable position.
Size: 880Lx520Wx(790-960)mm
grooves in the Chassis guard harbor the floor from baby's wash.
The castors with brake and ones without are assembled oppositely,which is more stable and reliable .
Don't use the device in direct contact with the skin.

Use method

Put your palm on the lift hold and lift the switch with your fingers, then the cradle will be up; while depress the cradle with the switch lifted, then the cradle will be down.
Reverse Trendelenburg: raise or depress the rail by lifting reverse Trendelenburg switich, then the function can be activated, while release the switch, it can be held at any angle within scope.
Brake : press the brake pedals for braking the cradle.

FAULTS EXCLUSION

Common failures	Probable reasons	Excluding methods
Difficult to move the whole baby cradle	1. The caster is locked without releasing the brake 2. The caster is damaged	1. Release the brake 2. Replace the caster

BABY CRADLE-MAINTENANCE

1. In order to use the baby cradle safely, it is necessary to perform regular safety inspections on the baby cradle. It is recommended to check it every six months to ensure that the connections are not loose and all operations are normal.
2. When the baby cradle frame ages and it reaches a certain servicing time, which the plastic parts of the baby cradle frame can be recycle.
3. Avoid scratching the panel with sharp-angle appliances or knives during use, and clean it frequently to keep it clean and dry.
4. If the panel is accidentally stained with stains, it is recommended to clean it. Do not use alkaline or corrosive chemicals to clean the baby cradle.
5. Regularly check the casters to avoid hitting or overloading, which will cause damage to the casters.
6. It is forbidden to force the casters to brake when braking, which will cause damage to the brake system.
7. The wear of the tire surface of the wheel can be detected by visual inspection. Some thread spun yarn and other accumulations may be wrapped around the wheel, remove the bolts and nuts of the wheel, clean up the debris, and check whether the bearing of the wheel is damaged. If the parts are not damaged, can be reassembled and used.
8. Judging whether the caster is replaced according to the time used, wear and tear, you can replace the wheels and make sure that the axles bolt and nuts are well put together and connected. If possible, use a lock washers or locknuts to help you with this process.
9. For the casters equipped with brakes, it is necessary to regularly check whether the brakes are working properly. Check the brakes once a day or before each use. For a baby cradle equipped with multiple brake casters, only one brake caster can be locked at a time which will allow you to try and push the baby cradle also check whether one of the brake performance of each caster is good. If the function of the brake fails due to wear or damage to the wheels, immediately replace the wheels and then retest the brake system.
10. If the mechanism of the brake system of the caster is damaged, and the brake needs to be repaired or replaced, please contact our after-sales service department or authorized dealer provide by our company. Every time the brakes are replaced, the brake performance of the casters must be retested.

BABY CRADLE-CLEANING

1. When cleaning, please wring out the cloth soaked in neutral detergent diluted with water and wipe it, then wring out the cloth soaked in water to wipe off the remaining detergent ingredients, and finally use a dry wipe dry with a cloth.
2. Do not use volatile substances (thinner, volatile agent, gasoline, etc.), which may cause chemical reactions and damage the Baby cradle.
3. When using a disinfectant to clean, be sure to dilute it according to its specified concentration before use. Depending on the composition of the disinfectant, it may corrode metal parts, resin parts, etc., causing undesirable phenomena such as discoloration and deformation. Therefore, the content of the disinfectant is recommended as follows:

- 0.05 ~ 0.2% ammonium chloride disinfectant
- 0.05 ~ 0.2% Chlorinated phenyl disinfectant
- 0.05% diclofenac ethane solution
- 0.05 ~ 0.2% sodium hypochlorite disinfectant

Do not use smoking sterilizers, autoclaves, and do not use methyl (phenol) to clean the Baby cradle. It may cause corrosion, discoloration and deterioration

PACKAGING, TRANSPORT, STORAGE

1. The packaging of baby cradle is carried out according to the contract or product standard.
2. Avoid rushing out, violent vibration, and protection from sunlight and rain during the transportation of the baby cradle.
3. The baby cradle should be stored:
   a) Ambient temperature: +5°C ~ +40°C.
   b) Relative humidity: ≤ 85%.
   c) Atmospheric pressure: 70 kPa ~ 106 kPa.

AFTER-SALES SERVICE

1. Please keep the files that comes with the machine and invoices of this product properly, and you need to present these files when the company performs warranty and maintenance for the product.
2. If there is any problem in the process of using, please contact our company in time, so that our company can provide you with accurate and fast technical support and maintenance services in a timely manner.
3. From the date of sale, if the product is broken or damaged due to the correct installation and use according to the specification,the product will enjoy one-year free warranty and lifelong maintenance service with the “certificate” or invoice.
4. From the date of purchase, if it is indeed damaged or does not work normally due to quality problems within one year, the company will provide to the users a free repairing of the product.
5. Lifetime service from manufacturer: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

INTRODUCTION DU MANUEL

Remarque:
Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement les étapes indiquées avant l'installation et l'utilisation. Tous les utilisateurs doivent prendre connaissance du mode d'emploi ainsi que de toutes les précautions.

- Ce manuel s'applique au lit de bébé X01-1. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et la liste de contrôle pour l'entretien.
- Les images contenues dans ce manuel sont uniquement des références pour l'utilisateur. Lors de l'utilisation, veuillez vous référer à l'objet réel.
- Ce mode d'emploi contient la description, les instructions, l'entretien et les paramètres techniques du produit.
- Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente ou le distributeur.
- Toute personne utilisant ce produit doit lire ces instructions et s'y tenir.
- Sauf situation imprévue, les utilisateurs doivent se familiariser avec l'utilisation et les précautions.

INTRODUZIONE



Dimensions	Longueur	**mm**	880±10
	Largeur		520±10
	Hauteur		790-960±10
Poids	Charge de travail de sécurité	**kg**	20

The maximum recommended patient weight is 20 kg.

MÉTHODE D'UTILISATION

Caractéristiques

Trendelenburg Inversée : 0-12 degrés, réglable par ressort à gaz.
Hauteur réglable de 790-960 mm, position adaptée pour faciliter la communication entre la maman et le bébé.
Taille : 880Lx520Wx(790-960)mm
les rainures de la protection de châssis abritent le plancher de la baignoire de bébé.
Les roulettes équipées d'un frein sont montées à l'opposé de celles n'ayant pas de frein, pour une stabilité et une fiabilité majeures.
Le produit ne doit pas entrer en contact direct avec la peau.

Méthode d'utilisation

Placez la paume de la main sur le support de levage et levez la manette avec vos doigts pour faire monter le chariot; si vous poussez sur le chariot tout en tenant la manette levée, le chariot descend.
Trendelenburg inversée : montez ou descendez le rail en soulevant la manette inversée Trendelenburg pour activer cette fonction, lorsque vous relâchez la manette, n'importe quel angle compris dans la plage sera maintenu.
Frein : appuyez sur la pédale du frein pour freiner.

RÉSOLUTION DES DÉFAUTS

Défauts fréquents	Causes probables	Solutions
Le lit d'enfant complet se déplace avec difficulté	1. La roulette est bloquée avec le frein engagé 2. La roulette est endommagée	1. Relâchez le frein 2. Remplacez la roulette

LIT DE BÉBÉ ENTRETIEN

1. Pour une utilisation du lit de bébé en toute sécurité, celui-ci doit être inspecté régulièrement. Un contrôle des jointures est recommandé tous les six mois pour s'assurer qu'elles ne sont pas lâches et qu'elles fonctionnent normalement.
2. Lorsque le cadre du lit de bébé est usagé et requiert un entretien, sa les parties en plastique du cadre peuvent être recyclées.
3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angles vifs ou des couteaux et nettoyez-le fréquemment puis séchez-le.
4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le lit de bébé.
5. Contrôlez régulièrement les roulettes, elles ne doivent pas subir de chocs ou de surcharges qui pourraient les endommager.
6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner, le système de freinage pourrait être endommagé.
7. L'usure à la surface du pneu des roulettes est détectée par inspection visuelle. Des fils ou accumulations variées peuvent s'emmêler autour de la roulette, retirez les boulons et les écrous, nettoyez pour enlever les débris et contrôlez si le roulement de la roulette est endommagé. Si les pièces sont en bon état, vous pouvez les remonter et les utiliser.
8. En fonction du temps d'utilisation et de l'usure normale, vous pouvez remplacer les roulettes en vous assurant que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles ou des écrous de blocage pour vous faciliter le travail.
9. Si les roulettes sont équipées de freins, ceux-ci doivent être régulièrement contrôlés pour s'assurer de leur fonctionnement correct. Contrôlez les freins une fois par jour ou avant chaque emploi. Dans le cas de lits de bébé équipés de roulettes à freins multiples, une seule roulette à la fois peut être bloquée, ce qui vous permet de pousser le lit de bébé ; contrôlez également si au moins l'un des freins de chaque roulette fonctionne correctement. Si le frein ne fonctionne plus correctement à cause de l'usure ou de dommages aux roulettes, remplacez immédiatement celles-ci puis testez à nouveau le système de freinage.
10. Si le mécanisme du système de freinage des roulettes est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un vendeur agréé par notre compagnie. Chaque fois que les freins des roulettes sont remplacés, leur fonctionnement doit être testé à nouveau.

BABY BERCEAU-NETTOYAGE

1. Lors du nettoyage, essorez le chiffon imbibé de détergent neutre dilué avec de l'eau et essuyez-le, puis essorez le chiffon imbibé d'eau pour essuyer les ingrédients détergents restants, et enfin utilisez une lingette sèche avec un chiffon.
2. N'utilisez pas de substances volatiles (diluant, agent volatil, essence, etc.), qui pourraient provoquer des réactions chimiques et endommager le berceau.
3. Lorsque vous utilisez un désinfectant pour nettoyer, assurez-vous de le diluer en fonction de sa concentration spécifiée avant utilisation. Selon la composition du désinfectant, il peut corroder les pièces métalliques, les pièces en résine, etc., provoquant des phénomènes indésirables tels que la décoloration et la déformation. Par conséquent, le contenu du désinfectant est recommandé comme suit :
   - 0,05 ~ 0,2% de désinfectant au chlorure d'ammonium
   - 0,05 ~ 0,2% Désinfectant phényle chloré
   - Solution d'éthane de diclofénac à 0,05 %
   - Désinfectant à l'hypochlorite de sodium 0,05 ~ 0,2 %

N'utilisez pas de stérilisateurs à fumer, d'autoclaves et n'utilisez pas de méthyle (phénol) pour nettoyer le berceau de bébé. Cela peut provoquer de la corrosion, une décoloration et une détérioration

EMBALLAGE, TRANSPORT, STOCKAGE

1. L'emballage du lit de bébé est effectué conformément au contrat ou aux normes de produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le lit de bébé de la lumière directe du soleil et de la pluie pendant son transport.
3. Le lit de bébé doit être stocké dans les conditions suivantes :
   a) Température ambiante : +5°C ~ +40°C .
   b) Humidité relative : ≤ 85 %.
   c) Pression atmosphérique : 70 kPa ~ 106 kPa.

SERVICE APRÈS-VENTE

1. Veuillez conserver les fichiers fournis avec la machine ainsi que sa facture, vous devrez les présenter en cas d'utilisation de la garantie ou d'entretien du produit de la part de la compagnie.
2. Si le moindre problème survient en cours d'utilisation, veuillez contacter notre compagnie à temps, afin que nous puissions vous fournir un support technique et un service d'entretien rapide et précis dans les plus brefs délais.
3. À compter de la date de vente, le produit est garanti pendant une année pour les ruptures ou dommages à condition que l'installation et l'utilisation aient eu lieu correctement et conformément aux spécifications, et jouit d'un service d'entretien à vie sur présentation du « certificat de garantie » ou de la facture.
4. Pendant un an à compter de la date d'achat, la compagnie offre à l'utilisateur une réparation gratuite du produit s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement en raison de problèmes de qualité.
5. Service d'entretien à vie de la part du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

INTRODUCCIÓN AL MANUAL

Nota:
Por favor, lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalarlo y utilizarlo. Es necesario que todos los usuarios conozcan el manual de uso y todas las precauciones.

Este manual es aplicable a la cuna X01-1. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de comprobación del mantenimiento.

- Los gráficos de este manual son solo para referencia de los usuarios. En el uso real, por favor refiérase al objeto real.
- Este manual de usuario incluye la descripción, la instrucción, el mantenimiento y los parámetros técnicos del producto.
- Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el centro de servicio posventa o con el distribuidor.
- Cualquier persona que utilice o haga funcionar este producto debe leerlo y cumplirlo.
- Salvo algunas situaciones inesperadas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

INTRODUZIONE



Dimensiones	Longitud	**mm**	880±10
	Anchura		520±10
	Altura		790-960±10
Peso	Carga de funcionamiento segura	**Kg**	20

El maximo el peso recomendado del paciente es de 20 kg.

MÉTODO DE USO

Características

Trendelenburg Inverso: 0-12 grados, ajustado por el resorte de gas.
Alto-Bajo: 790-960 mm, altura ajustable, fácil para que la madre y el bebé se comuniquen en una posición adecuada.
Tamaño: 880Lx520Wx(790-960)mm
Las ranuras en el protector del chasis protegen el suelo del lavado del bebé.
Las ruedas con freno y las que no tienen freno están montadas de forma opuesta, lo que es más estable y fiable.
No utilice el dispositivo en contacto directo con la piel

Método de uso

Coloque la palma de la mano en el soporte de elevación y levante el interruptor con los dedos, entonces el carro estará arriba; mientras que presione el carro con el interruptor levantado, entonces el carro estará abajo.
Trendelenburg inverso: levante o presione el carril levantando el interruptor de Trendelenburg inverso, entonces se puede activar esta funcione; mientras suelta el interruptor, puede mantenerse en cualquier ángulo dentro de alcance.
Freno: pulse los pedales de freno para frenar el carro

EXCLUSIÓN DE AVERÍAS

Averías comunes	Posibles razones	Exclusión de métodos
Dificultad para mover toda la cuna	1. La rueda se bloquea sin soltar el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno 2. Cambie la rueda

CUNA PARA BEBÉS MANTENIMIENTO

1. Para utilizar la cuna de bebé con seguridad, es necesario realizar inspeccionarla de forma periódica. Se recomienda revisarla cada seis meses para comprobar si las conexiones no están sueltas y si todas las operaciones son normales.
2. Cuando el armazón de la cuna de bebé envejece y llega a un cierto tiempo de servicio, las partes de plástico del armazón pueden ser recicladas.
3. Evite rayar el panel con aparatos de ángulo agudo o cuchillos durante el uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
4. Si el panel se mancha accidentalmente, es conveniente limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar la cuna de bebé.
5. Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, que pueden dañar las ruedas.
6. Está prohibido forzar las ruedas al frenar, porque esto puede dañar el sistema de frenos.
7. El desgaste de la superficie de la rueda puede detectarse mediante una inspección visual. Es posible que algunos hilos y otras acumulaciones se enrollen alrededor de la rueda; de ser así, retire los tornillos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el rodamiento de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.
8. Si se cambia la rueda en función del tiempo de uso y del desgaste, se pueden sustituir las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes están bien montados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarle en este proceso.
9. En caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar regularmente si estos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de una cuna de bebé equipada con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez; de esta forma podrá probar y empujar la cuna y comprobar si el funcionamiento del freno de cada rueda es bueno. Si el funcionamiento del freno falla debido al desgaste o a un daño en las ruedas, sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a probar el sistema de frenos.
10. Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda giratoria está dañado, y el freno necesita ser reparado o reemplazado, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa o distribuidor autorizado proporcionado por nuestra empresa. Cada vez que se sustituyen los frenos, se debe volver a probar el rendimiento de los frenos de las ruedas.

LIMPIEZA DE CUNAS

1. Al limpiar, escurra el paño empapado en detergente neutro diluido con agua y límpielo, luego escurra el paño empapado en agua para limpiar los ingredientes restantes del detergente y finalmente use un paño seco con un paño.
2. No utilice sustancias volátiles (diluyente, agente volátil, gasolina, etc.), que pueden provocar reacciones químicas

y dañar la cuna.

3. Cuando use un desinfectante para limpiar, asegúrese de diluirlo de acuerdo con su concentración especificada antes de usarlo. Dependiendo de la composición del desinfectante, puede corroer las piezas metálicas, las piezas de resina, etc., provocando fenómenos no deseados como la decoloración y la deformación. Por lo tanto, el contenido del desinfectante se recomienda de la siguiente manera:
   - 0.05 ~ 0.2% desinfectante de cloruro de amonio
   - 0.05 ~ 0.2% Desinfectante de fenil clorado
   - Solución de etano de diclofenaco al 0,05 %
   - 0.05 ~ 0.2% desinfectante de hipoclorito de sodio

No use esterilizadores humeantes, autoclaves y no use metilo (fenol) para limpiar la cuna del bebé. Puede causar corrosión, decoloración y deterioro.

EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO

1. El embalaje de la cuna de bebé se realiza según el contrato o la norma del producto.
2. Evite las prisas, las vibraciones violentas y la protección de la luz solar y la lluvia durante el transporte de la cuna de bebé.
3. La cuna de bebé debe almacenarse:
   a) Temperatura ambiente: +5°C ~ +40°C.
   b) Humedad relativa: ≤ 85%.
   c) Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa.

SERVICIO POSTVENTA

1. Por favor, guarde bien los archivos que vienen con la máquina y las facturas de este producto, y tiene que presentar estos archivos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si hay algún problema en el proceso de uso, por favor, póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo, de forma que podamos una asistencia técnica y unos servicios de mantenimiento precisos y rápidos de manera oportuna.
3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o se daña debido a la correcta instalación y uso según las especificaciones, el producto gozará de un año de garantía gratuita y servicio de mantenimiento de por vida con el “certificado” o factura.
4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio permanente del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.