PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 2 SEZIONI

2 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE

TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 2 SECTIONS

2-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH

CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE DOS SECCIONES

MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 2 SEÇÕES

GIMA 44020, 44021, 44024

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/
Hersteller:
Anji Sukar Furniture Co., Ltd.
Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji,
Zhejiang Province, China. P.C.: 313300
peter@zjruixiang.com

REF **AT243**

Importato da/imported by/importé par/eingeführt von/
importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1, 20060 - Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export
gimaitaly.com www.gimaitaly.com
Made in China



M44020-M-Rev.7.11.25

ISTRUZIONI PRECAUZIONALI

1. Effettuare manutenzione periodica del tavolo. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e che il cavo non sia danneggiato o sfilacciato. Verificare che non vi siano cricche o spaccature nella struttura di alluminio.
2. Non sovraccaricare il tavolo oltre il limite di peso consigliato. Potrebbero verificarsi infortuni anche gravi per l'utente. Carico di lavoro massimo pari a 180 kg.
3. Nella pulizia della parte in PELLE PU non utilizzare detergenti a base di alcool. Potrebbero verificarsi danni al materiale in PELLE PU. Per la pulizia impiegare acqua calda e sapone e asciugare strofinando con un panno.
4. Prima di utilizzare il tavolo assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano allo stesso livello. L'impiego del tavolo con le gambe non allineate potrebbe causare instabilità e conseguenti infortuni.
5. Impedire il montaggio o lo smontaggio del tavolo da parte di bambini, a meno che non siano sotto la vostra supervisione.
6. Prestare attenzione quando si utilizzano oggetti taglienti o aguzzi, poiché potrebbero forare la copertura. Tenere il tavolo al riparo da oggetti taglienti o aguzzi.



MONTAGGIO DEL TAVOLO

Passi da seguire:


1


2


3


4


5


6

1. Sbloccare la chiusura.
2. Adagiare il tavolo di lato con quattro piedini in gomma sul pavimento; aprire il tavolo allungando al massimo tutte e quattro le gambe.
3. Estrarre tutti gli accessori e alzare il tavolo fino a portare tutte le sue gambe sul pavimento.
4. Collocare il supporto del poggiatesta nella sua sede; fissare il cuscino del poggiatesta sul rispettivo supporto.
5. Inserire i supporti dei due poggiabraccia nei due fori ai lati del tavolo.
6. A questo punto il tavolo è pronto all'uso.

L'altezza del tavolo può essere regolata premendo i bottoni di rame sulla gamba. Tutte e quattro le gambe vanno regolate nella medesima maniera, una alla volta, assicurandosi di impostarle tutte allo stesso livello di altezza.

CHIUSURA E TRASPORTO DEL TAVOLO



1. Estrarre tutti gli accessori.
2. Adagiare il tavolo di lato con quattro piedini in gomma a terra.
3. Collocare tutti gli accessori sotto la cinghia elastica dietro il rivestimento superiore.
4. Piegare il tavolo e bloccare la chiusura.
5. Collocare il tavolo per massaggi nella custodia da trasporto. Il tavolo può essere trasportato per la maniglia come una valigia.



Attenzione: Se la struttura del telaio/gambe/tavolo presenta qualsiasi tipo di danni, non utilizzare il tavolo. L'impiego del tavolo danneggiato può causare pericoli o infortuni gravi per voi o per i vostri pazienti. Il tavolo va riparato immediatamente.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.