GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINI VISITA BASIC
ECONOMIC EXAMINATION BEDS
LITS D'EXAMEN BASIC
UNTERSUCHUNGSBETT BASIC
CAMILLAS DE EXAMEN BASIC
MARQUESAS DE VISITA BASIC



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF **44452 – 44453 - 44457 - 44458**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP Medicare AG, Hauptstr.51
5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK REP Maclin Power Ltd
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

MD

M-44452-M-Rev.4.05.26

ATTENZIONE! Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

INTRODUZIONE

Ai fini del regolamento (UE) 2017/745 il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I.
Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE

Il Lettino basic da visita è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura, particolarmente adatto a studi medici / ambulatori.
Il lettino ha dimensioni contenute; il materassino, lavabile ed ignifugo, è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda parte reclinabile in diverse posizioni. A seconda del modello, la struttura può essere verniciata oppure cromata.

- Struttura cromata o verniciata, composta da gambe, telaio e alzatesta
- Materassino rivestito con tessuto lavabile ed ignifugo
- Su richiesta: portalenzuolini

COMPONENTI

- N. 2 Gambe
- N. 1 traverso con alza schienale ▲
- N. 3 traversi corti senza fori ☆
- N. 2 traversi corti con fori ●
- N. 1 traverso lungo ◆
- Imbottitura schienale
- Imbottitura seduta

Sacchetto con materiale di montaggio

- N. 16 VITI TBE 8 x 50
- N. 18 RANELLE M8
- N. 6 PANELVITI TPS 4,5 x 45 (per fissare il materassino al telaio)
- BRUGOLA 5 mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Il lettino si fornisce completamente smontato.
Fare attenzione ad usare i traversi corretti seguendo la simbologia indicata.

1. Prendere le gambe del lettino e assemblarle con i n.5 traversi tramite le viti e relative rondelle.

2. Prendere il traverso lungo e fissarlo ai due traversi forati che sono stati precedentemente fissati alle gambe.

3. Fissare alla struttura anche il traverso con l'asta dell'alzatesta già montata all'imbottitura dello schienale tramite vite esagonale e relativo dado.

4. Per ultimo fissare le imbottiture al telaio attraverso le viti.



SCHEDA TECNICA

Misure	191 x 62 x 73 cm
Peso	27,50 kg
Portata massima	120 kg

AVVERTENZE D'USO

- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.
- Quando si regola l'altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

INDICAZIONI DI PULIZIA PER IL TESSUTO:

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.
Non usare solventi, candeggina e detergenti chimici o spray per lucidare.
Attenzione: In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

	*Conservare al riparo dalla luce solare*		*Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745*		*Conservare in luogo fresco ed asciutto*
	*Codice prodotto*		*Leggere le istruzioni per l'uso*		*Fabbricante*
	*Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso*		*Numero di lotto*		*Dispositivo medico*
	*Identificatore univoco del dispositivo*		*Data di fabbricazione*		*Rappresentante autorizzato nella Comunità elvetica*
	*Rappresentante autorizzato nel Regno Unito*				

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.