GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINI VISITA BASIC
ECONOMIC EXAMINATION BEDS
LITS D'EXAMEN BASIC
UNTERSUCHUNGSBETT BASIC
CAMILLAS DE EXAMEN BASIC
MARQUESAS DE VISITA BASIC



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF **44452 – 44453 - 44457 - 44458**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP Medicare AG, Hauptstr.51
5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK REP Maclin Power Ltd
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

MD

M-44452-M-Rev.4.05.26

ATENÇÃO! Os utilizadores devem ler e entender completamente este manual antes de utilizar o produto.

INTRODUÇÃO

Para efeito da a regulamento (UE) 2017/745, o produto insere-se nos DISPOSITIVOS MÉDICOS DA CLASSE I.
Aconselha-se a leitura atenta do seguinte manual antes de utilizar o dispositivo.

DESCRIÇÃO

A Marquesa Basic para visita destina-se a ser usada em hospitais, centros de dia comunitários e casas de saúde, sendo particularmente adequada para clínicas ou gabinetes médicos / centros de saúde.
A marquesa tem dimensões reduzidas; o colchão, lavável e ignífugo, é composto por duas partes, uma primeira parte fixa e uma segunda parte reclinável em várias posições. Dependendo do modelo, a estrutura pode ser pintada ou cromada.

- Estrutura cromada ou pintada, composta por pernas, armação e encosto de cabeça
- Colchão coberto com tecido lavável e ignífugo
- A pedido: porta rolos para marquesa

COMPONENTES

- 2 pernas
- 1 travessa com elevador de encosto ▲
- 3 travessas curtas sem furos ☆
- 2 travessas curtas com furos ●
- 1 travessa longa ◆
- Encosto estofado
- Assento estofado

Saco com material de montagem

- N. 16 parafusos TBE 8 x 50
- N. 18 anilhas M8
- N. 6 parafusos Panelvit TPS 4,5 x 45 (para fixar o colchão no quadro)
- Chave Allen 5 mm

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

A marquesa é fornecida completamente desmontada.
Preste atenção para usar as travessas corretas seguindo os símbolos indicados

1. Pegue nas pernas da marquesa e monte-as com as 5 travessas usando os parafusos e as respetivas anilhas.

2. Pegue na travessa longa e fixe-a às duas travessas perfuradas previamente fixadas às pernas.

3. Fixe também à estrutura a travessa com a haste de encosto da cabeça já montada no estofo do encosto através dum parafuso sextavado e respetiva porca.

4. Por fim, fixe os estofos à armação através dos parafusos.



FICHA TÉCNICA

Medidas	191 x 62 x 73 cm
Peso	27,50 kg
Capacidad máxima	120 kg

AVISOS DE UTILIZAÇÃO

- Verifique se as contraporcas estão bem apertadas.
- Respeite as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.
- Evite o contacto direto com feridas abertas.
- Não está adequada para uso ao ar livre.
- Quando regular a altura da marquesa e do encosto, certifique-se que ninguém insira as mãos, pernas ou qualquer outra coisa dentro da área de movimentação: RISCO DE ESMAGAMENTO!
- Desloque a marquesa sem a levantar do pavimento.
- Se a marquesa possuir rodas, certifique-se antes de a deslocar que as rodas não estão travadas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Inspecione periodicamente todos os pontos de fixação.
- Para a conservar nas melhores condições, é aconselhável evitar a exposição prolongada à luz solar, o contacto com ambientes salinos e o armazenamento em ambientes muito húmidos.
- Lave as superfícies de aço inoxidável com água e sabão e use desinfectantes específicos.
- Enxagúe com um pano molhado e seque com cuidado.
- Não deite nas superfícies detergentes à base de cloro ou amoníaco, substâncias gordurosas e oleosas.
- Na limpeza não use utensílios que contenham ferro. Se for necessária a desinfestação, use apenas produtos adequados não corrosivos.

INDICAÇÕES DE LIMPEZA PARA O TECIDO:

Limpar com tecido humedecido e ensaboado e enxaguar bem com água limpa.
Não use solventes, lixívia e detergentes químicos ou sprays para polir.
Atenção: Em geral, as cores claras das peles sintéticas não podem ser colocadas em contacto com roupas com corantes não fixos (por exemplo, jeans e derivados) para evitar manchas ou auréolas que não possam ser limpas.

	*Guardar ao abrigo da luz solar*	CE	*Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745*		*Armazenar em local fresco e seco*
REF	*Código produto*		*Consulte as instruções de uso*		*Fabricante*
	*Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente*	LOT	*Número de lote*	MD	*Dispositivo médico*
UDI	*Identificador exclusivo do dispositivo*		*Data de fabricação*	CH REP	*Representante autorizado na Comunidade Suíça*
UK REP	*Representante autorizado no Reino Unido*				

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.