GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MEDICAL TROLLEY
CARRELLO CLINICO
CHARIOT CLINIQUE
CARRO DE ANESTESIA
CARRINHO CLÍNICO
KLINIKWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
КЛИНИЧНА КОЛИЧКА
ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK
KLINIKKAVAUNU
KLINIČKA KOLICA
KLINIKAI KEREKES KOCSI
MEDICININIS VEŽIMĖLIS
MEDISCHE KAR
WÓZEK MEDYCZNY
CĂRUCIOR PENTRU
INSTRUMENTAR MEDICAL
CLINICAL TROLLEY



MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - OHJEKIRJA - VARTOTOJO VADOVAS

Gima 45715

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF SKR-CT625-1

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M45715-M-Rev.0-06.25

1. Montage des roulettes

Aligner le boulon de la roue avec le trou de montage au bas du chariot et insérer la roue. Insérer la vis dans le trou de montage et serrer la vis en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

1 

2 

3 

2. Méthode d'utilisation des roulettes

Bloquer les roulettes : Après avoir poussé le chariot d'anesthésie jusqu'à l'endroit souhaité, appuyer sur le bouton ON avec le pied et bloquer la roulette jusqu'à entendre un « clic », comme illustré dans la figure ci-dessous.



éblocage des roulettes : Appuyer sur le bouton « OFF » avec le pied jusqu'à entendre un « clic » pour débloquer la roulette.



3. Dépannage

Problèmes courants	Raisons possibles	Solution
Difficulté à déplacer le chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein ne soit actionné 2. La roulette est défectueuse	1. Desserrer le frein, voir 2.1 2. Remplacer la roulette, voir 1.2

4. Entretien

1. Afin de pouvoir utiliser le chariot d'anesthésie en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer des contrôles de sécurité régulièrement sur ce dernier. Il est recommandé de le contrôler tous les six mois afin de s'assurer que les assemblages ne sont pas desserrés et que tout fonctionne correctement.
2. Lorsque le châssis du chariot d'anesthésie vieillit et qu'il atteint la fin de sa durée de vie utile, la partie métallique du chariot d'anesthésie et les pièces en plastique du châssis du chariot d'anesthésie peuvent être recyclées.
3. Éviter de rayer le panneau avec des appareils à angle vif ou des couteaux pendant l'utilisation, et le nettoyer fréquemment pour qu'il reste propre et sec.
4. Si le plateau est taché accidentellement, il est recommandé de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot d'anesthésie, car la surface en acier inoxydable rouillerait.
5. Vérifier régulièrement les roulettes afin d'éviter les chocs ou les surcharges, qui endommageraient les roulettes.
6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage car cela endommagerait le système de freinage.
7. L'usure de la surface du pneu des roulettes peut être détectée par un contrôle visuel. Des fils et autres accumulations peuvent s'enrouler autour des roulettes ; si c'est le cas, retirer les boulons et les écrous de la roulette concernée, éliminer les débris et contrôler pour voir si le roulement de la roulette est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, il est possible de les réassembler et de les réutiliser.
8. En fonction de la durée d'utilisation, de l'usure et de la détérioration, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et raccordés. Si possible, utiliser une rondelle de blocage ou des écrous de serrage pour aider pendant cette procédure.
9. Si les roulettes sont dotées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement que les freins fonctionnent correctement. Contrôler les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un chariot d'anesthésie équipé de plusieurs roulettes à frein, il est possible de ne bloquer qu'une seule roulette à la fois, ce qui permet d'essayer de pousser le chariot d'anesthésie et de vérifier si le frein de chaque roulette est en bon état. Si le frein ne fonctionne pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roulettes, remplacer immédiatement les roulettes, puis tester à nouveau le système de freinage.
10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, contacter notre service après-vente ou le revendeur agréé indiqué par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. Emballage, transport et conservation

1. L'emballage du chariot est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Pendant le transport du chariot, éviter les sorties précipitées, les vibrations violentes, les rayons du soleil et la pluie.
3. Le chariot doit être entreposé dans les conditions suivantes :
a) Température ambiante : +5°C ~ +40°C.
b) Humidité relative : ≤ 85%.
c) Pression atmosphérique : 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Service après-vente

1. Conserver les documents qui accompagnent la machine et les factures de ce produit de manière appropriée car il sera nécessaire de les présenter lorsque l'entreprise appliquera la garantie et effectuera entretien du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, contacter notre société dans les plus brefs délais, afin qu'elle puisse fournir une assistance technique et des services d'entretien précis et rapides.
3. À compter de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé à la suite d'une installation et d'une utilisation correctes conformément aux spécifications, le produit bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service après-vente à vie sur présentation d'un « certificat » ou d'une facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, l'entreprise fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
Service d'entretien à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD